

SPZOZ



LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 05-05-2020 r.

SPZOZ-IV-ZP-108-2020

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: „Dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/18A/20

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ:

I grupa pytań:

Dotyczy Części nr 1:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści test o czułości 98.0% .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający w Pozycji nr 2 dopuści test konfekcjonowany po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Czy Zamawiający z pozycji 4 dopuści test o czułości 100% i specyficzności 99,8%? Czy zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia kalibrowanej pipety w przypadku kiedy w zestawie testowym są dołączone pipety potrzebne do wykonania oznaczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści test o czułości 99,9% i specyficzności 99,5%?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

(Dotyczy pakietu nr 4):

1. Załącznik nr 1 do SIWZ, Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia, pkt.8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznej były dostępne na stronie www oferenta i odstąpi od dołączenia ich do pierwszej dostawy? *Uzasadnienie: Towar wysłany jest do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu – gdzie pracownicy nie mają wiedzy, która dostawa jest pierwsza.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



2. Załącznik nr 1 Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego dot. tylko części nr 4, pkt. 3 – Czy Zamawiający odstąpi od używania faksu jako środka komunikacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla Aparatu nr 1, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. zapis.

4. Czy w części „Aparat nr 1 – wymagane parametry i warunki” Zamawiający w punkcie 15 dopuści system, który pozwala na oznaczanie lekowrażliwości antybiotyków na kartach z wyłączeniem doripenemu? *Uzasadnienie: Według KORLD - wytycznych obowiązujących w Polsce wystarczające jest oznaczanie wrażliwości na pozostałe karbapenemy – bakterie wykazują taką samą oporność na doripenem, jak na inne karbapenemy i z tego względu, jak i z przyczyn ekonomicznych stosowanie tego antybiotyku jest bezzasadne.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Czy w części „Aparat nr 1 – wymagane parametry i warunki” Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w punkcie 20, jeśli będzie możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz potwierdzona wydrukiem z aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



6. Czy w części „Odczynniki do aparatu nr 2” w punkcie 4 Zamawiający wymaga podłączenia tego analizatora do systemu informatycznego, czy wymóg ten dotyczy tylko aparatu nr 1?

Odpowiedź: Wymóg ten dotyczy tylko aparatu nr 1.

7. Czy w części „Odczynniki do aparatu nr 2” w punkcie 4 Zamawiający odstąpi od serwisu systemu informatycznego, jeśli analizator nie ma być podłączony do sieci?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści podłoże przeznaczone do wybiórczej izolacji drożdżaków, identyfikacji gatunku *C. albicans*, wstępnego różnicowania grupy gatunków zawierającej *C. tropicalis*, *C. lusitaniae* i *C. kefyr*?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

9. Czy w pozycji 15 Zamawiający wymaga, aby odczyt odbywał się po 24 h inkubacji w warunkach beztlenowych, bez dodatkowych narzędzi (np. lampy UV)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

10. Czy w pozycji 19 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 opakowań po 8 sztuk, czyli 192 sztuk wszystkich testów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. w związku z tym zmianie ulega wymagana ilość w poz. 19 na 192 szt.

Pytania do Umowy (zał. nr 3):

11. §4 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

12. §4 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę w formie faksu lub korespondencji poczty elektronicznej e-mail (na nr-y i adresy poczty elektronicznej podane w § 4 ust. 1 umowy). Wykonawca rozpatrzy reklamację



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



dotyczącą braków ilościowych i/lub wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie wadliwe odczynniki na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe w ciągu 3 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji albo od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

13. §8 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Usunięcie usterki lub awarii odbędzie się w okresie do 48 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się, jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3-krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowy aparat o parametrach nie gorszych niż wymieniany.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

14. §8 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy w okresie do 48 godzin w dni robocze - na czas naprawy aparatu podstawowego, trwającej dłużej niż 72 godzin.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

15. §13 pkt 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5% wartości brutto umowy za każde naruszenie?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

III grupa pytań:

1. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 29. Czy Zamawiający dopuści testy w formie pasków zamiast krążków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 44 i 49. Czy Zamawiający dopuści testy w formie pasków zamiast krążków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 44 i 49. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w tabeli asortymentowej nie doszło do omyłki pisarskiej i nie jest opisany dwukrotnie ten sam test do różnicowania bakterii Moraxella od bakterii Neisseria ?

Odpowiedź: Tak doszło do omyłki. Zamawiający wykreśla pozycję poz. nr 49.



SPZOZ
LUBLINIEC

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



4. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 48 i 50. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w tabeli asortymentowej nie doszło do omyłki pisarskiej i nie jest opisany dwukrotnie ten sam test do oznaczania oksydazy cytochromowej?

Odpowiedź: Tak doszło do omyłki. Zamawiający wykreśla poz. nr 48.

5. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 48 i 50. Czy Zamawiający dopuści testy w formie pasków zamiast krążków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

6. Dotyczy Części nr 3 - Pozycja 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 51 testów w opakowaniu 60 oznaczeń, z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. w związku z tym zmiana ulega wymagana ilość w poz. nr 51 na 180 testów.

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 1 - dotyczy umowy - Załącznik nr 3 a. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź: W związku z obecną sytuacją epidemiczną i nieprzewidywalną ilością pacjentów w okresie przeszłej umowy – Zamawiający wyraża zgodę na zagwarantowanie realizacji przedmiotu umowy na poziomie 50 % ilości wskazanej w SIWZ.

Pytanie 2 - dotyczy umowy - Załącznik nr 3 a

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

a) za opóźnienie w dostarczeniu każdej partii odczynników, w terminach określonych § 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników, za każdy kolejny dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników;



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



b) za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwych odczynników na wolne od wad i/lub uzupełnieniu braków ilościowych, w terminach określonych § 2 ust. 5 - w wysokości 0,5 % wartości wadliwej lub brakującej ilości odczynników jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników;

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

IV grupa pytań:

Dotyczy: Część nr 2 – sukcesywna dostawa testów diagnostycznych

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego immunochromatograficznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, dla którego limit wykrywalności określono na poziomie 1 ng/ml dla GDH i toksyny B oraz 2 ng/ml dla toksyny A?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który zawiera pasek kontrolny (C), potwierdzający wystarczającą ilość próbki, umożliwiającą przesłanie membrany oraz prawidłową technikę wykonania? Zgodnie z GLP zaleca się używanie pozytywnych i negatywnych kontroli (niedołączone do testu) w celu potwierdzenia właściwego działania testu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który posiada trzy oddzielne miejsca dozowania do wykrywania GDH, toksyny A i B?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w warunku „Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia” dla testu w pozycji nr 2.

Odpowiedź: Ww. oznacza, że 1 test = 1 badanie.

6. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o charakterystyce - dla Rotawirusa: Względna Czulość: 97,3% (95%CI:*94,5%-98,9%), Względna Specyficzność: 97,1% (95%CI:*94,2%-98,8%), Względna Dokładność: 97,2% (95%CI:*95,4%-98,5%) oraz dla Adenowirusa: Względna Czulość: 95,2% (95%CI:*89,8%-98,2%), Względna Specyficzność: 97,7% (95%CI:*95,0%-99,1%), Względna Dokładność: 96,8% (95%CI:*94,6%-98,4%), gdzie *Przedział ufności?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



IV grupa pytań:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1.2 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o wyłączenie pozycji 3 z pakietu 1 oraz poz. 1 z pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 1 i 2 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:
 - 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
 - 3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.spzozlubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części): „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

2. Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 1 na inne wielkości opakowań oraz przeliczenia?

Odpowiedź: W poz. nr 2 Zamawiający wyraża zgodę na 10 szt. w 1 op. handlowym.

Zamawiający

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
dr Tomasz Piechniczek

Sporządził: Piotr Mastalerz

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Piotr Mastalerz