



Wrocław, 19.12.2024r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej: stentgrafty, spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stentu, cewniki, przewodniki, koszulki; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.121.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 2 - Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 6 - Wnioskujemy o rezygnację ze sprzedaży na zasadzie depozytu magazynowego na korzyść dostaw sukcesywnych. Systemy zamykające do naczyń dystrybuowane są w opakowaniach po 10 sztuk, co pozwala na wygodne zabezpieczenie bloku poprzez zakupy na fakturę.

Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” (Załącznik nr 3 do SWZ – do pobrania poniżej)

Pytanie nr 3 - Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści „DES - stent kobaltowo-chromowy” o nieznacznie zmienionych parametrach: RBP 16 atm dla wszystkich średnic; oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 10-14 - Wnioskujemy o rezygnację ze sprzedaży na zasadzie depozytu magazynowego na korzyść dostaw sukcesywnych. Przewodniki oferowane w pozycjach 10, 11, 12, 13, i 14 dystrybuowane są w opakowaniach po 5 sztuk, co pozwala na wygodne zabezpieczenie bloku poprzez zakupy na fakturę.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 - Dotyczy: Pakiet nr 1, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści „Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji” o nieznacznie zmienionych parametrach: długość systemu dostawczego 145 cm; oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych