



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9

skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 20.02-2020 r.

W.Sz.Z: TZ-280-07/20

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku –
3 zadania.

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 3 poz. 20, 21:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 3 poz. 20 i 21, dając możliwość złożenia oferty na produkt posiadający działanie bakteriobójcze, poparte badaniami klinicznymi na grupie pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operowanego pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania Nr 3 poz. 20 i 21.

Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby folie bakteriobójcze były wyrobem medycznym klasy III, i posiadały potwierdzenie w badaniach klinicznych, przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 3 poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 66 x 85 cm, pow. przylepnej 56 x 85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 3 poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 44 x 35 cm, pow. przylepnej 34 x 35cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Krajeuska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie