



Poznań, 3 sierpnia 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

Nasz znak: AD-O.272.12.2022

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „J”

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że unieważnia postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych „J”.

Postępowanie dotyczące pakietu IV - końcówki jednorazowe do pipet automatycznych, „J”, zostało zgodnie z treścią art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych* unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, zgodnie z treścią art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych* zawiadamia o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

W zakresie pakietu IV odrzucono ofertę wykonawcy Nuscana Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski z siedzibą w Rokietnicy, ul. Poznańska 50, Mrowino na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c*, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych – próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją.

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją. Przedmiotowe środki dowodowe nie zostały złożone przez wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2* wezwał wykonawcę do uzupełnienia brakujących, przedmiotowych środków dowodowych, których wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie.

W zakresie pakietu IV odrzucono ofertę wykonawcy Th. Geyer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czeska 22a na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c*, ponieważ wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań

tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

dowodowych – próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją.

Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych - próbek końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją. Nie dostarczono próbek końcówek do reakcji PCR o pojemności 1ml-10ml, z filtrem polietylenowym, sterylnych, w pudełkach kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.089 wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informację: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2* wezwał wykonawcę do uzupełnienia brakujących, przedmiotowych środków dowodowych, których wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Żużelchowska-Cerek

*Ustawa Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Otrzymują:

1. Alchem Grupa Sp. z o.o., Toruń, Oddział Wielkopolska, Ostrów Wlkp.
2. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., Warszawa
3. Diag-Med G. Konecka, Warszawa
4. Nuscana Biotechnika Laboratoryjna A. Dąbrowski, Rokietnica

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl