



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/331/2023/1

Myszków, 23.11.2023 r.

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:

Dostawa urządzeń medycznych do zabiegów laparoskopowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.11.2023 r.,
pod nr 2023/BZP 00501308/01

W związku z wniesionymi zapytaniami, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo Zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pytanie do Pakietu Nr 2 Zestaw Laparoskopowy 4K Parametry Techniczne – Monitor medyczny endoskopowy 4K 31,5” POZ 11 Czy intencja Zamawiającego było wpisanie współczynnika kontrastu 1000:1 zamiast 100:1? Zapisana w parametrach technicznych wartość 100:1 nie istnieje we współczesnych monitorach medycznych.”

Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska w treści załącznika nr 1.2 dla pakietu nr 2 poz. X.11 PARAMETRY TECHNICZNE - Monitor medyczny endoskopowy 4K 31,5 cala, w zakresie współczynnika kontrastu. Zamawiający oczekuje kontrastu 1000:1. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.2 dla Pakietu nr 2.

Pytania 2-3 dotyczą Pakietu Nr 3 Instrumentarium do zabiegów Laparoskopowych

Pytanie 2: „POZ. 2 Czy Zamawiający dopuści w ramach udzielonej tolerancji +/- 97mm, tubus o długości 92mm?”

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza w ramach pozycji 2 tubus o długości 90-100 mm, przy czym wystarczające jest posiadanie dowolnej wartości ze wskazanego zakresu. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 – Formularz cenowy dla Pakietu nr 3.

Pytanie 3: „POZ. 25 Czy intencją Zamawiającego było wpisanie ilości Klipsownic laparoskopowych XL, średnicy 10mm do klipsów polimerowych XL w ilości sztuk 1?”

Odpowiedź 3: Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania w pozycji 25 1 sztuki klipsownicy o wskazanej w formularzu charakterystyce. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika nr 1.1 – Formularz cenowy dla Pakietu nr 3.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje termin składania ofert** ustalony do dnia **28.11.2023 r.** do godziny **14.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **14.05** oraz odpowiednio termin związania ofertą do dnia **27.12.2023 r.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.2 dla Pakietu nr 2– zmodyfikowany
2. Załącznik nr 1.1 dla Pakietu nr 3 - zmodyfikowany

Zatwierdził
p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Krzysztof Bestwina