

Gdańsk, dnia 8 października 2021 r.

D10.251.61.E.2021

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

*Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.*

**DOSTAWA WYPOSAŻENIA PROSEKTORIUM ORAZ AMBULATORIUM  
CHEMIOTERAPII W WOJEWÓDZKIM CENTRUM ONKOLOGII**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie 1: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie noża o dł. ostrza 80 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 145 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 250 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie noża o dł. ostrza 240 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5: dot. części nr 5**

Prosimy o opuszczenie nożyczek o dł. 200 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6: dot. części nr 5**

Prosimy o opuszczenie nożyczek o dł. 115 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7: dot. części nr 5**

Prosimy o opuszczenie nożyczek o dł. 115 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8: dot. części nr 5**

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda ma mieć średnicę 1,5 czy 2,0 mm, prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 105 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga sondy o średnicy 1,5 mm.

Zamawiający dopuszcza sondę o długości 105 mm.

**Pytanie 9: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie sondy o dł. 145 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10: dot. części nr 5**

Prosimy o dopuszczenie nożyc o dł. 220 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11: dot. kryteriów oceny**

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy dla niniejszego pakietu na następujący:

- **2 pkt** za termin dostawy – **do 8 tygodni**
- **1 pkt** za termin dostawy – **9 tygodni**
- **0 pkt** za termin dostawy – **10 tygodni**

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny a nie wyroby jednorazowego użytku, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

**Odpowiedź:** SWZ bez zmian.

**Pytanie 12: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 53,5 do 85,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści elektryczną regulację oparcia segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 45° ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści elektryczną regulację za pomocą pilota przewodowego tylko pozycji Trendelenburga w zakresie 15°?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści fotel składający się z trzech części: segment nóg, siedzisko, oparcie pleców wraz z oparciem głowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 16: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści fotel z możliwością uzyskania pozycji fotelowa – ruch synchroniczny segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska i segmentu nóg w celu ustawienia segmentów fotela do komfortowej pozycji „fotelowej” za pomocą jednego przycisku na pilocie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści fotel z możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie 15° – ruch synchroniczny segmentu oparcia pleców, segmentu siedziska i segmentu nóg w celu ustawienia segmentów fotela do pełnej pozycji Trendelenburga za pomocą jednego przycisku na pilocie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 18: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 14 i 21) Zamawiający dopuści długość oparcia pleców wraz z oparciem głowy 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 19: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści szerokość oparcia pleców 59 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści długość segmentu nóg 67 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści szerokość podłokietnika 17 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści podłokietniki nie zdejmowane?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 23: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści fotel wyposażony w podłokietniki po obu stronach fotela, które nie są składane, ale posiadają możliwość zmiany kąta pochylenia oraz możliwość odchylenia w osi poziomej oraz pionowej w celu ułatwienia wsiadania i zsiadania z fotela?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 24: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści podporę stóp z regulacją 30 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 25 : dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści koła o średnicy 10 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 200 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27: dot. części nr 7**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści fotel posiadający podstawę w kolorze szarym oraz możliwość wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego fotela)*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 214,3 cm (+/- 1 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29: dot. części nr 8**

Czy (w pkt.6) Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 60-92cm (+/-1 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści materac w kolorze ciemnoniebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści bariereki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, wykończone estetycznym tworzywem, składane z boku leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 32: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° - 90° (+/- 5°)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści regulację przechyłu pozycji Trendelenburga w zakresie 0° - 20° (+/- 2°) oraz pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0° - 20° (+/- 2°) za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z boku stron wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści koła jezdne o średnicy 20 cm z centralną blokadą czterech kół oraz dodatkowym 5-tym kołem kierunkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczytce od strony głowy i nóg w uchwyty do pchania, od strony głowy dwa uchwyty składane poniżej poziomu materaca?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 36: dot. części nr 8**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści obciążenie 310 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37: dot. części nr 40**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści korpus wózka wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 38: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery szuflady, wszystkie zamykane na zamek centralny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wózka z czterema szufladami zamykanymi na zamek.

**Pytanie 39: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści koła o średnicy 15 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 40: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści szuflady nie wyłożone matami antypoślizgowymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 41: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w system szynowy, ze względu na to, że w oferowanym wózku akcesoria dodatkowe są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 42: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wysokość całkowitą wózka 108 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 43: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka 72 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 44: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści głębokość całkowitą wózka 61 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 45: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 12 i 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w trzy szuflady górne o wymiarach szer. 45 x gł. 45 x wys. 15 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 46: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 13 i 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szufladę dolną o wymiarach szer. 45 x gł. 45 x wys. 22,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wagę wózka bez akcesoriów 60 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 48: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści obciążenie szuflady 10 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 49: dot. części nr 10**

Prosimy o weryfikację zapisów w pkt. 18 i 19, ponieważ dotyczą one podłokietników.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 50: dot. części nr 10**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów uchwytów szuflad przez Zamawiającego?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 51: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści konstrukcję wózka opartą na czterech stalowych, lakierowanych proszkowo kolumnach, bez „rowka” na dodatkowe wyposażenie (w oferowanym wózku dodatkowe wyposażenie jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 52: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści górny blat roboczy z tworzywa sztucznego ABS?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 53: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści górny blat posiadający wyprofilowane trzy brzozy w celu zabezpieczenia pojemników i sprzętu medycznego przed zasuwaniem się?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 54: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści ścianki boczne i tylną wykonane ze stali, lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 55: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści fronty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego w kolorze szarym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 56: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści szuflady nie wyposażone w maty antypoślizgowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie 57: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 10 i 11) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w szyny, ze względu na to, że w oferowanym wózku wyposażenie jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 58: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści nośność szuflady 10 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 59: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści koła jezdne pojedyncze cichobieżne w tym dwa z blokadą jazdy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 60: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak do kroplówek z dwoma hakami?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 61: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w trzy uchylne, mocowane z boku wózka tworzywowe kuwety przeznaczone np. na akcesoria medyczne oraz dodatkowy uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły zamocowany nad blatem wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 62: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w przedłużacz elektryczny na pięć gniazd do podłączenia aparatury medycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 63: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nieruchomy uchwyt do przetaczania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 64: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści wózek wyposażony dwie szuflady o wys. 7,5 cm oraz dwie szuflady o wys. 15 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 65: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści wysokość wózka 108 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści szerokość wózka 72 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 67: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści głębokość wózka 61 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 68: dot. części nr 11**

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów uchwytów szuflad przez Zamawiającego?



*(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 69: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm LUB +/- 5 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 70: dot. części nr 5**

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 1 nóż o długości 85 mm do autopsji VIRCHOW?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 71: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 3 pęsetę chirurgiczna 1x2 ząbki o długości 25 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 72: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 4 nóż do sekcji mózgu dwustronny długość 30,5 cm ,  
dł. ostrza 16 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 73: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 4 nóż do sekcji mózgu dwustronny długość 33 cm ,  
ostrza 19 cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 74: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 4 nóż do sekcji mózgu dwustronny długość 36,5 cm ,  
ostrza 22 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 75: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 10 sondę żłobioną dł. 14,5 cm, Ø 2.0 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 76: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 9 sondę punktową o długości 10,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 7-8 mógłby przedstawić zdjęcie poglądowe ponieważ  
wykonawca nie potrafi zidentyfikować wymaganego narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada zdjęć poglądowych. Narzędzia zostały opisane  
w wyczerpujący sposób w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie 78: dot. części nr 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 6 nożyczki o długości 20 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 79: dot. części nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o długości  
całkowitej 201cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 80: dot. części nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o długości siedziska 62 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 81: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny którego wszystkie szuflady zamykane są centralnie na kluczyk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 82: dot. części nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek oddziałowy o długości całkowitej 64,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 83: dot. części nr 1 poz. 1**

Biorąc pod uwagę funkcjonalność urządzenia, komfort obsługi i stabilność konstrukcji, czy Zamawiający dopuści stół podnoszony za pomocą dwóch kolumn elektrycznych umiejscowionych w centralnej prostokątnej nodze? Proponowane rozwiązanie jest daleko bardziej funkcjonalne ze względu na stabilność stołu, niż pojedyncza kolumna umieszczona w okrągłej nodze (kolumnie), ponad to odznacza się większą nośnością i lepszym rozkładem sił.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 84: dot. części nr 1 poz. 1**

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy, czy panel elektroniczny sterowania podnoszeniem stołu, ma być zabezpieczony wodoodporną embraną o klasie szczelności co najmniej IP66

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 85: dot. części nr 1 poz. 1**

Biorąc pod uwagę funkcjonalność urządzenia, czy system podnoszenia blatu stołu, oprócz ruchu góra-dół ma posiadać pamięć i możliwość zaprogramowania co najmniej 3 ustawień wysokości, dowolnie definiowanych przez Użytkownika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 86: dot. części nr 1 poz. 2**

Biorąc pod uwagę funkcjonalność urządzenia, komfort obsługi i stabilność konstrukcji, czy zamawiający dopuści stół podnoszony za pomocą dwóch kolumn elektrycznych umiejscowionych w centralnej prostokątnej nodze bez funkcji obrotu? Proponowane rozwiązanie jest daleko bardziej funkcjonalne ze względu na stabilność stołu, niż pojedyncza kolumna umieszczona w okrągłej nodze (kolumnie), ponad to odznacza się większą nośnością i lepszym rozkładem sił.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania i wymaga stołu obrotowego.

**Pytanie 87: dot. części nr 1 poz. 2**

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo prac, czy panel elektroniczny sterowania podnoszeniem stołu, ma być zabezpieczony wodoodporną embraną o klasie szczelności co najmniej IP66?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 88: dot. części nr 1 poz. 2**

Biorąc pod uwagę funkcjonalność urządzenia, czy system podnoszenia blatu, oprócz ruchu góra-dół, ma posiadać pamięć i możliwość zaprogramowania co najmniej 3 ustawień wysokości, dowolnie definiowanych przez Użytkownika?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 89: dot. części nr 8**

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości wózek do przewozu (transportu) pacjenta w pozycji leżącej, o następujących parametrach:

Ad.6 hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 94,6 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca).

Ad.10 kolor materaca szary

Ad.11 barierki boczne chromowane, składane (wydzielone kolorem elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, barierki boczne chromowane składane, chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych

Ad.12 ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-90° ( $\pm 5^\circ$ ) - regulacja płynna

Ad.13 zmiana wysokości leża uzyskiwana jest przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej, Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  $+16^\circ/-16^\circ$  ( $\pm 3^\circ$ ), uchwyty do prowadzenia od strony nóg

Ad.14 system kół jezdnych: wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich 4 kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym, kółka jezdne średnicy 20 cm, wózek wyposażony standardowo w piąte koło kierunkowe

Ad.15 wózek w części szczytów ,od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ad.16 składane, ergonomiczne ręczki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta, ręczki składane poniżej poziomu materaca, ułatwiające dostęp do pacjenta

Ad.17 Obciążenie 250 kg

Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka do transportu pacjentów i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Ad. 6, 12, 13, 14, 15, 17 - Zamawiający dopuszcza.

Ad. 10, 11, 16 – Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 90: dot. projektu umowy, § 8 ust. 2**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, lecz nie więcej niż 10 % wartości tego wynagrodzenia.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 91: dot. projektu umowy § 8 ust. 3**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 6 ust. 4. Lecz nie więcej niż 10 % wartości tego wynagrodzenia.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 92: dot. projektu umowy § 8 ust. 4**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej do wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 7, 8, 10, 11, 12, 13, lecz nie więcej niż 10 % wartości tego wynagrodzenia.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 93: dot. części nr 9**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji i montażu oraz prezentacji w zakresie stojaków na kroplówki z części Nr 9. Oferowane stojaki na kroplówki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane stojaki na kroplówki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych stojaków na kroplówki przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 94: dot. części nr 9**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stojaków na kroplówki z części Nr 9, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 95: dot. części nr 9**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na okres naprawy w zakresie stojaków na kroplówki z części Nr 9.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 96: dot. części nr 11**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji i montażu oraz prezentacji w zakresie wózków z części Nr 11. Oferowane wózki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 97: dot. części nr 11**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z części Nr 11, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 98: dot. części nr 11**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na okres naprawy w zakresie wózków reanimacyjnych z części Nr 11. Sprzęt ten bowiem jest produkowany na zamówienie, nie jest możliwym dostarczenie urządzenia zamiennego na czas realizacji napraw gwarancyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 99: dot. części nr 9 pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny rury ze stali nierdzewnej 1.4301, która jest odpowiednikiem stali gatunku 0H18N9.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 100: dot. części nr 9 pkt 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka z regulacją wysokości w zakresie 1350 mm – 2150 mm, która jedynie nieznacznie różni się od wymaganego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 101: dot. części nr 9 pkt 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy ze stali nierdzewnej 1.4301, która jest odpowiednikiem stali gatunku 0H18N9.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 102: dot. części nr 9 pkt 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy ze stali chromowanej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 103: dot. części nr 11 pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z konstrukcją opartą na czterech anodowanych aluminiowych kolumnach, z rowkiem w którym można mocować szyny aluminiowe na całej długości, do umieszczania na nich dodatkowego wyposażenia. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania jest zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 104: dot. części nr 11 pkt 3, pkt 5, pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści górny blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka wyprofilowanymi w blacie głównym (po bokach i z tyłu wózka), pełniącymi funkcję relingów, stanowiąc zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 105: dot. części nr 11 pkt 3, pkt 5, pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści górny blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka wyprofilowanymi w blacie głównym (po bokach i z tyłu wózka), pełniącymi funkcję relingów, stanowiąc zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego, wyposażony w specjalną wyprofilowaną nakładkę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą powierzchnię użytkową blatu. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 106: dot. części nr 11 pkt 7, pkt 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, z możliwością całkowitego wysuwu, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi); o maksymalnej nośności do 45 kg, co jest parametrem lepszym od wymaganego. Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, miejsce na opis zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem – kolory nakładek do wyboru przez Zamawiającego (10 kolorów).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 107: dot. części nr 11 pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez mat antypoślizgowych w szufladach? Maty w znaczący sposób utrudniają dezynfekcję szuflad, co jest istotnym argumentem przemawiającym za tym, by nie stanowiły wyposażenia szuflad. Poza tym, jeśli Zamawiający wymaga, aby szuflady wyposażone były w wyciągane podziałki do segregacji, to maty w szufladach wydają się być zbędne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie 108: dot. części nr 11 pkt 14**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymaga, aby wszystkie szuflady zamykane były centralnie – jednym zamkiem na klucz, czy każda z szuflad ma posiadać osobne zamykanie. Zaznaczamy, że osobne zamykanie każdej szuflady jest niepraktyczne i niefunkcjonalne.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że szuflady mają być zamykane jednym zamkiem.

**Pytanie 109: dot. części nr 11 pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak do kroplówek z dwoma hakami? Taka ilość haczyków jest wystarczająca, w przypadku wózka reanimacyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 110: dot. części nr 11 pkt 20**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez kosza na butlę z tlenem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 111: dot. części nr 11 pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w druciany kosz na akcesoria medyczne o wym. 350x120x135 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 112: dot. części nr 11 pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w trzy uchylne transparentne kieszenie boczne zamiast jednego drucianego kosza na akcesoria medyczne (co jest rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 113: dot. części nr 11 pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uniwersalny uchwyt na pojemnik na zużyte igły zamiast pojemnika na zużyte igły?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 114: dot. części nr 11 pkt 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w trzy uchwyty do przetaczania wygodnie wyprofilowane jako brzegi blatu roboczego. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, ponieważ eliminuje konieczność kłopotliwej zmiany ruchomego uchwytu do przetaczania wózka w razie takiej potrzeby.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 115: dot. części nr 11 pkt 24, pkt 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka łącznie z 5 szufladami:

- jedna o wysokości 23,6 cm,
- dwie o wysokości 15,6 cm,
- dwie o wysokości 7,6 cm.

Wysokości szuflady wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 116: dot. części nr 11 pkt 24, pkt 25, pkt 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka łącznie z 4 szufladami:

- jedna o wysokości 23,6 cm,
- trzy o wysokości 15,6 cm.

Wysokości szuflady wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 117: dot. części nr 11 pkt 26, pkt 27, pkt 28**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 101,5 cm (do blatu)
- szerokość: 66,2 cm
- głębokość: 59,4 cm.

*(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)*



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 118: dot. części nr 11 pkt 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z konstrukcją opartą na czterech anodowanych aluminiowych kolumnach, z rowkiem w którym można mocować szyny aluminiowe na całej długości, do umieszczania na nich dodatkowego wyposażenia. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania jest zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 119: dot. części nr 11 pkt 3, pkt 5, pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści górny blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytnymi do przetaczania wózka wyprofilowanymi w blacie głównym (po bokach i z tyłu wózka), pełniącymi funkcję relingów, stanowiąc zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 120: dot. części nr 11 pkt 3, pkt 5, pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści górny blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytnymi do przetaczania wózka wyprofilowanymi w blacie głównym (po bokach i z tyłu wózka), pełniącymi funkcję relingów, stanowiąc zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego, wyposażony w specjalną wyprofilowaną nakładkę ze stali nierdzewnej zabezpieczającą powierzchnię użytkową blatu. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 121: dot. części nr 11 pkt 7, pkt 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, z możliwością całkowitego wysuwu, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi); o maksymalnej nośności do 25 kg, co jest parametrem lepszym od wymaganego. Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, miejsce na opis zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem – kolory nakładek do wyboru przez Zamawiającego (10 kolorów).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 122: dot. części nr 11 pkt 8**

Czy Zamawiający dopuści wózek bez mat antypoślizgowych w szufladach? Maty w znaczący sposób utrudniają dezynfekcję szuflad, co jest istotnym argumentem przemawiającym za tym, by nie stanowiły wyposażenia szuflad. Poza tym, jeśli Zamawiający wymaga, aby szuflady wyposażone były w wyciągane podziałki do segregacji, to maty w szufladach wydają się być zbędne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 123: dot. części nr 11 pkt 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku, wysuwany spod blatu z prawej strony wózka. Oferowane rozwiązanie wynika z konstrukcji wózka, a funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 124: dot. części nr 11 pkt 14**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy wymaga, aby wszystkie szuflady zamykane były centralnie – jednym zamkiem na klucz, czy każda z szuflad ma posiadać osobne zamykanie. Zaznaczamy, że osobne zamykanie każdej szuflady jest niepraktyczne i niefunkcjonalne.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że szuflady mają być zamykane jednym zamkiem.

**Pytanie 125: dot. części nr 11 pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak do kroplówek z dwoma hakami? Taka ilość haczyków jest wystarczająca, w przypadku wózka reanimacyjnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 126: dot. części nr 11 pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w druciany kosz na akcesoria medyczne o wym. 350x120x135 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 127: dot. części nr 11 pkt 21**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uniwersalny uchwyt na pojemnik na zużyte igły zamiast pojemnika na zużyte igły?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 128: dot. części nr 11 pkt 23**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w trzy uchwyty do przetaczania wygodnie wyprofilowane jako brzegi blatu roboczego. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, ponieważ eliminuje konieczność kłopotliwej zmiany ruchomego uchwytu do przetaczania wózka w razie takiej potrzeby.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 129: dot. części nr 11 pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27, pkt 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka łącznie z 5 szufladami:

- jedna o wysokości 23,6 cm,
- dwie o wysokości 15,6 cm,
- dwie o wysokości 7,6 cm.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 100 cm (do blatu)
- szerokość: 83 cm
- głębokość: 65 cm

dla którego możliwe jest zaoferowanie przedstawionej konfiguracji szuflad.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 130: dot. części nr 11 pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27, pkt 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka łącznie z 5 szufladami:

- jedna o wysokości 23,6 cm,
- trzy o wysokości 15,6 cm,
- jedna o wysokości 7,6 cm.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 108 cm (do blatu)
- szerokość: 83 cm
- głębokość: 65 cm

dla którego możliwe jest zaoferowanie przedstawionej konfiguracji szuflad.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 131: dot. części nr 11 pkt 1, pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27, pkt 28**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka łącznie z 4 szufladami:

- jedna o wysokości 23,6 cm,
- trzy o wysokości 15,6 cm,

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 100 cm (do blatu)
- szerokość: 83 cm
- głębokość: 65 cm

dla którego możliwe jest zaoferowanie przedstawionej konfiguracji szuflad.

*(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)*



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 132: dot. zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 133: dot. projektu umowy §6 ust. 8**

Prosimy o usunięcie części zapisu „a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części urządzenia wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji.”

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Dodatkowo urządzenia są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Tym samym wskazany czas wymiany jest nierealny.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 134: dot. projektu umowy §6 ust. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 135: dot. projektu umowy §6 ust. 14**

Czy Zamawiający dopuści raport serwisowy z adnotacją „urządzenie sprawne” zamiast certyfikatu dopuszczenia sprzętu

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 136: dot. projektu umowy §8 ust. 4**

Prosimy o naliczanie kar od wartości urządzenia, którego zgłoszenie dotyczy zamiast od wartości wynagrodzenia.

Naliczanie kar w ten sposób jest nieuzasadnione.

**Odpowiedź:** Projekt umowy bez zmian.

**Pytanie 137: dot. części nr 1 (pozycja 1 – stół sekcyjny oraz pozycja 2 – stół sekcyjny obrotowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu sekcyjnego bez przyłącza do instalacji wentylacyjnej? Zaproponowane rozwiązanie umożliwi zaoferowanie urządzenia w korzystniejszej cenie bez konieczności wykonania oddolnej instalacji wentylacyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 138: dot. części nr 1 (pozycja 1 – stół sekcyjny oraz pozycja 2 – stół sekcyjny obrotowy)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie tolerancji wymiarów (+/- 10mm) w przypadku gdy te nie zostały określone?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 139: dot. części nr 1 (pozycja 4 - myjnia dezynfektor)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia z temperaturą dezynfekcji nie wyższej niż 95 stopni Celsjusza? Osiągnięcie wyższej temperatury dezynfekcji umożliwi skrócenie czasu procesu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 140: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szyny ze stali kwasoodpornej do montowania wyposażenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 141: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem stalowym lakierowanym proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 142: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem bocznym wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 143: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do przemieszczania wykonany ze stali i montowany na stałe do korpusu wózka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 144: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo o wysokości frontów: 2 x 97mm, 1 x 156mm, 2 x 175mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 145: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści szuflady zamykane zamkiem centralnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 146: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła pojedyncze, dwa z blokadą?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 147: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na butle z tlenem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 148: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści koszyk druciany na akcesoria medyczne o wymiarach 290x96x90mm, oraz dodatkowo osobno pojemnik na zużyte igły?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 149: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz elektryczny na pięć gniazd?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 150: dot. części nr 11**

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości 575mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 151: dot. części nr 12 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 152: dot. części nr 12 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści podnóżek ze stali kwasoodpornej bez regulacji wysokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga regulacji wysokości podnóżka.

**Pytanie 153: dot. części nr 12 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie od 65cm do 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 154: dot. części nr 12 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści siedzisko o średnicy 35 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 155: dot. części nr 12 pkt 1**

Czy Zamawiający dopuści podstawę o średnicy 60 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie 156: dot. części nr 12 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję taboretu wykonana ze stali kwasoodpornej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 157: dot. części nr 12 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści podnózek ze stali kwasoodpornej bez regulacji wysokości?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga regulacji wysokości podnóżka.

**Pytanie 158: dot. części nr 12 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości w zakresie od 65cm do 90 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 159: dot. części nr 12 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści siedzisko o średnicy 35 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 160: dot. części nr 12 pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści podstawę o średnicy 60 cm?

**Odpowiedź:** . Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 161: dot. części nr 13**

Czy zamawiający dopuści wózek o długości 68 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 162: dot. części nr 13**

Czy zamawiający dopuści wózek o długości 100cm, wyposażony w sześć wyjmowanych pojemników z tworzywa ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 163: dot. projektu umowy § 1 ust. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji, w zakresie części nr 10,11,12,13.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 164: dot. projektu umowy § 1 ust. 4, § 6 ust. 7**

Prosimy o potwierdzenie że w wypadku gdy, zgodnie z oświadczeniem producenta produkty określone w części 10,11,12,13 nie wymagają przeglądów, Zamawiający odstąpi od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 165: dot. projektu umowy § 6 ust. 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy wyłączającej sprzęt z eksploatacji.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 166: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym blat wykonany jest ze stali nierdzewnej nr 1.4401 (316), natomiast pozostała część stołu ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przy tego typu stolach – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 167: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość stołu była regulowana elektrohydraulicznie? Oferowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i korzystniejsze dla Zamawiającego. – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 168: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym kolumna pionowa ma średnicę 690mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Użytkownika (lepszy dostęp do blatu stołu) – dotyczy l.p. 5

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 169: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zaworem mieszającym z funkcją termostatyczną na pokrętkach kulowych? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze i równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 7

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 170: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym zlew na organy ma wymiary 500x400x200mm? – dotyczy l.p. 9

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 171: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający może szczegółowo wyjaśnić do czego ma służyć stelaż z giętego profilu opisany w pkt. 10?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu parametru w pkt. 10.

**Pytanie 172: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym młynek do mielenia znajduje się w głównej wannie ściekowej blatu roboczego? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SWZ. – dotyczy l.p. 12

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza młynek znajdujący się w głównej wannie ściekowej blatu roboczego, pod warunkiem zastosowania dodatkowego młynka do mielenia w zlewie.

**Pytanie 173: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający ma na myśli 4 tace podporowe pod ciało? Jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie tego punktu. – dotyczy l.p. 13

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że chodzi o 4 tace podporowe pod ciało.

**Pytanie 174: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym nadstawka na organy ma wymiary: 465x870/750x460mm? – dotyczy l.p. 14

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 175: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym podpórka pod głowę ma wymiary 154x132mm? – dotyczy l.p. 15

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 176: dot. części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym wałek stalowy ma wymiary: 350x130x110mm? – dotyczy l.p. 16

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 177: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym blat wykonany jest ze stali nierdzewnej nr 1.4401 (316), natomiast pozostała część stołu ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przy tego typu stolach – dotyczy l.p. 2

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 178: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość stołu była regulowana elektrohydraulicznie? Oferowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i korzystniejsze dla Zamawiającego. – dotyczy l.p. 4

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 179: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym kolumna pionowa ma średnicę 690mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Użytkownika (lepszy dostęp do blatu stołu) – dotyczy l.p. 6

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 180: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zaworem mieszającym z funkcją termostatyczną na pokrętkach kulowych? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze i równoważne do opisanego w SIWZ. – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 181: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym zlew na organy ma wymiary 500x400x200mm? – dotyczy l.p. 10

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 182: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający może szczegółowo wyjaśnić do czego ma służyć stelaż z giętego profilu opisany w pkt. 11?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu parametrów w pkt. 10.

**Pytanie 183: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym młynek do mielenia znajduje się w głównej wannie ściekowej blatu roboczego? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SWZ. – dotyczy l.p. 13

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza młynek znajdujący się w głównej wannie ściekowej blatu roboczego, pod warunkiem zastosowania dodatkowego młynka do mielenia w zlewie.

**Pytanie 184: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający ma na myśli 4 tace podporowe pod ciało? Jeżeli nie, to proszę o wyjaśnienie tego punktu. – dotyczy l.p. 14

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że chodzi o 4 tace podporowe pod ciało.

**Pytanie 185: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym nadstawka na organy ma wymiary: 465x870/750x460mm? – dotyczy l.p. 15

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 186: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym podpórka pod głowę ma wymiary: 154x132mm? – dotyczy l.p. 16

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 187: dot. części nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym wałek stalowy ma wymiary: 350x130x110mm? – dotyczy l.p. 17

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 188: dot. części nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o długości 2170mm? – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 189: dot. części nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 840 (z pochwytami)/700mm (bez pochwytów)? – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 190: dot. części nr 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z zakresem regulacji 500/900mm? – dotyczy l.p. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 191: dot. części 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział części nr 1 na dwa odrębne pakiety, co umożliwi udział w postępowaniu większej licznie podmiotów, w tym producentom stołów/wózków sekcyjnych? Proponowany podział: jedna część (poz. 1,2, 5), druga część (3, 4).

**Odpowiedź:** SWZ bez zmian.

## Pytanie 192: dot. części 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie atestu PZH na wyrób potwierdzającego zastosowanie powłoki antybakteryjnej w technologii malowania proszkowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:**

### 1) § III ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) – **jeżeli dotyczy.**

### 2) § VII ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych dla części 2 poz. 3 i 4:

- Atest PZH na wyrób potwierdzający zastosowanie jonów srebra **lub powłoki antybakteryjnej** w technologii malowania proszkowego
- Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra **lub powłoki antybakteryjnej** w technologii malowania proszkowego

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **21.10.2021 r.**, w następujący sposób:

#### 1. § XIII SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie:

pkt 1 Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **18.01.2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

#### 2. § XIV SWZ (Sposób oraz termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

pkt 2 „Termin składania ofert upływa dnia **21.10.2021 r. o godz. 10.00**”.

pkt 3 „Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o **godz. 11.00** w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 - za pomocą platformy ww. platformy zakupowej”.

**Z poważaniem**

**Wiceprezes ds. ekonomicznych  
Piotr Wróblewski**

#### Załączniki:

- sprostowanie, ogłoszenie zmian
- aktualny zał. nr 1 do SWZ- formularz asortymentowo-cenowy

Sporządził Sekretarz Komisji Przetargowej – Ewa Dudziak