

**Dostawa urządzeń do badań endoskopowych dla  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń do badań endoskopowych (zwane dalej urządzeniami) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Dostawa obejmuje następujące urządzenia:
  - 1) Vieogastroskop HD – 1 szt.
  - 2) Videokolonoskop HD – 1 szt.
  - 3) Videoprocessor z ledowym źródłem światła – 1 szt.oraz
  - 4) Wózek endoskopowy – 1 szt.
  - 5) Monitor LCD – 1 szt.
2. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz - w przypadku urządzeń z poz. 1) – 3) - wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanych urządzeń do obrotu.
3. Oferowane urządzenia muszą być w pełni być zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi tych urządzeń.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
  - Dostarczyć urządzenia zgodne z opisem zawartym w Załączniku A do Formularza oferty do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. Bohaterów Getta 10,
  - Zamontować (zainstalować) urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - Dokonać uruchomienia, prób i sprawdzeń,
  - Przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego,
  - Przekazać Zamawiającemu paszporty techniczne, sporządzone w języku polskim niezbędne do eksploatacji dokumentację techniczną i instrukcje obsługi,
  - Przekazać karty gwarancyjne.
5. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenia muszą być w pełni gotowe do pracy bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Wszelkie koszty związane z transportem, wniesieniem, ustawieniem i montażem, a także uruchomieniem, próbami, sprawdzeniem oraz szkoleniem ponosi Wykonawca i muszą być one przez niego w kalkulowane w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
6. Dostarczone urządzenia muszą posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika.
7. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie wymogu zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.
8. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia, określone zostały w Załączniku A do Formularza oferty. Określone parametry należy przyjąć jako graniczne. Nie spełnienie ich w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
9. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
10. Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest wpisać do Formularza oferty stawkę podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.931 z późn.zm.).

## II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.