

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.66.....²³⁸³/2024

Tarnów, dnia 09.09.2024 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 66/2024

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2024 r. Zamawiający wyjaśnia:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń
a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odpowiedź: Poziom 0.

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odpowiedź: W budynku jest winda o wymiarach 110x250x200 cm, nośność 1000 kg.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach?

Odpowiedź: Tak, są cztery schodki przy wejściu do budynku.

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odpowiedź: Otwór drzwiowy zewnętrzny około 98x230 cm, otwory drzwiowe wewnętrzne około 85 90x205 cm.

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Odpowiedź: Brak innych ograniczeń, jednak z uwagi na cztery schodki opisane w punkcie „c” wskazane posiadanie wózka, podnośnika.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Pyt. 2

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za parametr równoważny chłodziarkę o wymiarach zewn. (SxGxW) 650*673*1992

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podane wymiary.

Pyt.3

Prosimy o zgodę na szkolenie z produktu on-line. Sterownik jest bardzo intuicyjny. Przesyłamy film instruktażowy i instrukcję a później przeprowadzamy szkolenie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza szkolenie przeprowadzone w formie on-line.

Pyt. 4

Prosimy o zgodę na zakres temperatur od +2 do +8 °C. Jest to typowy zakres temperatury do przechowywania leków.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza podany zakres temperatur.

Pyt. 5 pyt. do umowy

Prosimy o zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 10 urządzenia laboratoryjnego ze stawką bazową Vat 23% oraz Deklaracją Zgodności i Certyfikatem CE. Chłodziarki laboratoryjne nie są urządzeniami medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Tak. Zmawiający pytaniami z dnia 05.09.2024 zmodyfikował treści SWZ I wyraziła zgodę na Zaproponowanie w zakresie 10 urządzenia ze stawką bazową Vat 23% niebędącą wyrobem medycznym.

Otrzymują: Adresat
a/a

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Karolina Strzałba

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech