

Dział Zamówień Publicznych

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.21.2021.KD na: Dostawę laboratoryjnej zamrażarki niskotemperaturowej wraz z jednostką do zbierania i archiwizacji danych (komputer) dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatury -65/-90°C?	Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia w tym zakresie treść opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ – zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 25.06.2021r.

W związku z odpowiedzią na pytanie, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ. Informacje o zmianach zawarte są w załączonym opisie przedmiotu zamówienia z dnia 25.06.2021.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający wprowadza zmodyfikowany:

Załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 25.06.2021”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 5 do SWZ.

Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk

SAMODZIELNY REFERENT
Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Demkiewicz
mgr Katarzyna Demkiewicz