

Piła dnia 08.04.2021 roku

FZP.II-241/31/21/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. pn. „**PERYMETR KOMPUTEROWY WRAZ ZE STOLIKIEM**”

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika elektrycznego z regulacją wysokości: min. 700mm, max. 1015mm, wymiarami blatu: 850mm x 405mm oraz bez półki dedykowanej pod drukarkę?

Odpowiedź: Tak.