



Włocławek, dnia 31.03.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę aparatów do przetoczeń,
strzykawkę i innego drobnego sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy**
Znak postępowania: DZP/15/2023

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/S 040-114987, data przekazania: 20.02.2023 r., data publikacji: 24.02.2023 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 24.02.2023 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.03.2023 r. i opublikowane w dniu 17.03.2023 r., pod numerem 2023/S 055 - 162366 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 17.03.2023 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 20.03.2023 r. i opublikowane w dniu 24.03.2023 r., pod numerem 2023/S 060 - 176624 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 24.03.2023 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.03.2023 r. i opublikowane w dniu 31.03.2023 r., pod numerem 2023/S 065-190151 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 31.03.2023 r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 3 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1

dot. projektu umowy Załącznik nr 4A do SWZ - § 11 ust. 3a)

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 11 ust. 3a wzoru Umowy. Zamawiający w § 11 ust. 3a wskazał:

W przypadku:

a) zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,30% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego; W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on



zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,30% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,30% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzi jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 11 ust 3a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,15% wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 2

dot. Części nr 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że będzie kupował filtry w ilości co najmniej 5 sztuk jednorazowo w zamówieniu, gdyż koszt przesyłki ma istotny wpływ na kształtowanie się ostatecznej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie kupował filtry w ilości co najmniej 5 sztuk jednorazowo w zamówieniu.

Pytanie nr 3

dot. projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ - § 8

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 9 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 9 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w płatności. lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 4

dot. Części nr 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających o dł. 180-230cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy chwytających o dł. 180-230cm, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ.

Pytanie nr 5

dot. Części nr 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających o średnicy cewnika 2,4mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy chwytających o średnicy cewnika 2,4mm, typu żab szczura, aligator, krokodyl, długość 180cm.

Pytanie nr 6

dot. Części nr 22

Czy Zamawiający zmniejszy ilość wymaganego zapasu konsygnacyjnego z ilości 8 szt do 4 szt, lub całkowicie zrezygnuje z tego zapisu?

Zamawiający współpracuje już z wykonawcą – obecna umowa DZP/164A/2020 i nie zgłaszał on uwag dotyczących nieterminowych dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości wymaganego zapasu konsygnacyjnego z ilości 8 kpl. do 4 kompletów.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym oraz w Wymaganiach dla portów naczyniowych pkt. 3 (załącznik nr 2.22 do SWZ), a także w Formularzu początkowego stanu zapasów (załącznik nr 8 do SWZ).

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.22 i 8 do SWZ. Załącznik nr 2.22 i 8 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 7

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy posiadające oring dociskowy zastępujący skrzydełka, wyposażony w zaciskacz posiadający możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu z logo producenta na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd tworzył system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 9

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy, posiadający oring dociskowy zastępujący skrzydełka, bez dodatkowego portu, wyposażony w zaciskacz posiadający możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o długości 98mm (80mm w części przezroczystej) z nazwą producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość komory kroplowej 98mm (80mm w części przezroczystej). Nie wyraża zgody, aby nazwa producenta umieszczona była na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 11

dot. Części nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

dot. Części nr 13

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważny zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą sterylizowaną radiacyjnie do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

dot. Części nr 3 poz.1

Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

dot. Części nr 3 poz.2

Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki
- Dostępne rozmiary: od 4,0 mm do 9,5 mm





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

dot. Części nr 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuści przezroczyste rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

dot. Części nr 3 poz. 4

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną KAN z mankietem, fenestracyjna o parametrach:

- rurka KAN wykonana z termoplastycznego PVC
- kaniule wewnętrzne idealnie dopasowane do rurki
- mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca, o cienkościennych ściankach
- miękki szyld z zaczepem przegubowym
- bagnetowe złącza
- barwny kod rozmiarów
- możliwość mycia i dezynfekcji kaniul
- prowadnica z oliwką z otworem na prowadnik Seldingera
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa
- zestaw zawierający w składzie: rurka tracheostomijna KAN z mankietem, fenestracyjna, prowadnica, 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, z otworami fenestracyjnymi, 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, bez otworów fenestracyjnych, 1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi, miękka opaska mocująca, łącznik 15 mm, nasadka foniacyjna, nasadka łącząca, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

dot. Części nr 24 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe o parametrach:

- Wykonana z medycznego PCV
- Przezroczysta
- Delikatny mankiet
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie
- Rozmiar, zakres wagi i objętość mankieta oznaczone na tubusie
- Barwny kod rozmiarów
- Uniwersalny łącznik 15 mm
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana folia/papier
- Rozmiary: 1.0 (<5 kg); 1.5 (5-10 kg); 2.0 (10-20 kg); 2.5 (20-30 kg); 3.0 (30-50 kg); 4.0 (50-70 kg); 5.0 (70-100 kg)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

dot. Części nr 24 poz. 2

Czy zamawiający dopuści maskę krtańową jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym, ergonomicznie ukształtowana rurka dopasowana jest do anatomii jamy ustnej i gardła i umożliwia szybkie i skuteczne zakładanie maski u pacjenta, dzięki, możliwości opróżnienia mankietu z powietrza maska jest komfortowa przy wyjmowaniu u pacjentów nieświadomych, wyposażona w 3 kanały: kanał gastryczny, kanał do intubacji rurką intubacyjną oraz kanał drenu do napełniania mankietu maski, zakończony kontrolnym pilotem barwnym, barwa pilota odpowiada kolorom na strzykawce do napełniania mankietu co znacznie przyspiesza proces dopasowania maski, rozmiary masek: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4, maski są sterylne, nie zawierają ftalanów DEHP i lateksu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

dot. Części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków spełniających wymagania SWZ o pojemności 510ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

dot. projektu umowy Załącznik nr 4A do SWZ - § 10

§ 10 – wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie ustępu § 10 z zapisów umowy. Zgodnie z § 11 ust. 3. a. Zamawiający będzie naliczał kary umowne w przypadku zwłoki w terminach



dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,30% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu zastępczego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie nr 21

dot. Części nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w Części nr 3 w pozycji 2 dopuści rurkę tracheostomijną, przezroczystą, w całości widoczną w Rtg, w rozmiarach 6.0 mm (wew.) do 10.0 mm (wew.); spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

dot. Części nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający w Części nr 3 w pozycji 4 dopuści rurkę tracheostomijną przezroczystą; spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

dot. Części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający w części 21 dopuści:

Poz. 1 worki stomijne 1-częściowe, otwarte, przezroczyste lub beżowe o pojemności 650 ml, średnica otworu 10-76 mm, samoprzylepny, przyklepic posiadający właściwości ochronne, niepodrażniający, delikatna powłoka worka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki stomijne w kolorze przezroczystym o w/w parametrach.

Pytanie nr 24

dot. Części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy części 21 – worki stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części 21 – worki stomijne, składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych tj. po 30 szt. w opakowaniu.

Pytanie nr 25

dot. Części nr 9

Czy Zamawiający w części 9 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny z 35 wstępnie naładowanymi zszywkami powleczonymi teflonem, przybliżone zamknięcie 5,7 mm x 3,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe rozwiązanie.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 26

dot. Części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki stomijne kolor przezroczysty lub beżowy, otwarte, o pojemności 400 ml, przyklepic do docięcia w zakresie 13-60 mm, samoprzylepny, przyklepic posiadający właściwości ochronne – hipoalergiczne, hydrokoliodowy, delikatna miękka powłoka worka, z filtrem, zamykany na zintegrowany rzep.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki stomijne w kolorze przezroczystym o w/w parametrach.

Pytanie nr 27

dot. Części nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worki stomijne kolor przezroczysty lub beżowy z wygodnym okienkiem, otwarte, o pojemności 550 ml, przyklepic owalny do docięcia w zakresie 13-60-80mm, samoprzylepny, przyklepic posiadający właściwości ochronne – hipoalergiczne, hydrokoliodowy z dodatkiem Miodu Manuka klasy medycznej, delikatna miękka powłoka worka, z filtrem, zamykany na zintegrowany rzep.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worki stomijne w kolorze przezroczystym o w/w parametrach.

Pytanie nr 28

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jako opcji (do wyboru przy składaniu zamówienia) przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwi wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 29

dot. Części nr 1 poz. 4-6

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę z końcówką Luer czy Luer-Lock?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawkę z końcówką Luer-Lock.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) dla poz. 4-6 oraz w Wymaganiach dla części nr 1.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.1 do SWZ. Załącznik nr 2.1 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 30

dot. Części nr 1 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem na opakowania lub podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31

dot. Części nr 1 poz. 7



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem na opakowania lub podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32

dot. Części nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kolec przelewowy w wersji z zastawką antyzwrotną – długość 13,35cm oraz objętość wypełnienia 0,86ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

dot. Części nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami o wymiarach 5,9mm x 3,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

dot. Części nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35

dot. Części nr 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

dot. Części nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 62mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

dot. Części nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości 55 mm w części przezroczystej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

dot. Części nr 1 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu bez portu dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

dot. Części nr 1 poz. 3



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową o długości w części przezroczystej 9,0 cm pozwala na optymalne ustalenie poziomu krwi (długość całej komory 9,8 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

dot. Części nr 1 poz. 4-7

Proszę o dopuszczenie ze skalą rozszerzoną tj. 2-2,5ml; 3ml; 5-6ml; 10-12ml; 20-22 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

dot. Części nr 1 poz. 8-9

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z wymaganymi pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu w pompie należy używać strzykawek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42

dot. Części nr 1 poz. 10

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 43

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml±0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 45

dot. Części nr 1 poz. 1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

dot. Części nr 1 poz. 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS z ostrą igłą biorczą dwukanałową trójpłaszczyznową, w kolorze białym, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

dot. Części nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

dot. Części nr 1 poz. 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy z ostrą igłą biorczą dwukanałową trójpłaszczyznową, w kolorze białym, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza IS o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłę biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 56

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

dot. Części nr 1 poz. 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy z ostrą igłą biorczą dwukanałową trójpłaszczyznową, w kolorze białym, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61

dot. Części nr 1 poz. 4-9

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg też znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 62

dot. Części nr 1 poz. 1-7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

Pytanie nr 63

dot. projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie Części nr 1

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

Jednakże Zamawiający dokonuje zmiany treści § 6 ust. 7 wzoru umowy (Załącznika nr 4 do SWZ) oraz § 8 ust. 7 wzoru umowy (ust. 7 Załącznika nr 4A do SWZ) poprzez nadanie im następującej treści:

„(...) Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przysyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny”.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 i 4A do SWZ. Załącznik nr 4 i 4A po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 64

dot. projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ - § 8 ust. 1 w zakresie Części nr 1

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję zmiany treści SWZ.



Pytanie nr 65

dot. projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ - § 8 ust. 3 i 5 w zakresie Części nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 3 oraz ust. 5 :

3. W przypadku:

a. zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,30% wartości brutto **niezrealizowanej części zamówienia** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia**;

b. gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **2,5%** wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową

5. W przypadku:

[...]

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości **10 %** wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 66

dot. projektu umowy Załącznik nr 4 do SWZ - § 13 ust. 2 w zakresie Części nr 1

Wnosimy o wykreślenie zapisów § 13 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową propozycję zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 67

dot. Części nr 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny suche chusteczki szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja lub konserwacja powierzchni i sprzętu medycznego) w rolce (zwoju), do stosowania na sucho lub nasączania preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Wysokiej jakości, wykonane z wysokogatunkowej mieszanki wiskozy i poliestru, o gramaturze 50 g/m². Chusteczki nie pozostawiają włókien i smug, niepyłące, o wymiarach 18 x 39cm, konfekcjonowane w opakowania po 256 szt. chusteczek w zwoju po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, nie posiadające statusu wyrobu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chusteczki o w/w parametrach będące wyrobem medycznym.

Pytanie nr 68

dot. Części nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 pozycja 1** alternatywnego aparatu o następujących parametrach: aparat do infuzji grawitacyjnej, podstawowy. Zestaw do infuzji grawitacyjnej - komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej. Spike ABS, igła czterokanałowa/ stożek. Kompatybilny z lipidami, zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości



DEHP, lateksu, bisphenol A, długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony. Objętość wypełnienia drenu 11 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stałe. Komora kroplowa o długości 57mm, na opakowaniu jednostkowym: nazwa producenta, oznaczenie o braku lateksu i DEHP, oznakowanie kolorystyczne inne niż dla aparatów do krwi. data ważności – 4 lata od daty prod. Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69

dot. Części nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 pozycja 2** alternatywnego aparatu o następujących parametrach: zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Spike ABS, igła ścięta czterostronnie /stożek. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 180cm, całkowita długość 190cm. Dodatkowo port igłowy, objętość wypełnienia drenu 13 ml. Złącze luer lock obrotowe, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym, sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta, oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70

dot. Części nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby aparat **w pakiecie 1 pozycja 2** zaopatrzony był w zatyczkę drenu z filtrem hydrofobowym typu priming cap, co pozwala na wypełnienie aparatu bez wycieku płynu. Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia powierzchni i samego aparatu a także skraca czas przygotowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 71

dot. Części nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 pozycja 3** alternatywnego aparatu o następujących parametrach: Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, **bez odpowietrzenia**, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 200 µm, długość min. 90mm, spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, kompatybilny z lipidami, długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm. Objętość wypełnienia drenu 14 ml, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO. Złącze luer lock stałe. Opakowanie oznakowane/ opisane kolorem czerwonym dla łatwego odróżnienia. Na opakowaniu jednostkowym nazwa producenta oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

dot. Części nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie **w pakiecie 1 pozycja 3** alternatywnego aparatu o następujących parametrach: zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/



min z filtrem 200 µm, długość min. 90mm, **wentylowana** /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet, czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A. Kompatybilny z lipidami, objętość wypełnienia drenu 14 ml, długość drenu 180 cm, mleczny/zmatowiony całość zestaw - 192cm, średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny – EO, złącze luer lock obrotowe, dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym. Opakowanie oznakowane/ opisane kolorem czerwonym dla łatwego odróżnienia. Oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73

dot. Części nr 1 poz. 3

Czy zamawiający oczekuje aby aparat w **pakiecie 1 pozycja 3** opakowania papierowego oznaczonego kolorem czerwonym oraz zacisk rolkowy w kolorze czerwonym dla łatwego odróżnienia aparatów do krwi od aparatów do płynów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74

dot. Części nr 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 4, strzykawki pakowane po 200 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75

dot. Części nr 1 poz. 5

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 5 strzykawki pakowane po 125 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

dot. Części nr 1 poz. 6

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 6 strzykawki pakowane po 120 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77

dot. Części nr 1 poz. 4-9

Czy zamawiający oczekuje aby strzykawki w pakiecie 1 pozycje 4, 5, 6, 7, 8, 9 pochodziły od jednego producenta – jest to gwarancją utrzymania stałej jakości przez cały okres dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby strzykawki w pakiecie 1 pozycje 4, 5, 6, 7 pochodziły od jednego producenta. Natomiast oczekuje, aby strzykawki opisane w poz. 8, 9 pochodziły od jednego producenta.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) dot. Części nr 1, poz. 8, 9 w Wymaganiach dla części nr 1.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.1 do SWZ. Załącznik nr 2.1 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie nr 78

dot. Części nr 1 poz. 4-9

Czy zamawiający oczekuje aby strzykawki w pakiecie 1 pozycje 4, 5, 6, 7, 8, 9, były wkalibrowane w pompy stosownie do typów pomp podanych dla pozycji 9 i zgodnie z instrukcją obsługi producenta pompy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby strzykawki w pakiecie 1 pozycje 8, 9 były wkalibrowane w menu pompy wskazanej dla tych pozycji w SWZ. Natomiast w zakresie pozycji 4, 5, 6, 7 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) dot. Części nr 1, poz. 8, 9 w Wymaganiach dla części nr 1.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.1 do SWZ. Załącznik nr 2.1 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 79

dot. Części nr 1 poz. 10

W związku z oczekiwaniem zamawiającego 2 produktów w pakiecie 1 pozycja 10, w części dotyczącej **Kolec przepływowy (Urządzenie dostępu SmartSite™ do worka) z zastawką antyzwrotną**

Zamawiający oczekuje :

10/Kolec bez zastawki – zgodnie z SWZ

10/Kolec z zastawką - produktu o następujących parametach:

- dostęp do worka bez odpowietrzenia,
- bezigłowy system typu SmartSite™,
- z zastawką antyzwrotną,
- produkt jednorazowego użytku,
- opakowanie jednostkowe sterylne,
- produkt nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV,
- wyrób medyczny klasy IIa,
- długość 13,35 cm, objętość wypełnienia 0,86 ml ?

Odpowiedź: Kolec przepływowy bez zastawki – zgodnie z SWZ

Kolec przepływowy z zastawką - Zamawiający dopuszcza produkt o w/w parametrach.

Pytanie nr 80

dot. Części nr 24 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, sterylną, rurką i mankiet wykonane z delikatnego medycznego PVC, z mocno wypukłą kopułą i dużym otworem oddechowym (co skutecznie zapobiega wklonowaniu nagłośni) oraz z luźnym niewbudowanym na prawie całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maskę bez zawartości lateksu, wszystkich ftalanów w tym DEHP, bezpieczną pod kątem zawartości bisfenolu (BPA), informacje o bezpieczeństwie produktu (zawartości substancji chemicznych) w dokumentacji produktu. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone poziomymi liniami znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla rozm. 1 (<5kg); dla rozm. 1,5 (5-10 kg); dla rozm. 2 (10- 20 kg); dla rozm. 2,5 (20-30 kg); dla rozm. 3 (30-50 kg); dla rozm. 4 (50-70 kg); dla rozm. 5 (70-100 kg) i



dla rozm. 6 (>100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem na opakowaniu oraz numerycznie na baloniku kontrolnym i opakowaniu pojedynczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

dot. Części nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu /aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych, firmy Margomed z komorą kroplową z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS. Odpowietrznik zaopatrzonego w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, data ważności min. 3 lata od daty produkcji, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylne, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

dot. Części nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby przyrządy do przetaczania wyposażone były w odpowietrznik zaopatrzonego w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) dot. Części nr 1, poz. 1 w Wymaganiach dla części nr 1.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.1 do SWZ. Załącznik nr 2.1 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Rozdziału IX ust. 7 SWZ poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„ 7. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:

7.1. aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) w formie odpowiednio:

a/ oświadczenia Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że posiadają wymagane prawem dokumenty;



- 7.2 aktualne karty katalogowe z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, w przypadku wersji obcojęzycznej przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących zaoferowanego wyrobu / sprzętu medycznego.
- 7.3 Wynik badań z niezależnego laboratorium potwierdzających skuteczność filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) w zakresie przyrządów do przetaczania (**dotyczy Części nr 1 poz. 1 – Wymagania dla Części nr 1) (...)**”

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ – w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 7.3 SWZ.

Pytanie nr 83

dot. Części nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 84

dot. Części nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu /aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowego firmy Margomed - do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, łącznik dodatkowej iniekcji do podawania leków, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, data ważności min. 3 lata od daty produkcji, opakowanie folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85

dot. Części nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń bursztynowe mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 86

dot. Części nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/aparatu do transfuzji firmy Margomed z komorą kroplową wolną od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm i powierzchni filtracyjnej 14,2 cm², igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub



gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, data ważności min. 3 lata od daty produkcji, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87

dot. Części nr 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetaczania krwi mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 88

dot. Części nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej LL 3 ml z logo producenta na cylindrze, w opakowaniu z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, optyczne i wyczuwalne, co ułatwia otwarcie opakowania zawsze od strony tłoka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89

dot. Części nr 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej LL 5 ml z logo producenta na cylindrze, w opakowaniu z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, optyczne i wyczuwalne, co ułatwia otwarcie opakowania zawsze od strony tłoka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

dot. Części nr 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej LL 10 ml z logo producenta na cylindrze, w opakowaniu z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia, optyczne i wyczuwalne, co ułatwia otwarcie opakowania zawsze od strony tłoka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91

dot. Części nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej LL 20 ml z logo producenta na cylindrze, opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92

dot. Części nr 1 poz. 8-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do pomp firmy Margomed z wyraźną niezmywalną dwustronną skalą pomiarową, co umożliwi precyzyjny odczyt pobranej objętości leku i nazwą producenta na cylindrze, co umożliwi jednoznaczną identyfikację strzykawki w menu pompy, gdyż producent posiada w ofercie tylko 1 typ strzykawek do pomp, opakowanie 85 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93

dot. Części nr 1 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolca przepływowego do worka w systemie zamkniętym z portem bezigłowym do pobierania z worków, bez odpowietrzenia. Przestrzeń martwa przyrządu - 0,06 ml, Możliwość użycia przez 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Zawór z minimalną przestrzenią martwą, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo - sterylny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

dot. Części nr 13

Czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 350 cm H₂O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95

dot. Części nr 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

dot. Części nr 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzeniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97

dot. Części nr 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98

dot. Części nr 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby woda była w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni.



Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99

dot. Części nr 24 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski spełniającej parametry: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maską o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankieta chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maską wyposażoną w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr (dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankieta. Rozmiar maski kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej. Maską w rozmiarach: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100

dot. Części nr 19

Zwracam się z prośbą o możliwość zaferowania w Części 19 kleszczy chwytających typu aligator - ząb szczura, średnica ostłonki 2,3mm, długość 160 cm lub 230 cm do wyboru przez Zamawiającego. Karta katalogowa w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze chwytające typu aligator - ząb szczura, średnica ostłonki 2,3mm, długość 160cm lub 230cm do wyboru przez Zamawiającego. Karta katalogowa stanowi załącznik do odpowiedzi na Pytania.

Jednocześnie Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

- a) **Części nr 7. Czujnik typu Camino do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (Załącznik nr 2.7 do SWZ) w poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego.**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Jest:

1. Czujnik (cewnik - dren typu CAMINO) do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego – ilość na 24 m-ce: 5 szt.

Winno być:

Część nr 7. Przetwornik ICP typu MIKROSENSOR CODMAN® (Załącznik nr 2.7 do SWZ) w poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego.

1. Jednorazowy przetwornik ICP, do pomiaru podtwardówkowego lub śródmięzszowego, kompatybilny z posiadanymi monitorami BeneVision N17 firmy Mindray. Zestaw podstawowy składający się z:

- Igła Tuohy 14 G z mandrynem
 - Przetwornik ICP (typu MIKROSENSOR CODMAN®) z oznaczeniami głębokości w cm.
- Ilość na 24 m-ce: 5 szt.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.7 do SWZ. Załącznik nr 2.7 do SWZ po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu - Rozdział IX ust. 7 SWZ oraz załączniki nr 2.1, 2.7, 2.22, a także załącznik nr 4, 4A i 8 do SWZ po modyfikacji oraz karta katalogowa produktu do pytania nr 100.

Wyżej wymienione Załączniki po modyfikacji w wersji edytowalnej dostępne są na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA: W związku z powyższym Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 i 2 uPzp zawiadamia, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytania oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 12.04.2023 r. **na dzień 19.04.2023 r.**, miejsce i ustalone godziny pozostają bez zmian oraz modyfikuje termin związania ofertą z dnia 10.07.2023 r. na dzień **17.07.2023 r.**

Z upoważnienia
Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
we Włocławku

Inspektor
Działu zamówień Publicznych
mgr Justyna Kwiatkowska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



ROZDZIAŁ IX
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. **JEDZ - oświadczenie** wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, **składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.**

UWAGA: W części IV (Kryteria kwalifikacji) formularza JEDZ wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza.

1a. **Oświadczenie** wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835), składane **zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, które powinno być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.**

2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ, **składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.**

3. Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikami od nr 2.1 – 2.28 do SWZ, **składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.**

3a. Formularz początkowego stanu zapasów w zakresie części nr 22, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ – stanowiący treść oferty, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako „**Podmiot Udostępniający**”) na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) **zobowiązania Podmiotu Udostępniającego** składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczzonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostępniającego poświadczona za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

b) w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ odpowiednio wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ, a także odpowiednio wypełnione oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a niniejszego rozdziału, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ (sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).



5. Dowód wniesienia wadium wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

7. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

Wraz z ofertą wykonawca powinien złożyć:

7.1. aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) w formie odpowiednio:

a/ oświadczenia Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że posiadają wymagane prawem dokumenty;

7.2. aktualne karty katalogowe z zaznaczonymi oferowanymi pozycjami, w przypadku wersji obcojęzycznej przetłumaczonymi na język polski, z których wynikać będzie spełnianie warunków wynikających z opisu przedmiotu zamówienia dotyczących zaoferowanego wyrobu / sprzętu medycznego.

7.3. Wynik badań z niezależnego laboratorium potwierdzających skuteczność filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) w zakresie przyrządów do przetwarzania **(dotyczy Części nr 1 poz. 1) (...)**



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....
(Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SWZ
DZP/15/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 1. Aparaty do przetoczeń

Lp.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	APARATY DO INFUZJI. Zestaw do infuzji grawitacyjnej, komora kroplowa PVC bez DEHP, 20 kropli/min. z filtrem 15 µm, Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, w kształcie stożka. Komora kroplowa o wielkości 6 cm (5,5 cm w części przeciwzycystej) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie zestawu do pojemnika z płynem. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochwąką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, opakowanie typu papier-folia; na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data	3.	szt.	350 000								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednością Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	ważności – 4 lata od daty produkcji.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.	APARATY DO INFUZJI BURSZTYNOWE. Zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania leków, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochweczkę na igłę biorczą oraz zaczepek na dren do podwieszenia. sterylne – EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.		szt.	500								
3.	APARATY DO TRANSFUZJI. Aparat do transfuzji. Zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o długości 9,5 cm (9 cm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni (21,66 cm ²), wielkości oczek 200 µm. Dren o		szt.	25 000								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2. długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochwą na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku lateksu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.	Strzykawka trzyczęściowa 2 ml lub 3 ml, z końcówką Luer-Lock , przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,1 ml; wolna od PVC, dehp, lateks, Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna (promieniami Gamma lub EO) opakowanie 100szt.	2 ml lub 3 ml	szt.	350 000								
5.	Strzykawka trzyczęściowa 5 ml z końcówką Luer-Lock , przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,2ml; wolna od PVC, dehp, lateks, Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej	5 ml	szt	350 000								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Lp.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	strykawki, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna (promieniami Gamma lub EO) opakowanie 100szt.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6.	Strzykawka trzyścięciowa 10 ml z końcówką Luer-Lock , przezroczysta z czarną, wyraźną i precyzyjną skalą co 0,2ml; wolna od PVC, dehp, lateks, Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; czarna skala na cylindrze odpowiadająca poj. nominalnej strzykawki, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, zakończenie centryczne; sterylna (promieniami Gamma lub EO) opakowanie 100szt.	10 ml	szt	400 000								
7.	Strzykawka trzyścięciowa 20 ml z końcówką Luer-Lock , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PVC, DEHP, Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; czarna skala na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie; wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z	20 ml	szt	400 000								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



ul. Wieniecka 49. 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	komory strzykawk; sterylna (promieniami Gamma lub EO) opakowanie 50szt.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8.	Strzykawka 50 ml lub 60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock; sterylna, niepirogenna; Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka; skala jednostronna przedłużona w stosunku do pojemności nominalnej [50/60 ml], czytelna i trwała; podziałka skali wycechowana w mililitrach (precyzyjna skala co 1 ml do 60ml); wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy B. Braun; pod pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych firmy B. Braun; Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze dla identyfikacji w menu pompy bez opakowania. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack.; opakowanie max. 60szt.	50 ml lub 60 ml	szt	25 500								
9.	Strzykawka 50 ml lub 60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock; do leków światłoczułych, sterylna, niepirogenna; Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka; skala jednostronna przedłużona w stosunku do pojemności nominalnej [50/60 ml], czytelna i trwała; podziałka skali wycechowana w mililitrach (precyzyjna skala co 1 ml do 60 ml), wkalibrowana w pompy infuzyjne firmy B. Braun; pod	50 ml lub 60 ml	szt	25 000								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2. pojęciem „wkalibrowane” zamawiający rozumie strzykawkę wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych firmy B. Braun; Logo producenta i typ strzykawki na cylindrze dla identyfikacji w menu pompy bez opakowania, opakowanie jednostkowe typu blister-pack.; opakowanie max. 60 szt.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
10.	Kolec przepływowy (Urządzenie dostępu SmartSite™ do worka): <ul style="list-style-type: none">- dostęp do worka bez odpowietrzenia,- bezigłowy system typu SmartSite™,- dostępny również z zastawką antyzwrotną,- produkt jednorazowego użytku,- opakowanie jednostkowe sterylne,- produkt nie zawiera letaksu, nie zawiera PCV,- wyrób medyczny klasy IIa,- długość 8,33cm,- objętość wypełnienia 0,47ml.	bez zastawki antyzwrotnej	szt.	500								
		z zastawką antyzwrotną	szt.	500								
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:												

Wymagania dla Części nr 1:

1. Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania określone w pozycji 1 wyposażone były w odpowietrznik zaopatrzone w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994% oraz wirusów (VFE) min. 99,99964% (potwierdzone wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty).
2. Zamawiający wymaga dla asortymentu określonego w pozycji 4, 5, 6 strzykawkę z końcówką Luer-Lock.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49-87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Inst. Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

3. Zamawiający wymaga, aby strzykawki określone w pozycji 8, 9 pochodziły od jednego producenta.
4. Zamawiający wymaga, aby strzykawki określone w pozycji 8, 9 były wkalibrowane w menu pompy wskazanej dla tych pozycji w SWZ.

łącna wartość netto części nr 1 : PLN

(Słownie:)

łącna wartość brutto części nr 1 : PLN

(Słownie:)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....
(Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.7 do SWZ
DZP/15/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 7. Przetwornik ICP typu MIKROSENSOR CODMAN

Lp.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Jednorazowy przetwornik ICP, do pomiaru podwarówkowego lub średniąższowego, kompatybilny z posiadanymi monitorami BeneVision N17 firmy Mindray. Zestaw podstawowy składający się z: - Igła Tuohy 14 G z mandrynem - Przetwornik ICP (typu MIKROSENSOR CODMAN®) z oznaczeniami głębokości w cm.		szt	5								
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:												

Łączna wartość netto części nr 7 : PLN
(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 7 : PLN
(Słownie:)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....
(Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.22 do SWZ
DZP/15/2023

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 22. Port naczyniowy do podawania chemioterapii z przeznaczeniem dla o. Chirurgii

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	Port naczyniowy (profil niski) o opływowym kształcie i wysokości do 12 mm, którego obudowa wykonana jest z tytanu, waga 8-10 g, jałowy, posiadający: <ul style="list-style-type: none">- Membranę silikonową z żywotnością do wielokrotnych wkłuć (membrana delikatnie uniesiona umożliwiająca łatwe wkucie igły do portu),- Komorę i osłonę tytanową, z wycięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt- Możliwość wykonania badania TK i MRI u pacjentów z portem oraz możliwość podawania kontrastu przez port przy badaniu TK (automatyczna infuzja),- Możliwość leczenia pacjenta z wszczepionym portem promieniami jonizującymi,- Dostosowane do podawania leków przeciwnowotworowych, preparatów krwiopochodnych i żywienia pozajelitowego,	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.			komplet	200								



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2. - Dwa otwory mocujące od strony cewnika wypełnione silikonem, - Prowadnicę elastyczną w kształcie litery J, długości minimum 50 cm, - Osłonkę rozrywalną z rozszerzaczem naczyń, - Cewnik silikonowy lub poliuretanowy z podziałką co 1 cm, o długości minimum 50 cm z anatomicznym zakończeniem, z końcem otwartym o średnicy wewnętrznej 1,0mm; 1,3mm (do wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb), średnica zewnętrzna 2,0 mm-2,5 mm, rozmiar 5-7Fr (do wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb), łącznik mocujący cewnik - 2 sztuki - Tunelizator tępo zakończony umożliwiający wykonanie kanału podskórnego, - Strzykawkę poj. 10 ml – sztuk 2, - Igiła do nakłucia żyły 18 G-sztuk 1 - Igiła Hubera (kompatybilna z portem naczyniowym) z motylykiem, drenem i zaciskiem możliwą do zastosowania w MRI - rozmiar 19-22 G (do wyboru przez zamawiającego w zależności od potrzeb) , - Pakiet edukacyjny dla pacjenta z instrukcją w języku polskim, opaska identyfikacyjna - Instrukcję użycia (wszczepienia portu) w języku polskim, - Książeczka wskazówki dla pielęgniarzek dotycząca pielęgnowania w języku polskim.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2. <i>Zamawiający wymaga aby Wykonawca przez okres 24 miesięcy zagwarantował zapas konsygnacyjny w ilości 4 kompletów.</i>	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:												

Wymagania dla portów naczyniowych:

1. Wykonawca zagwarantuje dostawę towaru w ramach zapasu konsygnacyjnego zorganizowanego w siedzibie Zamawiającego zgodnie z formularzem początkowego stanu zapasów stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby po podpisaniu umowy, dostawa początkowego zapasu konsygnacyjnego w zakresie Części nr 22 nastąpiła w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
3. **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował początkowy zapas konsygnacyjny w ilości 4 kompletów.**
4. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r., poz. 974)

Łączna wartość netto części nr 22 : PLN

(Słownie:)

Łączna wartość brutto części nr 22 : PLN

(Słownie:)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



UMOWA NR DZP / 15 / 2023 - WZÓR - dotyczy Części nr 1-21; 23-28

zawarta w dniu2023r., we Włocławku, pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :
Dyrektor – Karolina Welka,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną dopod Nr ,
NIP:, REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 15/ 2023 na dostawę aparatów do przetoczeń, strzykawkę i innego drobnego sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **sukcesywna dostawa aparatów do przetoczeń, strzykawkę i innego drobnego sprzętu medycznego** [zwanymi także w umowie „towarem”] przez okres 24 miesięcy w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2* do SWZ w Częściach wskazanych w § 2 umowy* (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 24 miesiące), producent.
4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać pełnej wartości brutto umowy w ramach składanych zamówień objętych umową. Jednakże w wyniku powyższego wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.



6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaofferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 8 ust. 5 umowy.

§ 2

Wartość umowy

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2* do SWZ – w następującej Części zamówienia:

* Część Nr

wartość netto : zł, (słownie: PLN),

wartość brutto : zł, (słownie: PLN).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : zł, (słownie : PLN)

wartość brutto : zł, (słownie : PLN)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1)

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 lit. a - f umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

- opakowania,
- transportu,
- rozładunku u Zamawiającego,
- ubezpieczenia na czas transportu.

§ 3

Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od2023r. do2025r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 4

Organizacja dostaw

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.
- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.
- Zamawiający może kierować do Wykonawcy zamówienie e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy **w terminie *.....(max 5 dni) dni roboczych** *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 14:00, w piątek w godz. 7:00 – 11:00 zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: **Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.**
6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.
7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.
8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy bez zastrzeżeń. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.
9. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.
10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).
11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

§ 5

Nabycie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu przekraczającej 3 dni, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. Nabycie zastępcze nastąpi po cenach nieodbiegających (przewyższających) istotnie od panujących cen rynkowych.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczył mu towar - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Przy czym kwota, którą Zamawiający przeznaczy w ramach nabycia zastępczego nie może być rażąco wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych za tego typu towar.



4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 6

Rozliczenia

1. Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.
2. **Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
5. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. *(dotyczy wyłącznie spółek z o.o.)*.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny.

§ 7

Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest (tel..... faks..... e-mail:) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest (tel.nr), lub osoba zastępująca.

§ 8

Reklamacje oraz kary umowne

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 7 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.
3. W przypadku:
- a) zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,30 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;
 - b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową.
4. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 50% wartości brutto umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W przypadku:
- a) powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
 - b) zwłoki w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,
 - c) zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,
 - d) innego zawinonego i istotnego naruszenia postanowień umowy, w szczególności § 1 ust. 7 umowy,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
6. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.
8. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
- a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub
 - b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.U.E.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
- a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień.



c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;



k. nastąpi konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

- a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,
- b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.
- c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;
- d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;
- e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;
- f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.



4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

a) w umowie określa się 20% poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

b) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 ustala upływ 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

c) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

d) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi według następującego wzoru:

$$a \times b = c,$$

gdzie:

a – to % udział wartości materiałów i kosztów, które ceny się zmieniły w całej wartości oferty wykonawcy,

b – to % wzrost/spadek cen materiałów i kosztów, w oparciu o wskaźnik określony w lit. c)

c – to wskaźnik % zmiany wysokości wynagrodzenia

e) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 5% podstawowej wartości brutto umowy,

f) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

g) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie

h) w celu zweryfikowania zasadności wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia według opisanych wyżej zasad Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub złożenia stosownych dokumentów, w tym także kalkulacji ceny potwierdzającej % udział wartości materiałów i kosztów, które ceny się zmieniły w całej wartości oferty wykonawcy.

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł



umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi,
- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

j) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. i) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 11

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 12

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 września 2019r., - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowi:

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć nagłówkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć kierownika jednostki)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Załącznik Nr 4A do SWZ nr DZP/15/2023

UMOWA NR DZP / 15 / 2023 WZÓR - dotyczy części nr 22

zawarta w dniu2023r., we Włocławku, pomiędzy:

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP : 888 31 17 873, REGON : 341411727, reprezentowanym przez :

Dyrektor – Karolina Welka,
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II., wpisaną dopod Nr ,
NIP:, REGON :, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod Nr DZP / 15/ 2023 na dostawę aparatów do przetoczeń, strzykawkę i innego drobnego sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy.

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa portu naczyniowego do podawania chemioterapii dla Oddziału Chirurgii** [zwanym także w umowie „towarem”] w ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - dla części *....., wraz z zaopatrzeniem i obsługą składu konsygnacyjnego *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).
2. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

§ 2

[oświadczenia Wykonawcy w zakresie dostaw]

1. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa wyrobu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 24 miesięcy od daty dostawy), producent.
2. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.
3. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 11 ust. 5 umowy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

§ 3

[zasady organizacji składu konsygnacyjnego]

1. Wykonawca przekaże towar do przechowywania konsygnacyjnego, a Zamawiający przyjmie ten towar w ilościach określonych w „Formularzu początkowym stanu zapasów”, będącym załącznikiem nr 8 do swz.
2. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego od chwili jego pobrania ze składu konsygnacyjnego do wykorzystania.
3. Zamawiający zobowiązany jest składować towar dostarczony przez Wykonawcę oddzielnie od innych towarów oraz prowadzić ewidencję tego towaru w taki sposób, aby możliwe było w każdej chwili ustalenie jego ilości.
Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt :
 - a. umieszczać towar w należycie urządzonym składzie i odpowiadającym wymogom przewidzianym dla materiałów medycznych i zabezpieczonym przed kradzieżą,
 - b. utrzymać skład w należyłym stanie.
4. Po upływie okresu obowiązywania umowy Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar składowany u Zamawiającego, Wykonawcy, a nie wykorzystany, w stanie nie pogorszonym. Przejęcie towaru nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony.
5. Wykonawca jest uprawniony do kontrolowania i przeglądania składu, w tym kontroli terminów ważności składowanych towarów przez osobę w tym celu przez siebie wydelegowaną i pisemnie upoważnioną po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu kontroli i przeglądu - cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Osobą odpowiedzialną za organizację składu konsygnacyjnego oraz nadzorującą realizację umowy w ramach dostaw jest lub osoba zastępująca.

§ 4

[organizacja dostaw w ramach składu konsygnacyjnego]

1. Dostawa pierwszej partii towaru w minimalnej ilości (podanej w załączniku nr 8 do swz) nastąpi **w terminie** **dni roboczych*** (*maksymalnie 3 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia nin. umowy, a ich przyjęcie przez Zamawiającego zostanie potwierdzone stosownym dokumentem: protokołem odbioru podpisanym przez strony. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. **(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*
2. Zamawiający będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny według własnych potrzeb. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie pobierał towar oddany w skład konsygnacyjny z najkrótszym terminem ważności.
3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po pobraniu towaru do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie i przesłania mu **karty ewidencji towaru** w formie: faksowej lub e-mailem.
4. W przypadku pobrania towaru ze składu konsygnacyjnego, Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić skład konsygnacyjny poprzez dostawę towaru według załącznika nr 8 do swz. Dostawa towaru nastąpi **w terminie** *..... **dni roboczych** (*maksymalnie 3 dni roboczych*) od daty przekazania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3. **(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)*
5. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.



6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru do składu konsygnacyjnego o odpowiednim terminie ważności oraz przydatności, pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający dołoży staranności aby w ramach składu konsygnacyjnego zużywać towar z najkrótszym terminem przydatności.

7. Zamawiający nie będzie korzystał z towaru, którego termin ważności już upłynął – w takim wypadku Wykonawca powinien natychmiastowo zapewnić identyczny towar, jednakże z odpowiednim terminem ważności. Natomiast Zamawiający w takim przypadku ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 3 umowy, a także do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

[miejsce spełnienia dostawy]

1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się **dostarczać towar** w ustalonym dniu tygodnia w godz. 8⁰⁰ - 14⁰⁰, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: skład konsygnacyjny **mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.**

3. Zamawiający - przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

§ 6

[wartość umowy]

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa załącznik nr 1 do umowy - Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.22 do swz* (zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) - w następującej części:

* **część nr:**

* **wartość netto** : zł, (słownie :)

* **wartość brutto** : zł, (słownie :).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

* **wartość netto** : zł, (słownie :)

* **wartość brutto** : zł, (słownie :).

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

(suma wszystkich części wymienionych w § 6 ust. 1)

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. a-f umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 7

[okres obowiązywania umowy]

1. Umowa obowiązuje od**2023 r., do2025r.**(24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w umowie. (§ 6 ust. 2 umowy)

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



§ 8

[rozliczenia]

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar jest faktura, wystawiona prawidłowo przez Wykonawcę po każdorazowym pobraniu przez Zamawiającego towaru ze składu konsygnacyjnego, przy założeniu, że Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do jakości, właściwości lub kompletności towaru pobranego ze składu konsygnacyjnego.
2. **Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.
3. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
5. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. *(dotyczy wyłącznie spółek z o.o.)*.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/> Zamawiający dopuszcza również dostarczenie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl oraz dopuszcza dostarczenie faktur w formie papierowej w sposób tradycyjny.

§ 9

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest (tel..... faks..... e-mail:) lub osoba zastępująca.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest tel., faks: e-mail: lub osoba zastępująca lub osoba zastępująca.

§ 10

[wykonanie zastępcze]

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zawinione wykonanie przez niego w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu przekraczającej 3 dni, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie. Nabycie zastępcze nastąpi po cenach nieodbiegających (przewyższających) istotnie od panujących cen rynkowych.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczył mu towar - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Przy czym kwota, którą Zamawiający przeznaczy w ramach nabycia zastępczego nie może być rażąco wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych za tego typu towar.



4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 11

[zasady reklamacji towaru, kary umowne]

1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych czynnościach osobę wskazaną w § 9 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przesłania lub od dnia zgłoszenia. Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie w zdaniach 1-2, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

2. Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

3. W przypadku:

a) zwłoki w terminach dostaw podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,30% ceny brutto umowy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

b) gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % umowy brutto za każdy tego typu przypadek.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku:

a) powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

b) opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

c) nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

d) innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

6. Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

8. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w ramach niniejszej umowy nie może przekraczać 50% wartości brutto umowy.

9. Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia



13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

§ 12

[forma zmiany umowy]

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

[Zmiany umowy]

1. Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
 - a. nastąpi obniżenie ceny;
 - b. zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień.
 - c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
 - d. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
 - e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i



wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

2. Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;



- e) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;
- f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.
4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:
- a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
 - b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
 - c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
 - d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.
6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:
- a) w umowie określa się 20% poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia,
 - b) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1 ustala upływ 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 - c) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - d) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nastąpi według następującego wzoru:
$$a \times b = c,$$

gdzie:
a – to % udział wartości materiałów i kosztów, które ceny się zmieniły w całej wartości oferty wykonawcy,
b – to % wzrost/spadek cen materiałów i kosztów, w oparciu o wskaźnik określony w lit. c)
c – to wskaźnik % zmiany wysokości wynagrodzenia
 - e) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 5% podstawowej wartości brutto umowy,



f) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

g) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,

h) w celu zweryfikowania zasadności wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia według opisanych wyżej zasad Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub złożenia stosownych dokumentów, w tym także kalkulacji ceny potwierdzającej % udział wartości materiałów i kosztów, które ceny się zmieniły w całej wartości oferty wykonawcy.

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi,
- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

j) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. i) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 14

[Siła Wyższa]

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezwzględnego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.



5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.
6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

[odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 16

[Postanowienia końcowe]

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.
- Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710), Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).
- Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).
- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

§ 17

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Integralną część umowy stanowi:
a/ załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy – wg załącznika nr 2 do SWZ;
b/ załącznik nr 2 do umowy: Formularz początkowego stanu zapasów – wg załącznika nr 8 do SWZ;

WYKONAWCA:

.....
(pieczęć nagławkowa)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć nagławkowa)

.....
(pieczęć kierownika jednostki)



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



.....
dane Wykonawcy

FORMULARZ POCZĄTKOWEGO STANU ZAPASÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. Dostawa aparatów do przetoczeń, strzykawkę i innego drobnego sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy; *Znak postępowania: DZP/15/2023.*

UWAGA: Niniejszy dokument stanowi dookreślenie zobowiązania wykonawcy i w związku z tym jest traktowany jako część oferty wykonawcy.

L.p.	Numer Części	Pozycja	Ilość zapasu konsygnacyjnego	Kod wyrobu lub inne oznaczenie produktu	Producent	Nazwa handlowa
1.	Część nr 22	Poz. 1	4 komplety			

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej



Zęby Aligatora - kleszcze do usuwania ciał obcych



STERILE

Bezpieczne i niezawodne usuwanie ciał obcych

POWLEKANE ZĘBY ALIGATORA



Znacznik pozycji



Charakterystyka

- ☑ Łączy zalety kleszczy i siły zębów Aligatora do bezpiecznego i niezawodnego usuwania ciał obcych
- ☑ Łatwe manewrowanie dzięki znacznikom pozycji
- ☑ Zintegrowany uchwyt
- ☑ Pakowane indywidualnie - sterylne, 3 etykiety samoprzylepne z nr katalogowym, nr serii, datą ważności, danymi producenta / dystrybutora

Średnica zewnętrzna
cewnika

Długość robocza

Długość tyłek

Ilość szt w
opakowaniu

Numer katalogowy

Dla bronchoskopu z kanałem roboczym od 2.0 mm

1.8 mm

120 cm

5.8 mm

10

GFR-ALI-18-120-SU

Dla gastrokopu i kolonoskopu z kanałem roboczym od 2.8 mm

2.3 mm

160 cm

7.12 mm

10

GFR-ALI-23-160-SU

2.3 mm

230 cm

7.12 mm

10

GFR-ALI-23-230-SU

Producent: Yangzhou Fartley Medical Instrument Technology Co., Ltd.

