

Konin, dnia 27.09.2022 roku

WSZ-EP-52/1428/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowej Strategii Onkologicznej**”, nr sprawy **WSZ-EP-52/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 8**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Dotyczy Umowy:

**Pakiet 3 – Myjnia do bronchofiberoskopów wraz z montażem - 1 szt.**

1. §1 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce instalacji zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający w miejscu instalacji dysponuje przyłączami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi i nie przewiduje wykonywania żadnych prac adaptacyjnych. O ile zajdzie taka konieczność wynikająca z indywidualnych wymagań zaoferowanego urządzenia to zgodnie z § 4 ust. 11-14 prace dostosowawcze instalacji leżą po stronie Wykonawcy.**

2. §5 ust 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

3. § 6 ust. 1 pkt 4 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Dotyczy (załącznik 2.3 pakiet 3 – myjnia do bronchofiberoskopów wraz z montażem - 1 szt):

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu elastycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z podłączeniem endoskopu do wymiennego przyłącza systemowego myjni? Uzasadnienie: Wymienne przyłącze systemowe myjni umożliwia podłączenie endoskopów różnych producentów bez utraty skuteczności mycia i walidacji programów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z procesem dezynfekcji w temperaturze 25 st. C +/-5 st. C?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z komorą wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z ostatnim płukaniem wodą przefiltrowaną na zasadzie mikro-filtracji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia ładowanego od góry poprzez przeszkłone drzwi otwierane uchylnie do góry bez konieczności stosowania koszy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonującego proces autodezynfekcji chemicznej zgodny z normą PN EN ISO 15883 cz.4 w temperaturze pokojowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zasilaniem elektrycznym 230V 50 Hz w przypadku gdy myjnia do pracy nie wymaga podgrzewania środków chemicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych poprzez wykreślenie pkt. 21. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważny system identyfikacji endoskopu za pomocą tagów RFID uniemożliwiający omyłkowego zeskanowania innego kodu endoskopu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie wyposażonego w system zmiękczenia wody i demineralizacji w przypadku gdy technologia mycia nie wymaga używania w/w elementów i jest w pełni zgodna z normą dotyczącą mycia PN EN ISO 15883 cz.4?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w tym zakresie. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wysokości nie przekraczającej 140 cm przy zachowaniu pozostałych wymiarów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.