

Pytanie nr 20 dot. zadania nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 poz. 5 i stwori oddzielny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 poz. 5 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22 dot. zadania nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 poz. 5 i stwori osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 23 dot. §7 ust. 2 lit a) wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

"Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;"

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 24 dot. zadania nr 6 poz. 1

Czy zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wyłącznie cewników 3 - światłowych z powłoką antybakteryjną w rozmiarze 12F – 16 i 20 cm o przepływie przez 16Ga powyżej 2400 ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 25 dot. zadania nr 6 poz. 8

Czy zamawiający w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce nie produkowanych cewników pediatrycznych 8F/12cm, cewniki pediatryczne 9F/13cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obowiązującymi w naszym kraju i UE normami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 27 dot. zadania nr 9 poz. 1

Czy zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28 dot. zadania nr 21 poz. 1

Czy zamawiający dopuści mankiet wykonany z PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 29 dot. zadania nr 21 poz. 1

Czy zamawiający dopuści skalowanie co 2 cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 30 dot. zadania nr 27 poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od badań klinicznych pod kątem bezpieczeństwa systemu odnośnie czasu utrzymania do 29 dni? Jednocześnie czy zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzić ww. parametr oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie odstąpi od badań klinicznych pod kątem bezpieczeństwa systemu odnośnie czasu utrzymania do 29 dni. Zamawiający wyraża zgodę aby w/w parametr był potwierdzony oświadczeniem producenta. Ponadto Zamawiający wymaga, aby oświadczenie producenta o czasie stosowania przedmiotu umowy zostało dostarczone wraz z pierwszą dostawą. Patrz modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 31 dot. zadania nr 27 poz. 1

Czy zamawiający dopuści worek o pojemności 2000ml, bez substancji żelującej?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 32 dot. zadania nr 27 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki zbiorcze kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowane pojedynczo?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 33 dot. zadania nr 31 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem o następujących parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące

- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki
- Rozmiary: od 6,5mm do 9,5mm, co 0,5mm



W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 34 dot. zadania nr 30 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie układu o dł. ramie wdechowe i wydechowe 180 cm. i 110 cm. rura do worka. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35 dot. zadania nr 30 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu o dł. ramie wdechowe i wydechowe 150 cm. i 110 cm. rura do worka. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 36 dot. zadania nr 30 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiety powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, kolorystyczna identyfikacja rozmiaru na etykiecie produktu. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 7 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37 dot. zadania nr 30 poz. 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 38 dot. § 7 ust. 2 lit. a) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...)w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 39 dot. § 7 ust. 2 lit. b) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...)w wysokości 0,2% wartości zareklamowanej partii towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 40 dot. § 7 ust. 2 lit. c) wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kary umownej za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4, ze względu na charakter zamówienia i realizowanie dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 41 dot. § 7 ust. 2 lit. d) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...)w wysokości 0,1% wartości części dostawy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 42 dot. § 7 ust. 2 lit. e) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...)w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 43 dot. § 7 ust. 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych z 30% do 10%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 44 dot. zadania nr 38 poz. 1

Czy zamawiający dopuści:

Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. średnica pętli 24 mm, długość narzędzia 2300mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 45 dot. zadania nr 38 poz. 2

Czy zamawiający dopuści:

Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny, minimalna średnica kanału roboczego 2,3 mm, średnica 15 mm, długość narzędzia 2300mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46 dot. zadania nr 38 poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), kształt standardowy owalny, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm średnica drutu 0,47mm, o średnicy 10 mm, długość narzędzia 230 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 47 dot. zadania nr 38 poz. 4

Czy zamawiający dopuści:

Pętla elektrochirurgiczna jednorazowego użytku, pleciona do polipektomii, średnica pętli 10mm; średnica drutu 0,47mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48 dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.
- c) w wysokości **500,00 zł** (słownie: **pięćset złotych** 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,