

Wrocław, dnia 19.01.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: **PN 111/23-SPRZĘT DLA PRACOWNI ENDOSKOPII**

I.Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 2 Formularz oferty pkt. 3 oraz umowa § 3 ust. 1 – termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednoclenie zapisów dot. terminu wykonania zamówienia.

Istnieje rozbieżność pomiędzy zapisami formularza ofertowego oraz zapisami umowy.

Odpowiedź nr 1 – Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu Umowy, który jest zawarty w Projekcie Umowy, czyli: ZADANIE 1, 2 : 15 tygodni od dnia podpisania umowy;

ZADANIE 3, 4 : 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 8 oraz pkt. 10 wymagania ogólne – załącznik nr 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź nr 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodni z poniższym:

„W przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej (...)” ?

Odpowiedź nr 3 – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w Projekcie Umowy § 8 ust. 9 z 2 krotnej na 3 krotną naprawę tego samego elementu lub podzespołu/ modułu. Pozostałe zapisy utrzymuje w mocy. Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze ?

Odpowiedź nr 4 - Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze. Zamawiający zwraca uwagę, że określenie : „czas reakcji serwisu” jest rozumiany co najmniej jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1a, 1b, 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2 do 0,1% ?

Odpowiedź nr 5 - Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 do 5% ?

Odpowiedź nr 6 - Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści średnicę sondy endoskopowej 9,8 mm?

Odpowiedź nr 7 - Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy 3,2 mm ?

Odpowiedź nr 8 - Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 10 oraz Kolonoskop pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści: Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym przez filtr optyczny lub cyfrowy?

Odpowiedź nr 9 - Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 12 oraz Kolonoskop pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści: Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych?

Odpowiedź nr 10 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści długość sondy roboczej 1050 mm?

Odpowiedź nr 11 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 14 oraz Kolonoskop pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści: oznaczenie endoskopu zawierające model i średnicę kanału roboczego umieszczone na endoskopie?

Odpowiedź nr 12 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 15 oraz Kolonoskop pkt 18 oraz Duodenoskop pkt 12
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie: Toru wizyjnego współpracującego z oferowanymi endoskopami?

Odpowiedź nr 13 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 1a, Gastroskop HDTV pkt. 16 oraz Kolonoskop pkt 19 oraz Duodenoskop pkt 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie programu do archiwizacji z funkcją uruchamiania zapisu zdjęć z przycisku endoskopu?

Odpowiedź nr 14 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści średnica sondy endoskopowej 13,2 mm?

Odpowiedź nr 15 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy 3,8 mm?

Odpowiedź nr 16 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 7 i 8
Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 4-100 mm?

Odpowiedź nr 17 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści pole widzenia 140 st?

Odpowiedź nr 18 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści długość sondy roboczej 1500 mm?

Odpowiedź nr 19 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 1a, Kolonoskop pkt. 16-17
Czy Zamawiający dopuści sztywność endoskopu ustawioną na stałe?

Odpowiedź nr 20 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 21

Dotyczy Załącznika nr 1a, Duodenoskop pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną sondy 11,6 mm?

Odpowiedź nr 21 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 1a, Duodenoskop pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści odchylenie końcówki: Góra/dół 120°/90°
Prawo 105° Lewo 90°

Odpowiedź nr 22 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 1a, Duodenoskop pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści wielorazową usuwalną osłonkę?

Odpowiedź nr 23 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 1a, Duodenoskop pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści wielorazową osłonkę dystalna 40 szt?

Odpowiedź nr 24 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 1a, Bronchoskop LCD pkt. 12

Czy zamawiający dopuści odłączany dotykowy monitor o przekątnej 5 cali z możliwością archiwizacji obrazu?

Odpowiedź nr 25 – Z uwagi na parametry terepeutyczno-zabiegowe Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika nr 1a, Bronchoskop LCD pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści Obrót ekranu: W górę i w dół: 60⁰ – 160⁰ (Obrót 100⁰), w lewo i w prawo : 170⁰

Odpowiedź nr 26 – Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 1

dot. zał. nr 1b do SWZ – Wymagania ogólne dot. całego wyposażenia, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów pkt. 8 na zapis poniższej treści: „Udostępnienie telefonicznej pomocy serwisowej czynnej 24h w dni robocze * w okresie gwarancji. Podać numer telefonu. (dostarczone przy dostawie)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający określił dokładnie co rozumie pod pojęciem "dni robocze * i świąteczne w okresie gwarancji" Znacznik w postaci gwiazdki wyłącza dni ustawowo wolne od pracy.

Pytanie nr 2

dot. załącznika nr 4 do SWZ, § 8 OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA, punkt 9.

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

W przypadku 3 - krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu/modułu, Wykonawca obowiązany jest wymienić ten element (podzespół) na nowy, wolny od wad.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w załącznika nr 4 do SWZ, § 8 OBSŁUGA SERWISOWA I GWARANCJA, punkt 9 z 2-krotnej naprawy na 3-krotną naprawę gwarancyjną tego samego elementu lub podzespołu/ modułu. Pozostałe warunki pozostają niezmiennie.

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

-zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ pkt 3

Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ w § 8 ust. 9

.

Załączniki:

1) załącznik nr 2 – formularz oferty po zmianach

2) załącznik nr 4- wzór umowy po zmianach

Sporządziła: Elwira Stołba