



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 09.09.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 26/2024

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę barwiarki oraz procesora tkankowego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7 pkt 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 5 ust. 1 pkt 1) i 2) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wartości netto zamiast obecnych 10% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy cząstkowej jest wysoce niesprawiedliwe. W

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.

Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odp. Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowy nadając § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy nadając im następujące brzmienie:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% niewykorzystanej na dzień odstąpienia kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, chyba, że odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niewykorzystanej na dzień odstąpienia kwoty wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Pytanie nr 4

W Rozdziale X pkt 7 Ogłoszenia Ministra Zdrowia w sprawie konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej” w 2024 r. (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/zakup-sprzetu-do-diagnostyki-patomorfologicznej-w-2024-r>) zapisano „Realizator zadania wybrany w postępowaniu konkursowym zobowiązany będzie do zapłaty za zakup sprzętu do dnia 27 grudnia 2024 r., wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / w trybie zapytania ofertowego, co najmniej w wysokości środków stanowiących dotację Ministra Zdrowia przekazanych na podstawie zawartej z Oferentem umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej na zakup sprzętu.” W związku z powyższym wnioskujemy o korektę zapisu dotyczącego 60-dniowego terminu płatności w taki sposób, aby wynosił on 60 dni, jednak nie dłużej niż do 27 grudnia 2024 r. dla środków stanowiących dotację Ministra Zdrowia przekazanych na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej na zakup sprzętu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIA TECHNICZNE

5. Pytanie nr 5

Załącznik nr 1 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Zadanie 1, Tabela, pkt. 5

Proszę o dopuszczenie urządzenia, które ma możliwość skonfigurowania do 4 stacji, które można wyposażyć w wodę bieżącą do płukania, bez stacji w grupie.

Urządzenie ma czujnik ciśnienia wody informujący o braku dopływu wody bieżącej, który pozwala użytkownikowi na szybką interwencję.

Są to parametry równoważne funkcjonalnie do opisanych w OPZ

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Zgodnie z SWZ

6. Pytanie nr 6

Zadanie 1, Tabela, pkt. 7.

Proszę o dopuszczenie urządzenia z regulowanym czas zanurzenia: od 0 do 119 minut i 59 sekund oraz regulowanym czasem interwałów minimum 10 sekund, maksimum 2 godziny.
Jest to parametr znacząco lepszy od wymaganego w OPZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

7. Pytanie nr 7

Zadanie 1, Tabela, pkt. 9.

Proszę o dopuszczenie urządzenia głównego o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1040 x 620 x 770 mm; bez monitora, dodatkowego sprzętu czy kanałów wentylacyjnych. Są to niewielkie różnice względem wymagań Zamawiającego, na korzyść oferowanego urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

8. Pytanie nr 8

Zadanie 1, Tabela, pkt. 18.

Proszę o dopuszczenie urządzenia z zewnętrznym UPS. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego SWZ.

Odp. Zgodnie z SWZ.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82