

D10.251.11.M.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

### **DOSTAWĘ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI STOMATOLOGICZNEJ ORAZ APARATU RTG Z RVG**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **ZESTAW I**

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści unity stomatologiczne nie wyposażone w hamulec pneumatyczny do konsoli?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.**

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuści unity z tacką pod konsolą o innych wymiarach niż 29x39 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.**

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuści unity w których w klawiaturze membranowej nie będzie - regulacja ilości obrotów mikrosilnika i mocy skalera, - możliwość włączenia i wyłączenia oświetlenia w końcówkach ze światłem, - możliwość włączenia/wyłączenia sprayu w końcówkach, - indywidualną regulacją wody dla każdej końcówki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.**

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający dopuści unity, w których butelka na wodę destylowaną będzie się znajdować na zewnątrz bloku spluwaczki ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.**

**Pytanie 5:**


Czy zamawiający dopuści unity, w których w sterowniku nożnym nie będzie napełnianie kubka i optukiwanie misy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie oraz w załączniku nr 1 B do specyfikacji SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

**W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ Zamawiający przesuwając termin składania ofert do dnia 20.03.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.**

**Zatwierdził:**

WICEPREZES  
ds. ekonomicznych  
  
Piotr Wróblewski

**Załącznik:**

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 B do SIWZ)

*Sporządził Sekretarz komisji przetargowej  
Marta Muszyńska- Orciuch*