

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/19

Sucha Beskidzka dnia 08.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno –
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym**

LAMPY OPERACYJNE I ZABIEGOWE

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOT. Załącznik nr 1a do SIWZ

Pakiet nr 1

Lampa sufitowa zabiegowa – 3 szt.

1. Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową z diodami, z odbłyśnikami które nie są pogrupowane w moduły dzięki czemu można je wymieniać pojedynczo co znacznie obniża koszt eksploatacji?

Zgodnie z siwz

2. Dot. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową wyposażoną w centralny uchwyt przeznaczony do sterylizacji oraz obudowę pozwalającą na łatwy chwyt w zamian za uchwyty brudne które utrudniają czyszczenie i niepotrzebnie zwiększają wielkość kopuły?

ZGODNIE Z SIWZ

3. Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której temperatura barwowa jest równa 4350K co jest wartością minimalnie różną od wymaganej?

ZGODNIE Z SIWZ


4. Dot. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której głębokość oświetlenia (L1+L2) jest równa 120 cm co jest parametrem lepszym od wymaganego?

TAK

5. Dot. pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której maksymalne zużycie energii jest równe 65W?

NIE

Pragniemy zauważyć, że proponowane przez firmę lampy były testowane u Państwa w Szpitalu i zyskały pozytywną opinię Użytkowników.



DOT. Załącznik nr 1b do SIWZ
Pakiet nr 2
Lampa operacyjna sufitowa – 1 szt.

1. Dot. pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z diodami, z odbłyśnikami które nie są pogrupowane w moduły dzięki czemu można je wymieniać pojedynczo co znacznie obniża koszt eksploatacji?

ZGODNIE Z SIWZ

2. Dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową wyposażoną w centralny uchwyt przeznaczony do sterylizacji oraz obudowę pozwalającą na łatwy chwyt w zamian za uchwyty brudne które utrudniają czyszczenie i niepotrzebnie zwiększają wielkość kopuły?

ZGODNIE Z SIWZ

3. Dot. pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której temperatura barwowa jest równa 4350K co jest wartością minimalnie różną od wymaganej?

ZGODNIE Z SIWZ

4. Dot. pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której głębokość oświetlenia (L1+L2) każdej czaszy jest równe 120 cm co jest parametrem lepszym od wymaganego?

TAK

5. Dot. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę sufitową której maksymalne zużycie energii jest równe 85W dla czaszy głównej oraz 65W dla czaszy satelitarnej?

ZGODNIE Z SIWZ

z poważaniem

mgr DOKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Spółce Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski