



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek nitrylowych diagnostycznych dla ZZOZ w Wadowicach.

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	SUMA ZAMÓWIENIA
1.	Rękawiczki zwykłe medyczno-ochronne	op	2000
2.	Rękawiczki do procedur wysokiego ryzyka	op	20
3.	Dozownik wielorazowy	szt	10

Wymagania dot. poz.1 i 2:

Wyroby podlegające: dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych (MDD) 93/42/EEC, znowelizowanej dyrektywą 2007/47/EC i jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI) podlegające dyrektywie 89/686/EEC dotyczącej klasyfikacji środków ochrony indywidualnej, zgodnie z poziomem zagrożenia, oraz dyrektywie 89/656/EEC w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego. Rękawiczki muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Dostawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenia o zgodności dostarczanego asortymentu z przywołanymi normami i dyrektywami.

Wymagania dot. poz.1:

zwykłe medyczno-ochronne (ŚOI kat III) Spełniające normy EN 420, EN 455 i EN 374, lub ASTM F 1671. potwierdzone jednostką notyfikowaną, zarejestrowaną w bazie NANDO /opak.100 szt/, rozmiar S-XL

Wymagania dot. poz.2:

do procedur wysokiego ryzyka (ŚOI kat III) spełniające normy- EN 420, EN 455 i EN 374, lub ASTM F1671.

- EN 374-2 (AQL <1,5),
- EN 374-1, EN 374-5 – na poziomie skuteczności minimum 2, potwierdzone jednostką notyfikowaną, zarejestrowaną w bazie NANDO
- teksturowane na palcach,
- wydłużony mankiet (min. 270 mm), /opak.100 szt/
- rozmiar S-XL

Wymagania dot. poz.3:

Dozownik wielorazowy na rękawice diagnostyczne z możliwością powieszenia na ścianie. o wymiarach kompatybilnych z ogólnie dostępnymi rękawiczkami na rynku. Możliwość mycia i dezynfekcji.

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.