

Wałbrzych, dnia 19.06.2024 r.

DZPZ-530- Zp/40/PN/24

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: Dostawa implantów oraz akcesoriów do osteosyntezy - Zp/40/PN/24.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 8.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na poniższe długości gwoźdźcia?

średnica 1,5 o- 280mm, 310 mm,400 mm

Średnica 1,6 – 310mm, 400 mm

Średnica 1,8 – 310mm, 400 mm

Średnica 2,0 – 280 mm,310 mm,320mm,400mm

Średnica 2,2 – 310mm, 400 mm,440mm

Średnica 2,4 – 280 mm, 310 mm, 400 mm

Średnica 2,5 – 280 mm, 310mm,320mm,360mm,400mm,440mm

Średnica 2,6 – 280 mm, 310mm,400mm

Średnica 2,8 – 280 mm, 310mm, 400mm

Średnica 3,0 – 280mm,320mm,360mm,400 mm,420 mm, 440 mm

Średnica 3,5 – 280mm,320mm,360mm, 400m,420 mm, 440 mm

Średnica 4,0 – 320mm,360mm, 400 mm,420 mm, 440mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dotyczy zapisów SWZ.**

Czy Zamawiający w zapisie pod formularzem cenowym oraz w rozdziale II SWZ w zakresie pakietów nr 1, 2 i 8 - zamiast kontenerów do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym - dopuści standardowe rozwiązanie z kontenerami wyposażonymi w jednorazowe filtry papierowe? Kontenery z górnym filtrem są stosowane praktycznie we wszystkich szpitalach w Polsce i spełniają wszystkie normy walidowanych procesów sterylizacji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1.**

Czy Zamawiający w poz. nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych samogwintujących w zakresie dł. 20-95mm zamiast 16-100mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1.**

Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokowanych samogwintujących stożkowych w zakresie dł. 30-90mm zamiast 16-95mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ puszczelowych odpiętowych w zakresie L-180-320mm zamiast L-160-320mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ udowych anatomicznych w wersji długiej o dł. L-340-420mm zamiast L-300-420mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej śr. 5,0mm w zakresie dł. 80-110mm zamiast dł. 80-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych udowych wstecznych / kondylarnych/ w zakresie dł. 180-420mm zamiast dł. 180-440mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 38 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zaślepiającej w zakresie 0-20mm zamiast 0-30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 42 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów blokujących w zakresie L-16-26mm zamiast 10-30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 43 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów korowych w zakresie L-16-30mm zamiast 10-30mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 2.**

Czy Zamawiający w poz. nr 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutów Kirschnera o długościach 150mm-210-310-380mm, przy zachowaniu wymaganych średnic?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 dotyczy projektu umowy - Załącznika nr 3a**

**§2 ust. 5 pkt. 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na instrukcje użytkownika (ulotki) do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego z witryny internetowej zamiast wersji papierowej wraz z wyrobem?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 14 dotyczy projektu umowy - Załącznika nr 3a**

Czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 2, iż łączna wysokość kar nie może być wyższa niż 10 % wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 2 oraz czy Zamawiający zmieni w §6 ust. 2 z 40% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 15 dotyczy projektu umowy - Załącznika nr 3a**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w

- a. §3 ust. 2, 3, 4 z ... godzin na ... godzin w dni robocze
- b. §8 ust. 1 pkt 2 z „48 godzin” na „4 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 16 dotyczy projektu umowy - Załącznika nr 3a**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1 pkt 2, iż pięciokrotna zwłoka w dostawie/reklamacji uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w kolejnych po sobie dostawach?

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

**Pytanie nr 17 dotyczy projektu umowy - Załącznika nr 3a**

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

Zatwierdzam:

**Dominik Łoziński**  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**