

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej Części.

1. Część I – urządzenie do elektroterapii – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 1 komplet

Urządzenie przeznaczone do dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii. Dostępne gotowe programy zabiegowe dostosowane do typowych schorzeń. Możliwość tworzenia własnych programów przez terapeutę za pomocą wygodnej klawiatury ekranowej.

Aparat (z podstawowym osprzętem), aplikator do pola magnetycznego AP-1, głowica do ultradźwięków SU-5 cm²/1 i 3,3MHz, Sonda laserowa prysznicowa SP-2B - R/IR 1040mW/660nm i 808nm, Okulary ochronne do laseroterapii (kpl. 2 szt.).

Wyposażenie standardowe:

- Instrukcja użytkowania,
- Komplet akcesoriów do elektroterapii,
- Elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 (4 szt.),
- Elektroda silikonowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 (4 szt.),
- Przewód do podłączenia elektrod K-2L (2 szt.),
- Opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) (2 szt.),
- Opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) (2 szt.),
- Bezpiecznik T-0.315AL, 250V (2 szt.),
- Etykiety ostrzegawcze na drzwi, Magnes kontrolny, Przewód sieciowy.

2. Część II – butla na ciekły azot – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 1 szt.

Butla na azot ciekły o pojemności 30 litrów do urządzenia do krioterapii marki Froozer








3. Część III – łóżko do kinezyterapii do UGUL – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 1 szt.






Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny SR-3 z ręczną zmianą wysokości od 45 do 95 cm. Kąt pochylenia zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej od – 80 stopni do +45 stopni, otwór w zagłówku. Długość 195 cm, Szerokość 68 cm, Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - czarny, tapicerka skóropodobna. Przystosowany do pracy z pacjentem o dużej masie ciała do 200 kg.



Zdjęcie poglądowe



4. Część IV – osprzęt do UGUL – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 1 komplet

Lp.	Foto	Opis	Ilość
1.		Ciężarek miękki	2 x 0,5 kg 2 x 2kg 2 x 3 kg 4 x 4 kg
2.		Pas do stabilizacji podudzia	2 sztuki
3.		Pas do stabilizacji klatki piersiowej lub odcinka lędźwiowego	1 sztuka
4.		Pas do stabilizacji klatki piersiowej	1 sztuka
5.		Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia	2 sztuki
6.		Esik	20 sztuk
7.		Podwieszka dwustawowa	4 sztuki

8.		Linka 3750 z dwoma bloczkami	3 sztuki
9.		Podwieszka przedramienna i podudzia	2 sztuki
10.		Zmywalna podwieszka stóp	2 sztuki
11.		Linka 1600 mm	6 sztuk
12.		Linka 960 mm	2 sztuki

13.		Linka 2450 mm z dwoma bloczkami	2 sztuki
14.		Pas do stabilizacji ud	2 sztuki

5. Część V – taśmy rehabilitacyjne – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 1 komplet

taśma w kształcie jednej pętli.

opór słaby - kolor żółty – 2 szt. - długości: 20,5cm / 30,5cm lub 45,7cm:

opór średni - kolor czerwony – 2 szt. - długości: 20,5cm / 30,5cm lub 45,7cm:

opór mocny - kolor zielony – 2 szt. - długości: 20,5cm / 30,5cm lub 45,7cm:

opór bardzo mocny - kolor niebieski – 2 szt. - długości: 20,5cm / 30,5cm lub 45,7cm:

6. Część VI – glukometry – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 5 kompletów

Glukometr Contour plus One - fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu, długa ważność pasków testowych.

Zawartość zestawu:

- Glukometr do pomiaru stężenia glukozy we krwi CONTOUR® PLUS ONE
- 5 sztuk pasków testowych do pomiaru glukozy we krwi
- Nakłuwacz
- Końcówka do alternatywnego miejsca nakłucia
- 5 lancetów
- Skrócona instrukcja obsługi
- Etui

Gwarancja (w przypadku zepsucia natychmiastowa wymiana)

7. Część VII – stoliki diagnostyczne – dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu – 5 sztuk

- Organizacja – 3 łatwo dostępne półki i 1 praktyczna szuflada
- Przewiewność – półki o wymiarach 56 x 36 x 13 cm i szuflada o wielkości 21 x 31 x 8 cm na sprzęt
- Mobilność – 4 koła wykonane z plastiku (PVC) z dwoma hamulcami postojowymi i dwoma uchwytami do pchania
- Wygoda – elastyczna, obracana o 360° miska do szybkiego wyrzucania odpadów

- Solidność – trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej na obciążenie 15 kg.