



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl strona internetowa: www.szpitaldietla.pl



Kraków, dn. 15.11.2022 r.

SZP-271/41-9/2022

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy sprawy: SZP/38/2022 - informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych w pakiecie 1.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz zestawu do monitorowania pacjenta wraz z centralą pielęgniarską.**

I. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

1. **WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w pakiecie 1:**

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XXIX SWZ.

Pakiet 1- Stoły rehabilitacyjne

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Liczba punktów w kryterium Cena	Okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
4	PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice	30 855,67	80,00	2 lata	0,00	80,00

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Pozostałe oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Liczba punktów w kryterium Cena	Okres gwarancji	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji	Łączna punktacja
3	Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław	32 560,00	odrzucono			

2. OFERTY KTÓRE ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający informuje, iż odrzuca następujące oferty:

W pakiecie 1- Stoły rehabilitacyjne

- **Oferta nr 3 firmy: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław**
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust.1 pkt 5) PZP - „jej treść jest niezgodna z warunkami



INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

centrala 12 687 62 00, sekretariat 12 687 63 30, fax 12 687 63 31

e-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl strona internetowa: www.szpitaldietla.pl



zamówienia”

Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (w załączniku nr 2 do SWZ), w pozycji 1 (stół rehabilitacyjny łamany) oraz 2 (stół rehabilitacyjny), wymagał: „*Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama z profili okrągłych, ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania*”

Wykonawca zaoferował konstrukcję o profilach prostokątnych uznając to za parametr równoważny. W dokumentach załączonych do oferty podał następujące uzasadnienie równoważności: „*Kształt profilu nie ma najmniejszego wpływu, na stabilność konstrukcji i wytrzymałości ramy. Szczególnie jeżeli porównujemy profil okrągły i prostokątny. Mając na uwadze Dopuszczalne obciążenie oferowanego stołu 200 kg, możemy potwierdzić, że oferowane rozwiązanie jest równoważne, a nawet lepsze w stosunku do wymaganego*”.

Zamawiający w rozdz. IX SWZ (OFERTY RÓWNOWAŻNE) opisał co należy rozumieć pod pojęciem równoważności.

„*Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w dokumentach zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach nie gorszych od opisu wskazanego przez zamawiającego w dokumentach zamówienia w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, postać, rozmiar, itp. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów/urządzeń o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.*”

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP i art. 99 ust. 6 PZP zaproponowanie rozwiązania równoważnego możliwe byłoby w przypadku, gdyby Zamawiający opisał przedmiot zamówienia „*przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę...*”. Wobec powyższego nieuzasadnione jest zaoferowanie przez Wykonawcę stołów rehabilitacyjnych z profilami prostokątnymi jako równoważnych do profili okrągłych wymaganych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia.

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, iż nie unieważniono postępowania w pakiecie 1.

III. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr Marlena Czyżycka-Poździech