

Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: autoklaw poziomy 2840 EL-D zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

**(1 szt.):**

Model/typ.....

Producent/kraj

<b>Lp.</b>	<b>Wymagania:</b>	<b>Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)</b>
1.	Autoklaw laboratoryjny z komorą poziomą o pojemności 28 litrów	
2.	Zakres temperatury sterylizacji od 105 do 138 °C	
3.	Czas sterylizacji od 1 do 99 min	
4.	Ciśnienie robocze min. 2,8 bar	

<b>5.</b>	Minimum 2 wewnętrzne elastyczne sondy do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów	
<b>6.</b>	Wyświetlacz kolorowy z menu w języku polskim z pamięcią wewnętrzną do 200 cykli	
<b>7.</b>	Minimum 10 standardowych programów sterylizacji i minimum 20 programów użytkownika	
<b>8.</b>	Komora oraz drzwi autoklawu wykonane ze stali nierdzewnej 316 l	
<b>9.</b>	Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt wysokim ciśnieniem	
<b>10.</b>	Port do walidacji	
<b>11.</b>	Złącza do transmisji danych	

<b>12.</b>	Wymiary maksymalne komory Ø28 cm, głębokość 40 cm	
<b>13.</b>	Wymiary maksymalne autoklawu 53x44x63 cm (SxWxG), Waga maksymalna 43 kg	
<b>14.</b>	Zasilanie 1-fazowe 240 V; 50/60Hz	
<b>15.</b>	Moc urządzenia 2,2 kW	

*Formularz należy podpisać  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej*