

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 07.02.2022r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 24.01.2022

Dotyczy: pakietu 68

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie modelu posiadanego respiratora. Jaki model respiratora Medumat posiada Zamawiający : Medumat Standard A, Medumat Standard 2 itd.? Różne modele respiratora posiadają różne przewody, w związku z tym dokładne określenie modelu umożliwi zaoferowanie prawidłowego produktu.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada respirator MEDUMAT Standard A