Opole, dnia 08.08.2024r.

L.dz. 2452/2024
Nr postępowania: ZP/08/2024

Wszyscy uczestnicy
postępowania

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzęt jednorazowego użytku II", nr postępowania ZP/08/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp", Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1
Dotyczy Pakietu nr 9
Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 2 dopuści uszczelki w kolorze czarnym, gdyż do trokarów o średnicy 6 mm dedykowane są uszczelki w kolorze czarnym dla odróżnienia od uszczelek do trokarów o średnicy 11 mm które są zielone?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 2
Dot. SWZ rozdział IV pkt. 11 ppkt 12 oraz wzoru umowy §3 ust.11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazywanie e-mailem elektronicznej wersji faktury w formacie PDF?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania e-mailem elektronicznej wersji faktury w formacie PDF

Pytanie 3
Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 9 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 9 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy dla Pakietu nr 9 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Pytanie 4
dot. wzoru umowy §2 ust.3
Czy ze względu na fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 9 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający zrezygnuje z dostaw w trybie „ratującym życie" w ciągu 24h dla pakietu nr 9?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 5
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4 prosimy o wyrażenie zgody, aby zamówienia w sytuacjach o których mowa we wzorze umowy §2 ust.3 realizowane były w terminie 3 dni roboczych? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający dla Pakietu nr 9 dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizowania dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia w sytuacjach, o których mowa we wzorze umowy § 2 ust. 3.

Pytanie 6
Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy. Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego

przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę w pakiecie nr 9 wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuszcza możliwość dostawy wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

Pytanie 7
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §7 ust. 1 pkt. a i b wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki" a nie „opóźnienia".
Obecny zapis jest niezgodny ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy w zakresie §7 ust. 1 pkt. a i b. Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ PO ZMIANIE został zamieszczony w osobnym pliku.

Pytanie 8
dot. wzoru umowy §7 ust. 1 pkt a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy do 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki?
Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego (10%) są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownej zmiany w projekcie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy §7 ust. 1 pkt. a

Pytanie 9
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie Dick posiadający test umieszczony wewnątrz celulozowych arkuszy oraz test klasy 1 na zewnątrz pakietu bez arkusza wczesnego ostrzegania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 10
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 11
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 12
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów laminowanych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 13
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 6-7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłonek utrzymujących narzędzia w stabilnej, zamkniętej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 14
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone dla narzędzi o maksymalnej szerokości 10mm lub 25mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 15
Dotyczy: Pakiet nr 10, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone dla narzędzi o maksymalnej szerokości 25mm lub 50mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 16
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust.1, ppkt a
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto opóźnionej dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy §7 ust. 1 ppkt a

Pytanie 17
Pakiet nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przeźroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z zatrzaskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, skuteczność nawilżania 24mg przy Vt500ml, opór przepływu przy @30L/min 0,5 hPa, przestrzeń martwa 16ml, waga 7g, objętość oddechowa 200-1000ml, wejście 15F, sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 18
Pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr elektrostatyczny, antybakteryjny, antywirusowy z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem, z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Staphylococcus aureus (filtracja bakterii) oraz na zawiesinie bakteriofaga OX174 (filtracja wirusów), utrata wilgoci min. 12,8mg, skuteczność nawilżania przy VT 500ml – 32mg, opór przepływu przy @30L/min – 1,0hPa, przestrzeń martwa 40ml, waga 30g, objętość oddechowa 150-1500 ml złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 19
Pakiet nr 3, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonany z celulozy, z portem do kapnografii z koreczkiem, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,99% potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce na cząstce Staphylococcus aureus (filtracja bakterii) oraz na zawiesinie bakteriofaga OX174 (filtracja wirusów), skuteczność nawilżania 24mg, opór przepływu przy @30L/min – 1,2hPa, waga 15g, przestrzeń martwa 12ml, objętość oddechowa 150-1500ml, złącze proste 22F/15M – 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 20
Pakiet nr 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną dostępną w 6 rozmiarach, bez użebrowania w części nosowej, wykonana z PP i TPE o przestrzeni martwej:

ROZMIAR	PRZESTRZEŃ MARTWA w ML	PRZEZNACZENIE
1	44	niemowlę
2	61	dziecko
3	120	dorosły S / dziecko
4	144	dorosły M
5	188	dorosły L
6	189	dorosły XL

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 21
Pakiet nr 3, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną dostępną w 4 rozmiarach, z użebrowaniem w części nosowej, wykonana z PP i TPE o parametrach:

KATEGORIA WIEKOWA	PRZEZNACZENIE WAGOWE (KG)	KOLOR
≤ 1 roku	≤ 10	różowy
1-8 lat	10-26	zielony
≥ 8 lat	26-120	fioletowy
≥ 16 lat	≥ 58	szary

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 22
Pakiet nr 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści maskę nadkrtaniową w rozmiarach:

Rozmiar		Waga
5	Duża osoba dorosła	90+kg
4	Średnia osoba dorosła	50–90kg
3	Mała osoba dorosła	30–60kg
2,5	Duże dziecko	25–35kg
2	Małe dziecko	10–25kg
1,5	Niemowlę	5–12kg
1	Noworodek	2–5kg

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 23
Pakiet nr 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o parametrach:

- Jednorazowa maska krtaniowa z wbudowanym dostępem gastrycznym i możliwością wykonania intubacji
- Umożliwia szybkie zabezpieczenie dróg oddechowych
- Anatomiczny kształt ułatwia zakładanie i dopasowanie
- Wyróżnia się wysokim ciśnieniem uszczelnienia
- Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- Ze znacznikiem ułatwiającym poprawne wprowadzenie endoskopu
- Materiał nie zawiera ftalanów
- W zależności od rozmiaru do stosowania u dzieci lub u dorosłych
- Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu: 60 cm H2O
- Złącze uniwersalne: 15 mm męskie
- Zawór do napełniania typu Luer
- Wykonana z PCV, PCTG i silikonu
- Pakowana pojedynczo
- Rozmiary:

Rozmiar maski	Przeznaczenie	Kodowanie kolorem	Waga pacjenta
1	Dzieci	pomarańczowy	< 5 kg
1,5	Dzieci	szary	5 - 10 kg
2	Dzieci	różowy	10 - 20 kg
2,5	Dzieci	fioletowy	20 - 30 kg
3	Dorośli	zielony	30 - 50 kg
4	Dorośli	żółty	50 - 70 kg
5	Dorośli	niebieski	70 - 100 kg
6	Dorośli	czerwony	> 100 kg

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 24
Pakiet nr 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bez lateksu, posiadająca łukowaty kształt, rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, dren wbudowany w mankiet, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie maski, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii maski. Dostępne rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5. Kolorowe zabezpieczenie umożliwiające szybką identyfikację rozmiaru maski. Maska sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 25
Pakiet nr 3, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową z wewnętrzną wkładką kodowaną kolorystycznie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 26
Pakiet nr 3, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę ustno-gardłową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 27
Pakiet nr 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie zawierającą ftalanów?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 28
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie zawierającą ftalanów?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 29
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę dla dzieci w rozmiarach S i M?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 30
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę z dwoma okrągłymi otworami bocznymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 31
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę z zaciskiem nosowym metalowym?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 32
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę sterylną?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 33
Pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści maskę pakowaną zbiorczo po 100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 34
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści nebulizator z frakcją respirabilną (cząsteczki <5 µm) - 79.7% (+/-1.7%) i tempie nebulizacji (szybkości opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7.36 min. (+/- 0.26min.)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 35
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści MMAD 2,0-2,2 µm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 36
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 37
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści nebulizator o podstawie minimalizującej utratę leku (zdjęcie poglądowe poniżej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 38
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do nebulizacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 39
Pakiet nr 3, pozycja 11, 12
Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany zbiorczo po 100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 40
Pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z medycznego PCV, nie zawierającą ftalanów?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 41
Pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści maskę dla dorosłych w rozmiarach L i XL?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 42
Pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści maskę z dwoma okrągłymi otworami bocznymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 43
Pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści maskę z zaciskiem nosowym metalowym?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 44
Pakiet nr 3, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści obwód anestetyczny jednorazowego użytku sterylny, składający się z trzech rur: dwóch rur 45 cm (wdech i wydech) o długości 1,8m po rozciągnięciu oraz z dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,2 m po ozciągnięciu, łącznika typu Y i łącznika kątowego z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M,bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są kompatybilne, Y połączony na stałe z rurami wdechową i wydechową. Rury są szczelne i elastyczne; możliwe jest ich wielokrotne rozciąganie i skracanie w dowolnym miejscu. Produkt jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 45
Pakiet nr 3, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy anestetyczny pediatryczny 15 mm: dwie rury o średnicy 15mm, rozciągliwe do długości 160cm, jedna rura o średnicy 15mm, rozciągliwe do długości 100 cm, łącznik Y z kolankiem 90 stopni, z portem do kapno, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l, wykonany z PP i EVA z pamięcią kształtu, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 46
Pakiet nr 3, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o składowych widocznych na zdjęciach:



Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 47
Pakiet nr 3, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści układ z workiem o pojemności 0,5l?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 48
Pakiet nr 3, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 49
Pakiet nr 3, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych składa się z: 2 rur średnicy 22mm długości 2m, karbowanych w środku i na zewnątrz, 2 końcówek 22F służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączanie, Łącznika typu „Y", produkt jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 50
Pakiet nr 3, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pozycji 19 prowadnicy typu Bougie o parametrach:

- Polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej
- Powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki
- Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna
- Zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia
- Rozmiary:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
6 Fr	535 mm
10 Fr	600 mm
10 Fr	700 mm
10 Fr	800 mm
10 Fr	1000 mm
15 Fr	600 mm
15 Fr	700 mm
15 Fr	800 mm
15 Fr	1000 mm

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 51
Pakiet nr 3, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane o zawartości wodorotlenku sodu <4%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 52
Pakiet nr 3, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane o niejednorodnym kształcie i wielkości granulek, dzięki czemu pochłanianie CO_2 jest zmaksymalizowane bez ograniczania przepływu gazu anestetycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 53
Pakiet nr 3, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane o stopniu pylenia poniżej 0,20%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 54
Pakiet nr 3, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści lubrykant dołączony osobno?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:
-§7 1. a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, w wysokości 1 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonego terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru?
Wskazana przez Zamawiającego kara jest rażąco wysoka
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy §7 ust. 1 pkt. a)

Pytanie 56
Pakiet 1 Pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów schodkowy 5/7/5?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 57
Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 600mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 58
Pakiet 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w opakowaniu podwójnym wew. folia, zew. papier/folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 59
Pakiet 2, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z standardowym balonem (bez ożebrowania) o pojemności 5-10ml ?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 60
Pakiet 2, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 100% silikon z balonem 5ml i strzykawką 10ml z 10% sterylnym wodnym roztworem gliceryny, długość cewnika 40cm?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 61
Pakiet 2, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści marker w zestawie z dwustronną linijką w opakowaniu papier-folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 62
Pakiet 2, pozycja 10
Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 63
Pakiet 2, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 56x42mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 64
Pakiet 2, pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 48x36mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 65
Pakiet 2, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 54mm, skrobaka do przygotowania skóry?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 66
Pakiet 2, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 48x36mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 67
Pakiet 2, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 48mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 68
Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną neutralną o powierzchni aktywnej 107 cm2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 69
Pakiet 2, pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści system kolostomijny z otworem do wycinania w zakresie 10-70 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 70
Pakiet 2, pozycja 26
Czy Zamawiający oczekuje stazy w opakowaniu (rolce) zawierających 25 staz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 71
Pakiet 2, pozycja 28-29
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru EKG za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 72
Pakiet 2, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści papier termiczny 112x90x160 z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 73
Pakiet 2, pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści papier termiczny 112x90x160 bez przeliczenia ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 74
Pakiet 2, pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do defibrylatora za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 75
Pakiet 2, pozycja 35-36
Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego gwarantującego najwyższa jakość wydruku i pełną kompatybilność?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 76
Pakiet 2, pozycja 49
Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 77
Pakiet 2, pozycja 50, 53
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 78
Pakiet 2, pozycja 52
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z medycznego PVC niesilikonowaną?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 79
Pakiet 2, pozycja 60
Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną niesilikonowaną?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 80
Pakiet 2, pozycja 61
Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurki tracheostomijnej o następujących parametrach:
▪ opaska stabilizująca składająca się z dwóch części wykonana z delikatnej hydrofobowej włókninie w kolorze cielistym
▪ na każdej części występują paski mocującego z jednostronnie naniesionym rzepem umożliwiające zamocowanie jej do
skrzydełek mocujących rurki tracheostomijnej
▪ krótsza część opaski stabilizującej dodatkowo wyposażona jest w drugi rzep zamocowany na elastycznej białej gumce co umożliwia dopasowanie i określenie całkowitej długości opaski stabilizujące rurkę tracheostomijną
▪ hipoalergiczny
▪ jednorazowego użytku
▪ niejałowy
▪ okres trwałości: 5 lat ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 81
Pakiet 2, pozycja 61
Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek do rurek tracheostomijnych za opakowanie a’20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 82
Pakiet 2, pozycja 64
Czy Zamawiający dopuści standardową sonę żołądkową bez prowadnicy, CH16 dł. 100-120cm. Z paskiem kontrastującym w RTG?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 83
Pakiet 2, pozycja 67
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk innego producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 84
Pakiet 2, pozycja 67
Czy Zamawiający dopuści wycenę szczotek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 85
Pakiet 2, pozycja 71
Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 86
Pakiet 2, pozycja 73
Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 87
Pakiet 2, pozycja 75
Czy Zamawiający dopuści worek do 7dniowej zbiórki moczu z bezigłowym portem do pobierania próbek moczu?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 88
Pakiet 2, pozycja 75
Czy Zamawiający dopuści worek do 7dniowej zbiórki moczu bez zacisku na drenie?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 89
Pakiet 2, pozycja 75,77
Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 90
Pakiet 2, pozycja 78
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 91
Pakiet 2, pozycja 79
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 2000ml z dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, co pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, bez zastawki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 92
Pakiet 2, pozycja 79
Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 93
Pakiet 2, pozycja 79
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny skalowany co 10ml do 100ml i co 50ml od 100 do 1000ml? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 94
Pakiet 2, pozycja 80
Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy 1,5l?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 95
Pakiet 2, pozycja 94-95
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o dł. 105cm?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 96
Pakiet 2, pozycja 87, 98, 100
Czy Zamawiający wydzieli lub usunie ww. pozycje do osobnego zadania? Zwiększy to konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 97
Pakiet 4 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o wysokim przepływie 350ml/min, wytrzymałości na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI) oraz wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 98
Pakiet 4 Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy 18G 90mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 99
Pakiet 4 Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści igły z przezroczystą kwadratową nasadkę posiadającą wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wypływ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 100
Pakiet 4 Pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści igłę do blokady nerwów obwodowych echoplex z standardowym znacznikiem kierunku szlifu na uchwycie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 101
Pakiet 4 Pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
-1 XRO nadtwardówkowy cewnik z łącznikiem Easy Lock oraz prowadnicą
-1 18G igłę typu Tuohy o długości 80mm z przezroczystą, plastykową nasadką
-1 0.22µm płaski filtr
-1 x 10ml niskooporową strzykawkę
- Igła znakowana co 1 cm .

- Cewnik znakowany co 1 cm na długości od 5 do 20 cm, cewnik 20G średnica 0,45-0,85, zamknięty koniec z 3 bocznymi otworami (oczkami)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 102
Pakiet 4 Pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45 x 22mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 103
Pakiet 4 Pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści igłę 0,5 x 25mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 104
Pakiet 4 Pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści igłę 1,1x 40mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 105
Pakiet 4 Pozycja 29
Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,6x25mm, 0,7x40mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 106
Pakiet 4 Pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji o następujących parametach:
▪wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii (igła biorcza z ABS, komora kroplowa i dren z PVC)
▪ biały, dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
▪ **elastyczna komora kroplowa** o wielkości 6 cm (5,5cm w części przezroczystej) zaopatrzona w **dodatkowe skrzydełka dociskowe** ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
▪**hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory.** Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu

▪ miękki i elastyczny **dren o długości min. 180 cm** z dodatkowym portem do podawania leków
▪ precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
▪ uniwersalne zakończenie Luer-Lock
▪ **koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu**
▪numer katalogowy na opakowaniu jednostkowym
▪ niepirogenny, nietoksyczny
▪ nie zawiera lateksu
▪ **nie zawiera ftalanów**
▪ sterylizowany tlenkiem etylenu
▪ termin ważności: 5 lat
▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 107
Pakiet 4 Pozycja 31
Czy Zamawiający dopuści aparat do przygotowania kroplówki i infuzji o następujących parametrach:
▪ wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie (igła biorcza z ABS, komora kroplowa i dren z PVC)
▪ dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
▪ odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką
▪ elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm (5,5cm w części przezroczystej) zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
▪ kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
▪ filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
▪ miękki elastyczny dren o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock
▪ precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
▪ na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta
▪ numer katalogowy na opakowaniu jednostkowym
▪ oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
▪ jednorazowego użytku
▪ niepirogenny, nietoksyczny
▪ nie zawiera lateksu
▪ sterylizowany tlenkiem etylenu
▪ termin ważności: 5 lat
▪ opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 108
Pakiet 4 Pozycja 31
Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządów do przetaczania za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 109
Pakiet 4 Pozycja 31
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 110
Pakiet 4 Pozycja 30-31
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji bez ftalanów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 111
Pakiet 4 Pozycja 30-31
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w skrzydełka dociskowe lub pierścień ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 112
Pakiet 4 Pozycja 30-31
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującą rodzaj przyrządu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 113
Pakiet 4 Pozycja 32
Czy Zamawiający oczekuje kaniuli dożylnej bezpiecznej o następujących parametrach:
- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24G
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
24 x ¾''	0,7 x 19	żółty	23
22 x 1''	0,9 x 25	niebieski	36
20 x 1¼ ''	1,1 x 32	różowy	61
18 x 1¾''	1,3 x 45	zielony	100
17 x 1¾''	1,5 x 45	biały	142
16 x 1¾''	1,7 x 45	szary	200
14 x 1¾''	2,0 x 45	pomarańczowy	305

- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym
- Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 114
Pakiet 4 Pozycja 32
Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniulę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 115
Pakiet 4 Pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści koreczki combi wyłącznie w kolorze czerwonym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 116
Pakiet 4 Pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 117
Pakiet 4 Pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści koreczki combi z trzpieniem powyżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 118
Pakiet 4 Pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 119
Pakiet 4 Pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści koreczki luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 120
Pakiet 4 Pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 121
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 122
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z niebieskim pokrętłem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 123
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 124
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z trzpieniem powyżej krawędzi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 125
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o wypełnieniu 0,3ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 126
Pakiet 4 Pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 127
Pakiet 4 Pozycja 37
Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'100 szt. i wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 128
Pakiet 4 Pozycja 41
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz 45cm (0,45m)?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 129
Pakiet 4 Pozycja 45-46
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz 1,5m?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 130
Pakiet 4 Pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków i płynów z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm, bez zastawki, logo producenta na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 131
Pakiet 4 Pozycja 48
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 132
Pakiet 4 Pozycja 48
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu z czerwonym kodem identyfikującą rodzaj przyrządu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 133
Pakiet 4 Pozycja 49
Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 134
Pakiet 4 Pozycja 49
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bursztynowy bez nazwy producenta na przyrządzie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 135
Pakiet 4 Pozycja 49
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującą rodzaj przyrządu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 136
Pakiet 4 Pozycja 48-49
Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 137
Pakiet 4 Pozycja 50
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z regulatorem przepływów o następujących parametrach:
▪wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
▪**dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej** ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
▪regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%
▪**możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i** otwarcia (ON) przepływu

▪odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową **(niebieską) klapką**
▪elastyczna komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów
▪kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml;
▪filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm
▪**miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm** z dodatkowym portem do podawania leków
▪uniwersalne zakończenie luer-lock **zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym**, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
▪precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia
▪oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
▪jednorazowego użytku
▪niepirogenny, nietoksyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 138
Pakiet 4 Pozycja 52
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową 50/60ml?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 139
Pakiet 4 Pozycja 52-53
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 140
Pakiet 4 Pozycja 54
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50/60ml?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie 141
Pakiet 4 Pozycja 54
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 142
Pakiet 4 Pozycja 55-58
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2częściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 143
Pakiet 4 Pozycja 55-58
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2częściowe z pojedynczą kryzą, skutecznie zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 144
Pakiet 4 Pozycja 55-58
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2częściowe z białym kontrastującym tłokiem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 145
Pakiet 4 Pozycja 55-58
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2częściowe pakowano zbiorczo w standardowe opakowanie (bez nacięć)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 146
Pakiet 4 Pozycja 56
Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 147
Pakiet 4 Pozycja 59
Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe U100 z igłą niezintegrowaną 0,4x13mm w komplecie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 148
Pakiet 4 Pozycja 60
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do gazometrii za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 149
Pakiet 4 Pozycja 62
Czy Zamawiający oczekuje ostrzy z stali węglowej i nierdzewnej czy do wyboru przez wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 150
Pakiet 4 Pozycja 65
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z dwoma zaworami bezigłowymi o następujących parametrach:
▪ obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
▪ wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję
▪ płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
▪ dren wykonany z transparentnego poliuretanu
▪ nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
▪ dreny wyposażone w zaciski przesuwne
▪ zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem
▪ długość całkowita 15 cm
▪ czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
▪ objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml
▪ przestrzeń martwa 0,001 ml
▪ średnica drenów 1,0 x 2,7 mm, przepływ 100ml/min
▪ wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
▪ wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
▪ port pracujący w systemie z zerowym wypływie wstecznym
▪ nie zawiera lateksu
▪ nie zawiera ftalanów
▪ zgodność z normą techniczną: EN ISO 80369-1,
EN ISO 80369-7, EN ISO 8536-10, EN ISO 8536-14
▪ jednorazowego użytku
▪ sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
▪ okres trwałości: 3 lata
▪ pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dokument podpisany przez Marek Śmiałek
Data: 2024.08.08 12:51:05 CEST