



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>

znak sprawy: O-RSK.SZP.70.2.(DT-SERW/38).22.A.G.

Poznań, dnia **21 października 2022 r.**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Dostawa sprzętu i aparatury medycznej**” - nr rejestru: **SZP/DT-SERW/38/22**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1 – dot. zał. nr 6a**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) 0,5% wartości brutto **niedostarczonej części** przedmiotu umowy, za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 50,00 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy**,
- b) 0,5% wartości brutto **wadliwej części** przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4-5, nie mniej jednak niż 50,00 zł **i nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy**,
- b) 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 2 – dot. zał. nr. 6a**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie

pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### Pytanie nr 3

Pytanie do części nr 4, dotyczące punktów: 7,8,9,10.

Czy zamawiający oczekuje oferty na wałki, a nie na półwałki? Według naszej najlepszej wiedzy wałki żelowe nie są dostępne na rynku wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż oczekuje w części 4, pkt. od 7 do 10 oferty na wałki – pozycjonery żelowe uniwersalne.

### Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące pakietu nr 4,

Czy zamawiający dopuści produkty zamienne do wymienionych w specyfikacji:

Półwałki wykonane z polimeru żelowego(viscoelastomer):

4. Półwałek o wymiarach 30x10x7cm
5. Półwałek o wymiarach 40x10x10cm
6. Półwałek o wymiarach 50x10x7cm
7. Półwałek o wymiarach 20x10x5cm
8. Półwałek o wymiarach 33x7x5cm
9. Półwałek o wymiarach 29x10x6
10. Półwałek o wymiarach 34,5x12x7

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza** produktów – półwałków z polimeru żelowego (viscoelastomer). Zamawiający jednocześnie informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w następujących wymiarach:

dla części 4 pkt. 4. Półwałek o wymiarach 30x10x7cm

dla części 4 pkt. 5. Półwałek o wymiarach 40x10x10cm

dla części 4 pkt. 6. Półwałek o wymiarach 50x10x7cm

Pozostałe pozycje zgodnie z wymiarami określonymi w załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający **nie dopuszcza** półwałków dla części 4 pkt. od 7 do 10.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega załącznik nr 3 do SWZ w zakresie części nr 4 – prawidłowy załącznik dla części nr 4 w załączeniu.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracowała: A. Gotter  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa