

Nr sprawy **55/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 05.12.2024 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

### **DOSTAWĘ PLATFORM HEMODYNAMICZNYCH DO CIĄGŁEGO POMIARU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 t. j. – dalej „ustawa Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 - Dostawa platformy hemodynamicznej do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - w punkcie 6 dopuści urządzenie, którego dane pomiarowe wyświetlane są na 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pixeli ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie, którego dane pomiarowe wyświetlane są na 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pixeli.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 - Dostawa platformy hemodynamicznej do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - w punkcie 8 dopuści urządzenie bez alarmu LED - 360° ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie bez alarmu LED - 360 stopni.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 - Dostawa platformy hemodynamicznej do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - w punkcie 14 dopuści urządzenie, które posiada następujące wejścia/wyjścia transmisyjne: Ethernet, USB, RS232C ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada wejścia/wyjścia transmisyjne: Ethernet, USB, RS232C.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 - Dostawa platformy hemodynamicznej do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - w punkcie 15 dopuści urządzenie, bez możliwości wykonywania i przechowywania do 40 zrzutów ekranu do późniejszej analizy stanu klinicznego pacjenta ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości wykonywania i przechowywania do 40 zrzutów ekranu do późniejszej analizy stanu klinicznego pacjenta.**

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 - Dostawa platformy hemodynamicznej do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych - w punkcie 16 dopuści urządzenie, bez zasilania akumulatorowego ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenie bez zasilania akumulatorowego.**

### **Pytanie nr 6**

Dotyczy projektu umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 30 dni.**

### **Pytanie nr 7**

Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający zgodzi się dodać do par. 5 zapis zgodnie z którym nieprawidłowe użytkowanie wyłącza odpowiedzialność wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów poprzez dodanie do § 5 umowy ust. 24 o następującej treści:**

**„ 24. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź)”.**

### **Pytanie nr 8**

Dotyczy projektu umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu dostępności części zamiennych w par. 5 ust. 19 do 7 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu dostępności części zamiennych w par. 5 ust. 19 do 7 lat?**

### **Pytanie nr 9**

Dotyczy projektu umowy – Czy Zamawiający zgodzi się aby kary umowne w par. 6 ust. 1 pkt a były liczone od wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, nie zaś od wartości umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 1 lit. a) umowy.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część:

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00625008/01 z dnia 29.11.2024 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

**09.12.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:10** – otwarcie ofert

**z up. Dyrektora**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**  
**dr n. med. Danuta Kurylak**

### **Załączniki:**

1. ZAMIENNY PROJEKT UMOWY z dnia 05.12.2024 r.

**Sprawę prowadzi:** Marta Lewandowska

Dział Zamówień Publicznych

Tel. 52 32 62 104, e-mail [zamowienia-pub@wsd.org.pl](mailto:zamowienia-pub@wsd.org.pl)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego