



Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1 E
87-400 Golub-Dobrzyń

NIP: 878-16-89-844

Regon: 871552334

Centrala - tel. 56 683 22 91 do 93

Sekretariat - tel./fax - 56 683 2205

e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl

Znak sprawy: DTZ.382.4.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 02.05.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów szewnych, materiałów hemostatycznych oraz siatek przepuklinowych dla Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00196671/01 z dnia 27 kwietnia 2023 r., stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub>.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1)

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 10)

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu igły odczepianej, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 10)

Czy Zamawiający wykreśli pozycję 10?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2)

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3)

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, wchłaniające, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, monofilamentowe, całkowity czas wchłaniania 90-120 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 4)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez katalogowego określenia „mocna” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 5, poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 8, poz. 9)

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Odpowiedź:

W pakiecie nr 8 nie występuje poz. 9

Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 9)

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekane kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli (glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane nici i jednocześnie podtrzymuje zapis w zakresie wymagań dla igły.

Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1, 2, 3, 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów wykonanych w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy? Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w rozmiarze 5x7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w rozmiarze 7,5x10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 11, poz. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w rozmiarze 2,6x2,6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 11, poz. 5)

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o następującym składzie:

* wosk pszczelej (83%),

* parafina stała (5%),

* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ

Pytanie 15

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty pkt 2.3 – termin ważności:

- Czy wobec pakietu nr 11 (gazy hemostatyczne i воск kostny) Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy produktów z minimalnym 12-miesięczym terminem ważności? Utrzymanie 80% całego okresu ważności produktu, jaki gwarantuje producent, jest niezwykle trudne do zrealizowania, w szczególności, gdy produkcja wyrobów mieści się poza granicami naszego kraju, a Wykonawca zaopatruje się do kilku razy w ciągu roku. Termin 12 miesięcy wydaje się być również zasadny z perspektywy działalności, którą prowadzi Zamawiający i specyfiki realizacji dostaw wobec bieżącego zapotrzebowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 16 (dot. § 5 ust. 7)

Czy Zamawiający doda zdanie do treści § 5 ust. 7: „Opóźnienia w płatnościach przez Zamawiającego nie spowodują zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę”, **chyba, że opóźnienie w płatnościach przekracza 30 dni?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17 (dot. § 8 ust. 1)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy (tak jak w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 wzoru umowy). Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

p.o. Prezesa Zarządu
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Michał Rzekanowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej