



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 22.02.2024 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-2e04feca-bc32-11ee-b7da-22bd761ba7f3

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Zakup ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku**”. Znak sprawy: **ZP-TP/02/24**.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca nr 1

1. Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności ssak przenośny (akumulatorowy) zamiast wymaganej centralnej instalacji próżniowej? Uzasadnienie. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jego wykorzystanie również poza ambulansem co w sposób bezpośredni przekłada się na jego walory użytkowe. Dodatkowo urządzenie jest zdecydowanie tańsze od opisanego przez Zamawiającego.

Odp. Pytanie nie dotyczy postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.

Wykonawca nr 2

1. W związku z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą noszy z dnia 20.02 na pytanie Wykonawcy nr 2 informujemy, że odpowiedź ta zmienia pierwotny OPZ i dopuszcza tylko jeden model noszy na rynku tj. Ferno Mondial co stanowi ograniczenie konkurencji. Dodatkowo zauważamy, że zadane przez Wykonawcę nr 2 pytanie, niezależnie od wyboru opcji dotyczy jednego modelu rozwiązania, które posiada w/w model noszy. Pierwotny OPZ umożliwiał zaproponowanie różnych rozwiązań i był konkurencyjny. W związku z prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy z system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę odblokowywany za pomocą dedykowanej blokady lub działający automatycznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza zarówno nosze z systemem niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu, pozwalającym na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę, odblokowywanym za pomocą dedykowanej blokady lub działającym automatycznie, jaki i transporter posiadający tylko niezależne automatyczne składanie podwozia przedniego bez ingerencji użytkownika, a podwozie tylne zostanie złożone w sposób mechaniczny, po zwolnieniu blokady składania podwozia przez ratownika za pomocą przycisku.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami.

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych