

Łódź, dnia 24.11.2022 r.

FZ-2380/65/22/SS

**WYKONAWCY,
KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na jednorazową dostawę zestawu specjalistycznego w postaci skanera 3D

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytania w zakresie wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ

PYTANIE 1

Wzór umowy

§6 pkt. 2

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania jednej bezpłatnej kalibracji sprzętu potwierdzonej certyfikatem, w okresie gwarancyjnym, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym.

*Wnioskujemy o zmianę zapisu §6 pkt. 2 Wzoru Umowy i przedstawienia jej w brzmieniu:
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania jednej bezpłatnej kalibracji fabrycznej sprzętu potwierdzonej certyfikatem producenta, w okresie gwarancyjnym, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trybie roboczym.*

Uzasadnienie: Skaner jest zaawansowanym instrumentem geodezyjnym, a proces jego kalibracji jest możliwy wyłącznie w specjalistycznych laboratoriach producenta. Tylko certyfikat kalibracji fabrycznej wystawiony przez producenta może świadczyć o poprawnym działaniu, spełnieniu rygorystycznych norm dla tego typu urządzeń i stanowić podstawę do przedłużenia okresu gwarancji.

Obecny zapis może sugerować o procedurze kalibracji systemowej urządzenia, którą można wykonać z poziomu skanera, a takie postępowanie nie wpłynie na dalsze niezawodne jego działanie, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Tomasz Jędrzejowski