

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę do siedziby Zamawiającego oscyloskopu wielokanałowego 5 GHz.

Nr postępowania 23/Z-16/Pliz2022/PN/2022/D

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.06.2022 oraz 30.06.2022 r., a mianowicie:

**Pyt. 1):** Prosimy o potwierdzenie, że dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej za kwotę 853 500 zł netto w skład której wchodził generator przebiegów arbitralnych oraz oscyloskop cyfrowy spełnia warunek zdolności technicznej tzn. jedną dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego oscyloskopu o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł

**Pyt. 2):** Przedmiotem postępowania jest dostarczenie wysokiej klasy aparatury oscyloskop. W przypadku awarii taki sprzęt jest naprawiany w autoryzowanym serwisie producenta za granicą co powoduje, że cała procedura naprawy trwa do 30 dni. Związku z powyższym prosimy o zmianę punktu umowy §5.1.1.c i §1.5 z treści:

*„naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przystąpienia do ich wykonania. Jeżeli naprawy nie można wykonać w tym terminie Wykonawca wykona ją w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony ”*

*„W przypadku konieczności wykonania napraw przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne w serwisie na terenie Polski.”*

na treść

*„naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przystąpienia do ich wykonania. Jeżeli naprawy nie można wykonać w tym terminie Wykonawca wykona ją w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony ”*

*„W przypadku konieczności wykonania napraw przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne w autoryzowanym serwisie producenta”*

**Pyt. 3):** Biorąc pod uwagę, że przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt, który użytkowany jest przez wyszkoloną kadrę inżynierską i naukową oraz fakt, że język angielski jest językiem międzynarodowym powszechnie znanym prosimy o zmianę §1.6 z treści

*„Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych oraz wsparcie techniczne w języku polskim.”*

na treść

*„Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych oraz wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim ”*

**Pyt. 4):** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 126dni?

**Pyt. 5):** Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego częstotliwość próbkowania kanałów analogowych przy jednoczesnej pracy 4 kanałów analogowych i 16 cyfrowych wynosi 12,5Gsa/s na każdy kanał analogowy, natomiast przy pracy wyłącznie 4 kanałów analogowych wynosi 25GS/s, a przy pracy 2 kanałów analogowych 50GS/s?

**Pyt. 6):** Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop, którego dokładność podstawy czasu wynosi  $\pm 12$  ppb bezpośrednio po kalibracji oraz  $\pm 300$ ppb/rok?

**Zamawiający, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r.**

poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

**Ad. 1): Zgodnie z SWZ.** Wykonawca musi się wykazać że wartość brutto oscyloskopu to co najmniej 100 000 zł.

**Ad. 2): Zgodnie ze zmianą treści SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w:

- a) §5 ust. 1.1 pkt c) w załączniku nr 8 SWZ pt. Ogólne warunki umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: „naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przystąpienia do ich wykonania. Jeżeli naprawy nie można wykonać w tym terminie Wykonawca wykona ją w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony.”
- b) §5 ust. 1.5 w załączniku nr 8 SWZ pt. Ogólne warunki umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku konieczności wykonania napraw przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne w autoryzowanym serwisie producenta
- c) pkt. 3.1 c) w załączniku nr 9 do SWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: „naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przystąpienia do ich wykonania. Jeżeli naprawy nie będzie można wykonać w tym terminie Wykonawca wykona ją w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony”
- d) pkt. 3.5 w załączniku nr 9 do SWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku konieczności wykonania napraw przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancyjne w autoryzowanym serwisie producenta.”

**Ad. 3): Zgodnie ze zmianą treści SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w:

- a) pkt. 3.6 w załączniku nr 9 do SWZ pt. Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: „Obsługa zgłoszeń serwisowych oraz wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim.”
- b) §5 ust. 1.6 w załączniku nr 8 do SWZ pt. Ogólne warunki umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych oraz wsparcie techniczne w języku polskim lub angielskim”

**Ad. 4): Zgodnie ze zmianą treści SWZ.**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w:

- a) pkt 3.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „Termin realizacji zamówienia: 126 dni od daty podpisania umowy”
- b) poz. 1 w pkt 3 w załączniku nr 1 do SWZ pt. Formularzu oferty, który otrzymuje brzmienie: „Zamówienie zrealizujemy w terminie: ..... dni od daty podpisania umowy.

(Uwaga: Termin wymagany przez Zamawiającego – do 126 dni od daty podpisania umowy.)”

**Ad. 5): Zgodnie z SWZ.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad. 6): Zgodnie z SWZ.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SWZ przy opracowywaniu oferty.**

.....  
/podpis/