



uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr 401/2023/TP/DZP pt. „Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej do jednostek UW-M w Olsztynie”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Części 3:

Pytania nr 1:

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopu w którym głowica wykonana jest ze stali nierdzewnej? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego poprawiające i zwiększające dokładność osłuchu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga stetoskopu w którym głowica wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Pytania nr 2:

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopu wyposażonego w dwie dwutonowe membrany po obu stronach (ciepłe obwódki w dotyku), które pozwalają na odsłuch tonów niskich lub wysokich podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu, możliwość zamiany mniejszej membrany na lejek (w zestawie)? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga stetoskopu wyposażonego w dwie dwutonowe membrany po obu stronach (ciepłe obwódki w dotyku), które pozwalają na odsłuch tonów niskich lub wysokich podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu, możliwość zamiany mniejszej membrany na lejek (w zestawie).

Pytania nr 3:

Czy Zamawiający dopuści stetoskop o:

- wadze głowicy ok. 75 g



UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

mgr inż.

Bogusław Stec

KANCLERZ

- wadze netto: 190 g ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza stetoskop o wadze głowicy ok. 75 g i wadze netto: 190 g.

Pytania nr 4:

Czy Zamawiający dopuści stetoskop o:

- średnicy małej membrany: 35 mm

- średnicy dużej membrany: 45 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytania nr 5:

Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopów wyposażonych w specjalne miękkie oliwki, bakteriostatyczne, samo uszczelniające się, dopasowujące się do kształtu ucha?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga stetoskopów wyposażonych w specjalne miękkie oliwki, bakteriostatyczne, samo uszczelniające się, dopasowujące się do kształtu ucha.

Łączę wyrazy szacunku

KANCLERZ

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Anna Opalach

Tel. 89/524 52 39

e-mail:anna.opalach@uwm.edu.pl

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 37 66, (89) 523 33 44 kanclerz@uwm.edu.pl
fax (89) 523 43 66 www.uwm.edu.pl