

Zestawienie parametrów równoważnych dla znaków towarowych oraz urządzeń opisanych w projekcie pn. **„Rozbudowa z przebudową klatki schodowej K-1 Przychodni Przyjęć Pierwszorazowych z dobudową szybu zewnętrznego dźwigu szpitalnego jako komunikacji do projektowanego łącznika na estakadzie, w poziomie II pietra budynku „A”, z obejściem budynku „E” Bloku Operacyjnego w Opolskim Centrum Onkologii – realizowana jako Etap I (z całości głównego zadania inwestycyjnego nadbudowy Pawilonu Przyjęć Pierwszorazowych).**

lp.	nazwa materiału	parametry równoważne/zakres równoważności
1.	<u>Przedmiar robót</u> – cz. Elektryczna str. 10 poz. 7 1.1. klapa oddymiająca „Prolight” E 100X100	1.1. Klapa oddymiająca o czynnej powierzchni oddymiania 1,26m² (z owiewkami), o wymiarach 135cm x 135cm
2.	<u>Przedmiar robót</u> – instalacja poczty pneumatycznej str. 1 poz. 3 2.1. Komplet odprowadzenia powietrza dla stacji końcowej z Filtrem AntiVirus®, H14 - HEPA przetestowany zgodnie z normą PN EN17272 Dostawa elementów i montaż	2.1. Komplet odprowadzenia powietrza dla stacji końcowej z filtrem HEPA H14 - o skuteczności całkowitej filtracyjnej 99,995%
3.	<u>Przedmiar robót</u> – instalacja poczty pneumatycznej str. 1 poz. 10 3.1. Pojemnik transportowy antybakteryjny AntiVirus® obustronnie otwierany (330 x Ø 115 mm, włącznie z 2-ma czipami RFID), z jonami srebra oraz wyposażone w specjalne pierścienie ślizgowe wykonane z włókna węglowego o wydłużonej żywotności, zgodnie z ISO 22196 oraz ISO 21702 - dostawa elementów	3.1. Pojemnik transportowy antybakteryjny z jonami srebra obustronnie otwierany o wymiarach 330mm x Ø 115mm wyposażony w 2 czipy RFID, współpracujący z istniejącym systemem poczty pneumatycznej. Pierścienie ślizgowe wykonane z materiału zapewniającego długą żywotność.
4.	<u>Przedmiar robót</u> – instalacja poczty	

	pneumatycznej str. 1 poz. 11 4.1. Pojemnik transportowy samowyladowczy AntiVirus® obustronnie otwierany dla próbek biologicznych (minimalna długość wewnętrzna 260 mm x fi 110mm, włącznie z 2 czipami RFID), z jonami srebra oraz wyposażone w specjalne pierścienie ślizgowe wykonane z włókna węglowego o wydłużonej żywotności, zgodnie z ISO 22196 oraz ISO 21702, przekrój okrągły pojemnika bez części broniących sprawnemu rozładowaniu przesyłki - Dostawa elementów	4.1. Pojemnik transportowy antybakteryjny samowyladowczy dla próbek biologicznych z jonami srebra obustronnie otwierany o wymiarach wewnętrznych minimalnych 260mm x Ø 260mm wyposażony w 2 czipy RFID, współpracujący z istniejącym systemem poczty pneumatycznej. Pierścienie ślizgowe wykonane z materiału zapewniającego długą żywotność.
5.	<u>Przedmiar robót</u> – instalacja poczty pneumatycznej str. 1 poz. 14 5.1. Woreczki dla transportu materiału biologicznego - BIOHAZARD - Dostawa materiałów	5.1. Woreczki do transportu materiału biologicznego zapewniające bezpieczny jego transport i zapobiegające przypadkowemu wydostaniu się materiału do kapsuły

Opracował: Aleksander Kubiak