



Warszawa, dnia 12.10.2023 r.

**Do Wykonawców**

**Dot.:** Postępowania na **dostawę materiałów laboratoryjnych**. Nr postępowania WIBHiŚ 377/2023.

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie 1:**

Chciałabym Państwu zaproponować kolbę płaskodenną o średnicy szyjki 22mm (zamiast 16mm) – dotyczy części 6 – materiały laboratoryjne, pozycja 1. Czy dopuszczają Państwo taką zmianę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kolbę o powyższych wymiarach.

Aleksandra Baranowska  
Pełnomocnik Dziekana  
ds. Zamówień Publicznych