



Ldz. W/1225/2023

Olsztyn, dnia 01.08.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 254/2023/TP-I/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1

Część 4 poz. 1A:

Prosimy o dopuszczenie wagi z temperaturą pracy w zakresie od +15°C do 30°C, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza wagę z temperaturą pracy w zakresie od +15°C do 30°C.

Pytanie nr 2

Część 4 poz. 1C:

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga dostawy końcówki mieszającej? Jeśli tak to jakiej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga końcówki mieszającej.

Pytanie nr 3

Część 4 poz. 1C:

Prosimy o wykreślenie wymogu kalibracji - wirówka oraz homogenizator nie podlegają kalibracji, a waga posiada kalibrację wewnętrzną.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg kalibracji dla wskazanych urządzeń.

Pytanie nr 4

Część 5:

Prosimy o dopuszczenie miniwirówki wyposażonej w rotory o pojemności 8 x 1,5/2 ml oraz z możliwością wirowania 4 pasków ośmiostanowiskowych 0,2 ml.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza miniwirówkę wyposażoną w rotory o pojemności 8 x 1,5/2 ml oraz z możliwością wirowania 4 pasków ośmiostanowiskowych 0,2 ml.

Z poważaniem
Z-ca Kanclerza
mgr Adriana Faraś-Bąk
(podpisano elektronicznie)



Załączniki do pisma:

- 1) *Załącznik nr 1 do SWZ PO MODYFIKACJI – Opis przedmiotu zamówienia formularz cenowy.*

Sporządziła: Sylwia Niemiec