
Kielce, 02.10.2024r.

Nr ogłoszenia: 11/SORFM/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu medycznego oraz lamp bakteriobójczych i maszyny czyszczącej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Dotyczy : część 1 zamówienia : Aparat EKG.

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 230 x 140 mm?

Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów i wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8'' z rozdzielczością 1024x600px., umożliwiającą jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym? Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość obrazu i bardziej ergonomiczne użytkowanie przez Personel.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający życzy sobie dołączenia do zestawu, oprócz wózka medycznego, także drukarki zewnętrznej PCL5/PCL6, współpracującej z aparatem EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga elektrokardiografu z wbudowaną klawiaturą membranową alfanumeryczną z przyciskami funkcyjnymi? Klawiatura membranowa zintegrowana z aparatem jest łatwa w utrzymaniu higieny całego aparatu, co znacząco ułatwia użytkowanie urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Dotyczy : część 3 zamówienia „Laryngoskop komplet”.

Pytanie 5:

Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści następujące wymiary łyżek:

Rozmiar Dł. Całkowita [mm] Szerokość [mm]

Mac 1 96 11

Mac 2 116 14

Mac 3 136 14

Mac 4 156 14

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści mocne, jasne, zimne światło LED?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.



Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

tel./fax 041 386 11 54, tel. 041 386 14 91

www.szpital-jedrzejow.pl ; sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

NIP: 6562338799, REGON: 383170610, KRS: 0000782811; Kapitał zakładowy 250 000 PLN
