



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz.: DZP-474/23

Poznań, dnia 26.06.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
/ Platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-44/23** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę aparatury badawczej na potrzeby jednostek UMP wraz z transportem, wniesieniem, instalacją oraz przeszkoleniem personelu, z podziałem na 4 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 dokonuje zmian w treści SWZ:

**Pytanie 1:**

**Dotyczy części IV, pytanie odnośnie „Detektor mas LC-MS”:**

Czy Zamawiający dopuści stabilność mas  $\leq 0,1$  amu (Da) w ciągu 12 godz.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stabilność mas  $\leq 0,1$  amu (Da) w ciągu 12 godzin dla detektora mas LC-MS.

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**