

Celestynów, 30 kwietnia 2021 r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę defibrylatorów” – sprawa nr WOFiTM/15/2021/PN.

Na podstawie z art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ:

Pytanie nr 1

DEFIBRYLATOR MANUALNY

Dotyczy pozycji 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dostępu do zapisanych informacji w trybie konfiguracji oraz w trybie monitorowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby w kolorze czerwonym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wodoodporności torby.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z dokładnością tempa stymulacji $\pm 10\%$.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

Dotyczy pozycji 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kabla 10-cio żyłowego, umożliwiającego monitorowanie 12 odprowadzeń EKG oraz interpretację danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 6

Dotyczy pozycji 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z dokładnością wyświetlania częstości akcji serca $\pm 10\%$ uderzeń/minutę. Oferowane przez urządzenie spełnia wymagania dokładności częstości akcji serca i odpowiedzi na nieregularny rytm, zgodnie z normą EN 60601-2-27:2006 dla bigemirii komorowej (HR = 40 bpm).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7

Dotyczy pozycji 36

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisanego parametru, co Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że defibrylator mierzący uśrednioną saturację powinien mieć możliwość wyboru częstotliwości aktualizacji przynajmniej w 3 zakresach czasowych jak również powinien posiadać możliwość wyboru czułości przynajmniej w dwóch zakresach/ustawieniach.

Pytanie nr 8

Dotyczy pozycji 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z pomiarem ciśnienia w zakresie od 40 do 260 mmHg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 9

Dotyczy pozycji 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z pomiarem temperatury pacjenta w zakresie od 20 st. C do 40 st. C.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 10

Dotyczy pozycji 55

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie przewodów i czujników wielorazowego użytku. Proponowane przez nas czujniki są bardziej jakościowe i wytrzymałe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przewodów i czujników wielorazowego użytku, jeżeli możliwa jest ich łatwa dezynfekcja w warunkach współczesnego pola walki oraz kolejne szybkie użycie przy zachowaniu wymogów sanitarnych. W przypadku zaoferowania przewodów i czujników wielorazowego użytku, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie sposobu ich szybkiej dezynfekcji i przygotowania do ponownego użycia.

Pytanie nr 11

Dotyczy pozycji 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania w postaci automatycznej reaktywacji alarmu, gdzie czas reaktywacji zaprogramowany jest w konfiguracji przez Użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 12

Dotyczy pozycji 68

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego pamięć wewnętrzną i wymienną, z możliwością zapisywania monitorowanych parametrów, zdarzeń, trendów oraz danych pacjenta. Przykładowa pamięć o pojemności 16 MB, umożliwiająca zapisanie 240 minut ciągłego monitorowania EKG, 100 pojedynczych zdarzeń z krzywymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 13

Dotyczy pozycji 74

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od deklaracji wymogu krótkotrwałej temperatury pracy w temperaturze -5 st. C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 14

Dotyczy pozycji 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością przechowywania w temperaturze od - 20 st. C do + 60 st. C.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 15

Dotyczy pozycji 78

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia odpornego na wstrząsy, wibracje, zgodnie z odpowiednią regulacją: EN 1789:2007 + A1:2010, EN 1789:2007 + A1:2010, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1:2006.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 16

Dotyczy pozycji 82.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie akumulatorów NiMH. Zastosowanie proponowanych akumulatorów jest równoważne z akumulatorami litowo-jonowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 17

Dotyczy pozycji 83

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z czasem pracy przy całkowicie

naładowanym, 1 kpl. akumulatorów 380 minut ciągłego monitorowania lub 300 defibrylacji z maksymalną energią defibrylatora tj. 360J.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 18

Dotyczy pozycji 86

Prosimy Zamawiającego o uznanie wymogu za spełniony i możliwość zaoferowania urządzenia z wyświetlaniem komunikatu błędu akumulatora w miejsce komunikatu konieczności wymiany baterii. Dodatkowo Nasze urządzenie oferuje możliwość wyświetlenia niskiego stanu energii akumulatora oraz braku akumulatora na ekranie oraz w miejscu wskaźnika statusu defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych wymagań.

KOMENDANT

/ - / płk Waldemar PAWELEC