

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2019 r.

D10.251.14.M.2019

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawę unitów stomatologicznych i aparatu RTG”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW III

W pakiecie nr 1 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie sprzętu zawierającego:

Pkt. 17 – Taca metalowa o wymiarach min. 29,2 x 43,2 [cm]

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 18 – Osobny sterownik nożny pozycji fotel oraz osobny sterownik nożny instrumentów lekarza, zapewniający:

- pracę z wodą lub bez,
- funkcję przedmuchu,
- regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek (narzędzi lekarza),
- swobodne unoszenie nogą operatora dzięki dedykowanej ramce?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 22 – Fotel z napędem hydraulicznym siedziska (dzięki pompie elektrycznej) i elektrycznym oparcia (siłownik elektryczny)?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 23 – Regulowana wysokość fotela w zakresie od min. 375 [mm] do min. 800 [mm]?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 34 – Misa spluwaczki porcelanowa, przeznaczona do dezynfekcji (zamocowana na stałe, nie zdejmowana bez udziału serwisu)?

Pkt. 37 – Regulacja natężenia światła w zakresie minimum 15.000 – 30.000 [lux], oraz kompozytowy tryb (niepolimeryzujący) przy 25.000[lux]?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 42 – Zdejmowane elementy: podkładka pod końcówki oraz pod buty pacjenta (uchwyty rękawów ssących, konsolety oraz lampy i panele sterujące przeznaczone do dezynfekcji i zastosowania osłon barierowych)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pkt. 44 – Podłączenie unitu do wody z sieci wodociągowej (dla napełniania kubka pacjenta i splukiwania miski spluwaczki) oraz system zamkniętego obiegu wody dla narzędzi/końcówek?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie sprzętu zawierającego w pakiecie nr 1 poz. nr 2:

Pkt. 13 – Nóż elektrochirurgiczny lub diatermia w formie osobnego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nóż elektrochirurgiczny w formie wolnostojącego urządzenia.

Pkt. 18 – Taca metalowa o wymiarach min. 29,2 x 43,2 [cm]

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 19 – Osobny sterownik nożny pozycji fotel oraz osobny sterownik nożny instrumentów lekarza, zapewniający:

- pracę z wodą lub bez,
- funkcję przedmuchu,
- regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek (narzędzi lekarza),
- swobodne unoszenie nogą operatora dzięki dedykowanej ramce?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 23 – Fotel z napędem hydraulicznym siedziska (dzięki pompie elektrycznej) i elektrycznym oparcia (silownik elektryczny)?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 24 – Regulowana wysokość fotela w zakresie od min. 375 [mm] do min. 800 [mm]?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 35 – Misa spluwaczki porcelanowa, przeznaczona do dezynfekcji (zamocowana na stałe, nie zdejmowana bez udziału serwisu)?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pkt. 38 - Regulacja natężenia światła w zakresie minimum 15.000 - 30.000 [lux], oraz kompozytowy tryb (niepolimeryzujący) przy 25.000[lux]?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pkt. 41 - Zdejmowane elementy: podkładka pod końcówki oraz pod buty pacjenta (uchwyty rękawów ssących, konsolety oraz lampy i panele sterujące przeznaczone do dezynfekcji i zastosowania osłon barierowych)?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pkt. 44 - Podłączenie unitu do wody z sieci wodociągowej (dla napełniania kubka pacjenta i splukiwania misy spluwaczki) oraz system zamkniętego obiegu wody dla narzędzi/końcówek?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW IV

1. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I, pkt. 18; Czy Zamawiający dopuści dwa sterowniki nośne: jeden do sterowania ruchami fotela, drugi zaś do obsługi konsolety lekarskiej (przełącznik do pracy z wodą lub bez, funkcja przedmuchu, regulacja elektrycznych i pneumatycznych końcówek, wraz z ramką umożliwiającą podniesienie sterownika nogą)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

2. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I, pkt. 23; Czy Zamawiający dopuści regulowaną wysokość fotela w zakresie od min. 500 mm do min. 800 mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

3. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I, pkt. 26; Czy Zamawiający dopuści zamiast wyłącznika bezpieczeństwa ruchu fotela pod ramieniem asyntenckim funkcję unoszenia się tego ramienia w momencie najechania na przeszkodę lub pod misą spluwaczki?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

4. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I pkt. 34; Czy Zamawiający dopuści misę spluwaczki porcelanową przytwierdzoną do bloku spluwaczki (możliwość zdjęcia misy spluwaczki w trybie serwisowym)? Higienizacja tego elementu odbywa się poprzez dezynfekcję powierzchniową.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

5. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I, pkt. 37; Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie minimum od 8000 do 25 000 lux? Proponowana przez nas lampa wyposażona jest w najwyższej jakości diody LED, a podane natężenia zapewniają odpowiednie oświetlenie do każdego rodzaju zabiegów.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

6. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ I, pkt. 45; Czy Zamawiający dopuści, zamiast systemu filtracji wody na końcówki - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego z oddzielnego zbiornika (tzw. butelki).

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

7. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II, pkt. 19; Czy Zamawiający dopuści dwa sterowniki nośne: jeden do sterowania ruchami fotela, drugi zaś do obsługi konsoly lekarskiej (przełącznik do pracy z wodą lub bez, funkcja przedmuchu, regulacja elektrycznych i pneumatycznych końcówek, wraz z ramką umożliwiającą podniesienie sterownika nogą)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

8. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II, pkt. 24; Czy Zamawiający dopuści regulowaną wysokość fotela w zakresie od min. 500 mm do min. 800 mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

9. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II, pkt. 27; Czy Zamawiający dopuści zamiast wyłącznika bezpieczeństwa ruchu fotela pod ramieniem asystenckim funkcję unoszenia się tego ramienia w momencie najechania na przeszkodę lub pod misą spluwaczki?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

10. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II pkt. 35; Czy Zamawiający dopuści misę spluwaczki porcelanową przytwierdzoną do bloku spluwaczki (możliwość zdjęcia misy spluwaczki w trybie serwisowym)? Higienizacja tego elementu odbywa się poprzez dezynfekcję powierzchniową.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

11. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II, pkt. 38; Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie minimum od 8000 do 25 000 lux? Proponowana przez nas lampa wyposażona jest w najwyższej jakości diody LED, a podane natężenia zapewniają odpowiednie oświetlenie do każdego rodzaju zabiegów.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

12. Pytanie do wymagań ogólnych unitu stomatologicznego typ II, pkt. 44; Czy Zamawiający dopuści, zamiast systemu filtracji wody na końcówki - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki, zasilanego z oddzielnego zbiornika (tzw. butelki).

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW V

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści unit sterowany elektrycznie w miejsce specyfikacji Sterowanie dwu systemowe: pneumatyczne i elektryczne.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

ZESTAW VI

COPERNICUS

PODMIOT LECZNICZY Sp. z o.o.

Czy zamawiający dopuści kauter jako nóż chirurgiczny zamontowany na pulpicie lekarza?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Czy zamawiający dopuści sterowanie elektryczne unitu jako bardzo precyzyjne i wielofunkcyjne?
Sterownie pneumatyczne - nożne ogranicza się tylko do funkcji włącz-wyłącz. Ponadto niezbędny jest drugi sterownik do uruchamiania fotela.

W elektrycznym sterowniku nożnym, wspólnym dla unitu oraz fotela mamy funkcje:

płynnej, precyzyjnej regulacji obrotów mikrosilnika

płynnej, precyzyjnej mocy skalera

zmiany kierunku obrotów mikrosilnika

włączanie -wyłączanie światła w końcówkach

włączanie, stopniowanie natężenia oraz wyłączanie lampy oświetlającej pacjenta

spłukiwanie miski

napelnianie kubka

włączanie -wyłączanie wody, sprayu w końcówkach

funkcję przedmuchu w końcówkach

uruchamianie fotela,

programowanie i wywoływanie poszczególnych zaprogramowanych pozycji fotela

Ponadto wszystkie ww funkcje dostępne są na pulpicie lekarza


Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie oraz w załączniku nr 1 B do specyfikacji SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ Zamawiający przesuwając termin składania ofert do dnia 07.05.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski



Piotr Wróblewski

Załącznik:

Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 B do SIWZ)

Zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1 A do SIWZ)

Sporządził Sekretarz komisji
Marta Muszyńska- Orciuch