



Znak: AE/ZP-27-20/22

Tarnów, 2022-03-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy: Pakietu Nr 1 poz. 1, Pakietu Nr 2 poz. 1, Pakietu Nr 3 poz. 1, Pakietu Nr 4 poz. 1, Pakietu Nr 5 poz. 1-2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic zgodnych z EN ISO 374-1 – bez zapisu o wyłączeniu ppkt 5.3.2.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przedłożenia dla Pakietu nr 5 poz. 1-2 – 1 pary rękawic chirurgicznych (w dowolnym rozmiarze) czy 1 opakowania handlowego tj. 1 opakowanie zbiorcze zawierające 50 par (w dowolnym rozmiarze).
3. **Dotyczy SWZ.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, aby Wykonawcy mogli w terminie złożyć próbki, po publikacji wyjaśnień Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:


Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w: **Pakiecie Nr 1 poz. 1, Pakiecie Nr 2 poz. 1, Pakiecie Nr 3 poz. 1, Pakiecie Nr 4 poz. 1, Pakiecie Nr 5 poz. 1-2** rękawic spełniających normę EN ISO 374-1 – bez wyłączenia ppkt 5.3.2, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 2 Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 11.6.4 SWZ Zamawiający wymaga próbek – „Po 1 opakowaniu handlowym (w dowolnym rozmiarze) próbek rękawic ujętych w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-2**”.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie składania ofert. .

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a


Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek