

Olsztyn, dn. 04.08.2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 7

Dotyczy: postępowania nr 211/2020/PN/DZP Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury naukowo – dydaktycznej oraz pomocy dydaktycznych służących praktycznemu kształceniu w ramach projektu pt. „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Część 13, poz. 10 Łaźnia wodna

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę łaźni wodnej o mocy grzania 800W przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Proponowane rozwiązanie pozwoli na uzyskania wysokiej efektywności grzania, bez zwiększenia kosztów pracy urządzenia.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Część 13, poz. 11 Mieszadło magnetyczne z grzaniem

Prosimy o wyjaśnienia, czy nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca wymiarów zewnętrznych urządzenia? Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 210 x 350 x 105 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Część 14, poz. 3 Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę suszarki dla której fluktuacja temperatury w 150°C będzie wynosić +/-0,6°C?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Część 15, poz. 9 , część 16 poz. 2, część 17 poz. 5 Laboratoryjny pHmetr

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienia, czy nie nastąpiła omyłka pisarska dotycząca wymiarów urządzenia? Czy podane wymiary nie powinny być podane w cm zamiast mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry zawarte w SWIZ. Wymiary urządzenia są prawidłowo podane w mm.

Część 16 poz. 7 Pierścień do statywu

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pierścienia do statywu , stal SS o średnicy zewn. 70mm przy zachowaniu wewnętrznej średnicy 50mm ??

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Część 17 poz. 11 Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych- szer x gł x wys nie większych niż 590 x **620x 710** mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Sporządził: Marek Jastrzębski, dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM