

Do wszystkich Wykonawców

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. Ch. Władysława Biegańskiego
ul. dr. Ludwika Rydygiera 18/17
66-300 Grudziądz
NIP 876-210-353, Regon 870298733
ZP-148/21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów (znak sprawy: Z/42/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów (znak sprawy: Z/42/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Dot. Formularz cenowy – załącznik nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza kolumny z ceną netto za pełne opakowanie handlowe? Usprawni to proces realizacji zamówień, ponieważ Wykonawca nie oferuje możliwości sprzedania 1 sztuki płytki czy testu, a na fakturze widnieje cena netto za 1 opakowanie handlowe.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 2

Dotyczy Pakietu 9 :

Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem stężeń były wykonane z trwałego plastiku, co uniemożliwia zniszczenie lub deformację paska podczas wyjmowania z opakowania zabezpieczającego?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza paski z gradientem stężeń wykonane z trwałego plastiku, jednakże tego nie wymaga.

Zapytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 9 :

Czy Zamawiający wymaga aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza pasek z gradientem stężeń zawierający 30 wartości MIC na skali, jednakże tego nie wymaga.

Zapytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 20 :

Czy Zamawiający wymaga aby Antybiotyki występujące w teście do określania lekowrażliwości były zgodne z wytycznymi CLSI dla Mycoplasma oraz Ureaplasma? Osobna detekcja lekowrażliwości dla Mykoplazmy oraz Ureaplazmy ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że antybiotyki w teście mają być zgodne w CLSI, ale nie ma znaczenia, czy będą na jednej płytce czy na osobnych.

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 w zakresie zadania nr 20.

Zapytanie nr 5

Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wymaga, aby Test był zwalidowany dla próbek pochodzących z: cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy, nasienia oraz męskiego moczu ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ, ale ilość dopuszczonych materiałów klinicznych może być większa.

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 w zakresie zadania nr 20.

Zapytanie nr 6

Dotyczy pakietu 20:

Czy Zamawiający wymaga aby test posiadał co najmniej 5 antybiotyków dla Ureoplazmy oraz co najmniej 4 antybiotyki dla Mykoplazmy ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, jednakże jej nie wymaga.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga możliwości transportowania pobranej próbki w bulionie odżywczym (wchodzącym w skład zestawu) do 20 h w temp. 18-25 st.C oraz do 72 h w tem 2 do 8 st. C ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, jednakże jej nie wymaga.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga Orientacyjnego określenia liczby bakterii- raportowane w jednostkach CFU/ml ? W co najmniej trzech zakresach raportowania dla Ureaplasma oraz dwóch zakresach dla Mycoplasma ?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający oczekuje nie mniej niż trzech zakresów raportowania.

W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 w zakresie zadania nr 20.

Zapytanie nr 9

§3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Po otrzymaniu zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do jego przyjęcia “przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – maksymalnie do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem lub telefonicznie pod numerem”?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 10

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca wraz z każdorazową dostawą towaru dostarczy dokument WZ bądź inny dokument uwzględniający informacje odnośnie terminu ważności i numeru serii dostarczonego asortymentu.”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć wraz z realizowanym zamówieniem dokumentu WZ. Wykonawca dostarczy wraz z asortymentem specyfikację asortymentowo-cenową w sposób szczegółowy wskazującą na nazwę, ilość, termin ważności oraz numer serii.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 11

§5 ust. 1 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej umowy lub jej części określonej w formularzu cenowym, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.”?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zapytanie nr 12

§5 ust. 1 tiret 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20 % wartości netto niezrealizowanej umowy lub jej części określonej w formularzu cenowym, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian na formularzu cenowym.

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomicznych

Krzysztof Bułkowski

INSPEKTOR
Paulina Kowalewska