




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

 zoz@zozmswiakielce.pl

 www.zozmswiakielce.pl



Kielce, dnia 1.08.2022 r.

Znak postępowania: 22/TP/2022

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych; staplerów; materiałów jednorazowych na potrzeby oddziału chirurgii dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Św. Jana Pawła II". Znak sprawy: 22/TP/2022

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

PYTANIA:

Pytanie 1

Dotyczy Część 1 poz. 7-10

Czy Zamawiający potwierdza, że w opisie parametrów technicznych pozycji 7, 8, 9, 10 doszło do omyłki pisarskiej oraz prawidłowa wymagana gramatura siatki powinna wynosić 66 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w opisie parametrów technicznych pozycji 7, 8, 9, 10 doszło do omyłki pisarskiej oraz prawidłowa wymagana gramatura siatki powinna wynosić 66 g/m².

Pytanie 2

Dotyczy zadanie 1 poz. 7

„Czy w pozycji nr 7 nie doszło do omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu 30 sztuk zamiast 3? Wskazuje na to zapotrzebowanie zamawiającego na pozostałe analogiczne pozycje 8-10”

Odpowiedź: Tak, w pozycji nr 7 doszło do omyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu 30 sztuk zamiast 3.

Pytanie 3

Część 2 Staplery

Poz. 1 Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1 mm, rączka staplera z ładunkiem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza „jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2

mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1 mm, rączka staplera z ładunkiem”.

Pytanie 4

Część 2 Staplery

Poz. 2 Czy dopuszcza Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm, rączka staplera z ładunkiem?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza „jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, wysokość zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm, rączka staplera z ładunkiem”.

Pytanie 5

Część 2 Staplery

Poz. 3 Czy dopuszcza Państwo, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza „ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)”.

Pytanie 6

Część 2 Staplery

Poz.4 Czy dopuszcza Państwo, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza „ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych, zamykających się w kształt litery „B”, o długości linii szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)”

Pytanie 7

Część 2 Staplery

Poz. 5_ Czy dopuszcza Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera ładunek do tkanki grubej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza „jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwi ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu. Zawiera ładunek do tkanki grubej”

Pytanie 8

Część 2 Staplery

Poz. 6_Czy dopuszczą Państwo, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do staplera zamykająco tnącego z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza „jednorazowy ładunek do staplera zamykająco tnącego z prostą główką, długość linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki grubej”

Do pisma załączony zostaje formularz asortymentowo-cenowy z poprawionymi ilościami w pozycjach 7-10 w części 1.

~~Z-CA DYREKTORA~~
ds. administracyjnych (podpis osoby upoważnionej)
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II
Szymon Mazurkiewicz

