

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 10.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku -uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dla miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy.

Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni.

Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej – gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłoniętych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.

Parametry techniczne: grubość siatki – 0,5 mm, wielkość porów – 0,5-1 um.

System całkowicie jednorazowy, sterylny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni.

Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) – 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu, wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. System całkowicie jednorazowy, sterylny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:
szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m².
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy
4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięone w technice out-in oraz in -out


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1

Zaoferowane wyżej produkty to jałowe i sterylne zestawy, posiadające specjalnie zaprojektowane jednorazowe narzędzia stosowane w procedurach chirurgicznych. Czy w przypadku dopuszczenia do postępowania zaoferowanych produktów dla pakietu 1, pozycji 1, 2 i 4, z uwagi na bezzasadność oferowania wielorazowych narzędzi, Zamawiający wykreśli lub wydzieli pozycję 3 z ww. pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu.

Odp. Zamawiający wykreśla w/w pozycję.

Z poważaniem:


mgr Janusz B. Jędrzejewski
Z-ca Dyrektora
Zespołu Działu Zakupowej
w Szpitalu Wojewódzkim


mgr Szymon Steczek
Kierownik
Działu Zakupowej
w Szpitalu Wojewódzkim