

Znak sprawy Te 2300-03/2024

Pleszew, dn. 23.01.2024 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy treść pytań zadanych przez Wykonawców, dotyczących niniejszego postępowania oraz odpowiedzi na te pytania.

Pytanie 1

Pakiet 24 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 24 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 24 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka jedynie w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 24 pozycja 5:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną w włókniny SMMS?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet 24 pozycja 5:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zawarte w SWZ bez zmian.

Pytanie 6

Pakiet 24 pozycja 7:

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie stawia w/w wymogów.

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź: Personel medyczny, procedury medyczne.

Pytanie 7

Pakiet 24 pozycja 7:

Czy zamawiający dopuści fartuch fizelinowy o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 24 pozycja 8:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Nie.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 9 - Dotyczy zadania- pakiet 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pieluchomajtek marki DAILEE (opis i właściwości pielucho-majtek w załączniku) w rozmiarach i chłonności przedstawionych w poniższej tabelce?

Formularz cenowy - zadanie nr 29

Lp	Asortyment	Rozmiar	proponowany rozmiar	proponowana chłonność
1	2	3		
1	Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełnienia produktu moczem. System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2400 g.	od 73-75cm - 110- 130cm	80-145	2506
2	Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełnienia produktu moczem. System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2700 g.	92-100 cm - 150 - 160cm	80-145	3303

3	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napelniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności). System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2700 g.</p>	120- 130 cm - 170 - 175cm	120-170	2838
4	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napelniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności). System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2850 g</p>	od 73-75cm - 110- 130cm	120-170	3529



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



5	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem . System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 3000 g.</p>	92-100 cm - 150 - 160cm	80-145	3033
6	<p>Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem . System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 3150 g.</p>	120- 130 cm - 170 - 175cm	120-170	3529

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 – Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z Formularzem cenowym.

Pytanie 11 – Dotyczy zadania nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej fartucha i na rękawach o łącznej gramaturze materiału bazowego i wzmocnienia 63 g/m²?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 – Dotyczy zadania nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej fartucha i na rękawach o łącznej gramaturze materiału bazowego i wzmocnienia 75 g/m²?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 – Dotyczy zadania 25 , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o długości 127 cm, 135 cm i 140 cm . Proponowane przez nas produkty spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – Dotyczy zadania 25 , poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o długości 127 cm, 135 cm i 140 cm . Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów ze wzmocnieniem 40 g/m² (wymagane 45 g/m²)

Proponowane przez nas produkty spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 – Dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sklasyfikowanych w klasy I s reguła 4?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16 – Dotyczy Zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2 sztuki w ilości 25 200 opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – Dotyczy Zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2 sztuki w ilości 1 875 opakowań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta min. 225 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze min. 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m² (łącznie gramatura min. 110g/m²). Odporność na penetrację płynów min. 100cmH₂O.

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, zaopatrzoną w min. 4 etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do dokumentacji, umożliwiające identyfikację wyrobu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodność z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19 – Dotyczy Zadania nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta min. 225 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane na całej powierzchni z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze min. 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m² (łącznie gramatura min. 110g/m²). Odporność na penetrację płynów min. 100cmH₂O.

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, zaopatrzoną w min. 4 etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do dokumentacji, umożliwiające identyfikację wyrobu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodność z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 – dotyczy Zadania nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wymiarach min. 30x120cm pakowanej 4x10op a'1szt?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę min. 22 x 65 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny min. 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze min. 55g/m² Odporność na penetrację płynów min. 100cmH₂O.

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, zaopatrzoną w min. 4 etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do dokumentacji, umożliwiające identyfikację wyrobu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodność z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 – Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn min. 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serweta główna wykonana na całej powierzchni z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze min. 55g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze min. 55g/m² (łącznie gramatura min. 110g/m²). Odporność na penetrację płynów min. 100cmH₂O.

Całość zapakowana w torebkę papierowo-foliową, zaopatrzoną w min. 4 etykiety samoprzylepne z możliwością wklejania do dokumentacji, umożliwiające identyfikację wyrobu. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zgodność z normą EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 – dotyczy Zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jałowy chirurgiczny fartuch wykonany z materiału typu SMMMS / SMMSS o gramat. Min.32g/m² , przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów .Na zewnętrznym opak. min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy , LOT, datę ważności, nazwę marki. Długość fartucha min.: M-121cm, L-132cm, XL 141cm, XXL – 155cm. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24 – Dotyczy zadania nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Jałowy chirurgiczny fartuch wykonany z materiału typu SMMMS / SMMSS o gramat. min.34 g/m² , z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach min. 28g/ m² przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Na zewnętrznym opak. min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy , LOT, datę ważności, nazwę marki. Długość fartucha min.: M-121cm, L-132cm, XL 141cm, XXL – 155cm. Fartuch spełnia wymogi normy EN 13795-1:2019

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie wyraża zgody.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie nr 25 – Dotyczy zadania 14, pozycja 6:

Czy ze względu na zmianę oferowanych rozmiarów pieluchomajtek dla dzieci zamawiający dopuści rozmiar 8-14 lub 11-19 kg?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza rozmiar: 11-19kg

Pytanie nr 26 - Dotyczy zadania 20, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Sterylny zestaw do artroskopii stawu barkowego wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego:

- Osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach - 37cm x 75 cm – 1 szt
 - Serweta o wymiarach 200cm x 240 cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 7x 60 cm otoczonym taśmą samoprzylepną – 1 szt
 - Serweta o wymiarach 150cm x 240 cm wykończona taśmą lepną – 1 szt
 - Serweta o wymiarach 150cm x 180 cm – 1 szt
 - Taśma samoprzylepna o wymiarach min 9 x 50 cm – 1 szt
 - Kompres włókninowy 40 g, 4 warstwy, 20 x 40 cm – 2 szt
 - Serweta na stolik MAYO o wymiarach 145cm x 80cm - 1 szt
 - Całość owinięta w serwetę o wymiarach 150cm x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika – 1 szt.
- Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową, zaopatrzoną w etykietę samoprzylepną. Sterylizowane w tlenku etylenu. Odporność na przenikanie cieczy 309,8 cm H2O.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 – Dotyczy zadania 20, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- kieszonka na płyny z kształtką 1 szt 40x30
 - Pokrowiec na kończynę o wym. 37cm x 120cm
 - Serweta o wymiarach 260 cm x 240cm, z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach 20 cm x 100cm otoczonym taśmą samoprzylepną- 1 szt
 - serweta o wymiarach 240cm x 150cm przylepna - 1 szt
 - Kompres włókninowy 40 g, 4 warstwy, 20 x 40 cm – 2 szt
 - Serweta na stolik MAYO o wymiarach 145cm x 80 cm - 1 szt
 - Całość owinięta w serwetę o wymiarach 190cm x 150cm - 1 szt., która może służyć jako przykrycie stolika instrumentalnego
 - Taśma samoprzylepna o wymiarach min 9 x 50 cm – 6 szt
- Całość zapakowana w miękki blister, zaopatrzona w etykietę samoprzylepną, z możliwością wklejenia jej do dokumentacji, umożliwiającą identyfikację wyrobu.
Odporność na przenikanie cieczy 309,8 cm H2O.

Odpowiedź: Nie, - Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 – Dotyczy zadania 20, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 120x37 cm?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 – Dotyczy zadania 23, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) nakrycie pacjenta 320cmx235cm z samoprzylepnymi dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dookoła otworów warstwa wysokochłonna,
- b) 1 serweta 150x90 cm z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 43g/m²
- c) 1 sterylny pokrowiec na ekran ochronny 91 x 102 cm ściągany od węższej strony
- d) 1 sterylny pokrowiec na ekran radiologiczny 56 x 112 cm ściągany od węższej strony
- e) 1 serweta 200x180 cm z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 43g/m²
- f) 1 fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z tkaniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² – 2 szt.
- g) 1 podkład chłonny z pulpą celulozową 60x60 cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 –Dotyczy zadania 23, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- a) nakrycie pacjenta 320cmx240cm z dwoma otworami o średnicy 12 cm wypełnionymi folią chirurgiczną, dookoła otworów warstwa wysokochłonna.
- b) Serwetka chłonna 50x40 – 2 szt.
- c) Serweta 160 x 160 cm
- d) Kompres z gazy 17 nitkowy, 8 warstw, 10x10 cm – 30 szt.
- e) skalpel chirurgiczny nr 11
- f) serweta 150x150 cm z laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 43g/m²
- g) fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z tkaniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² z wzmocnieniem 40 g/m²
- h) fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, wykonany z tkaniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² z wzmocnieniem 40 g/m²

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31 –Dotyczy zadania 25, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m². Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155 (±5cm). Termin ważności 5 lat?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 –Dotyczy zadania 25, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 33 – Dotyczy zadania 29:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z dwoma ściągaczami taliowymi, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprzewadzą mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz bariery wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie; podwójne elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 – Dotyczy zadania 29:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu, które posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprzewadzą mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz bariery wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; podwójne elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 – Dotyczy zadania 29:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy?

Odpowiedź: Nie (nie sprecyzowano cech proponowanego produktu).

Pytanie 36 – Dotyczy zadania 29 poz 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2200 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 – Dotyczy zadania 29 poz 1

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2300 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38 – Dotyczy zadania 29 poz 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 – Dotyczy zadania 29 poz 2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2600 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 – Dotyczy zadania 29 poz 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2500 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41 – Dotyczy zadania 29 poz 3

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2600 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42 – Dotyczy zadania 29 poz 4

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 2800 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 – Dotyczy zadania 29 poz 5

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3100 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44 – Dotyczy zadania 29 poz 6:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3100 g?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz.1 serwety głównej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 46

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz.1 serwety dla noworodka o wymiarach 95x150 cm zamiast 90x100 cm (+/-5 cm)

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 47

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz.2,7 laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m², wytrzymałość na wypychanie min. Sucho/mokro 89/61 kPa zamiast 57g/m² (+/- 0.5g/m²)

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 48

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 4 i 5 kieszeni na narzędzia chirurgiczne 2-komorową o wymiarach 30x40 cm zamiast 38x40 cm (+/- 2 cm)

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz.3,6 i 8 serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m² wzmocnione w strefie krytycznej laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 55g/m² łączna gramatura w strefie krytycznej 114g/m².

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 50

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 15 poz. 11 i 12 sterylne pokrowce na aparaturę RTG wykonane z folii o grubości min. 0,07 mm, zapakowane w opakowanie zbiorcze 100szt. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 20 poz.3 osłona na kończynę pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 200szt.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 23 poz. 2 serwetę główną wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 54g/m² w strefie krytycznej wzmocnione warstwą chłonna o gramaturze 105g/m² zamiast 100g/m²

Odpowiedź: Tak, - Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 53 –Dotyczy zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 110 x 50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H₂O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54 –Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne w serwecie anestetycznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55 –Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby serweta na stolik Mayo posiadała obszar wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego- włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 155 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 56 – Dotyczy zadania nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony ortopedycznej na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, pakowanej po 38 szt.?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57 –Dotyczy zadania nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga fartucha w zestawie z dwoma rękawikami do osuszania rąk min. 30x40cm, szytego szwem ultradźwiękowym typu zygzak z prostym rękawem, zapinanego w okolicy szyi na rzep o szerokości min. 3 cm, wyposażonego w troki umożliwiającego aseptyczne wiązanie z przodu i tyłu operatora: 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem z tylną częścią, tylne części fartucha zachodzące na siebie z antyalergicznymi mankietami wykonanymi w 100% z poliestru i antystatyczną powłoką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 58 –Dotyczy zadania nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga fartucha wzmocnionego (dwuwarstwowy laminat 38g) na klatce piersiowej przyklejone w 7 punktach zwiększającego wentylację (poprawia komfort użytkownika) i rękawach z antystatyczną powłoką, szytego szwem ultradźwiękowym typu zygzak z prostym rękawem, zakończonym antyalergicznym mankietem poliestrowym (100%), zapinanego w okolicy szyi na rzep o szerokości min. 3 cm, wyposażonego w troki umożliwiającego aseptyczne wiązanie z przodu i tyłu operatora: 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem z tylną częścią, tylne części fartucha zachodzące w zestawie z dwoma rękawikami do osuszania rąk min. 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 59 – Dotyczy zadania nr 24

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 2 z czepkiem chirurgicznym w rozmiarze L z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

- w pozycji nr 7 z fartuchami włókninowymi w rozmiarach L i XL z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 60 – Dotyczy zadania nr 26

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 5, 6 z podkładem włókninowym z zachowaniem pozostałych parametrów
- w pozycji 8 z podkładem trójwarstwowym celulozowo-foliowym na rolce: składającego się z 2 warstw celulozy 1 x 18 g/m² + 1 warstwy folii PE, grubość folii 16 ± μm, o perforacji co 50 cm i chłonności 160 g/m².

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje rozmiaru wkładki 340- 390x80-140mm, chłonność min. 500ml.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61 – Dotyczy zadania nr 29, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają trwałe i widoczny, nie rozplywający (zanikający) czarny napis z informacją o dacie i miejscu produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga trwałego i widocznego napisu z informacją o dacie produktu oraz ważności.

Pytanie 62 – Zadanie nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady o wymiarach 335mm x 120mm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności min. 455ml? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 64 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne w rolkach o długości 50mb z jednoczesnym przeliczeniem do pełnych rolek w górę tj. 800 rolek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne w rolkach o długości 50mb z jednoczesnym przeliczeniem do pełnych rolek w górę tj. 20 rolek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne, w których warstwa folii ma grubość min. 16μm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z Formularzem cenowym.

Pytanie 67 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne w rolkach o długości 50mb z jednoczesnym przeliczeniem do pełnych rolek w górę tj. 93 rolek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne, w których warstwa folii ma grubość min. 16µm?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z Formularzem cenowym.

Pytanie 69 - Dotyczy Zadanie nr 26, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści podkłady medyczne, w których warstwa folii ma grubość min. 16µm?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z Formularzem cenowym.

Pytanie 70 - Dotyczy Zadanie nr 26 poz.11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

"Zestaw serwet do operacji brzuszno kroczywych:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
- 2 ręczniki 30,5 cm x 34 cm
- 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół Mayo 79 cm x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 1 serweta brzuszno-kroczykowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyn z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

Materiał serwet głównych 2 wykonany z dwuwarstwowego laminatu PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m² w części podstawowej

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 71- Dotyczy Zadanie nr 26 poz. bez numer (Zestaw do operacji biodra z dostępu przedniego)

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 osłona na stół Mayo o minimalnych wymiarach 80 x 145 cm

1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"

1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 180 x 300 cm

1 serweta o min. wym. 150 x 150 cm

1 serweta o min. wym. 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę o min. wym. 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9 x 50 cm

4 ręczniki 30 x 40 cm

serweta na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140 x 190 cm.

Zestaw serwet wykonanych z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Opakowania jednostkowe typu folia - papier zaopatrzone są w dwie samoprzylepne etykiety typu TAG z informacją o numerze serii, dacie ważności, numerze referencyjnym produktu oraz kod kreskowy. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Celem zwiększenia bezpieczeństwa magazynowania i transportu, kartony zbiorcze zabezpieczone są wewnątrz dodatkowo folią.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 72

Dotyczy Zadanie nr 26 poz. bez numer (Zestaw do zespołów kości udowej (DHS))

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Serweta DHS z laminatu PP+PE dwuwarstwowego min 60 g/m², rozmiar 236/210 cm x 410 cm

z osłoną na ekran anestezjologiczny z zakładkami i 2 przylepcami w części górnej, z częścią chłonną centralną 210 cm x 80 cm z polem chłonnym 210 cm x 80 cm, z dwoma otworami 10

cm x 42,5 cm wypełnionymi folią operacyjną, rozmiar 237 cm x 180 cm z zakładkami i

przylepcami stanowiącymi osłony kończyn dolnych pacjenta – 1 szt

Serweta na stolik instrumentacyjny 150 cm x 190 cm

Serweta na stolik Mayo 78 cm x 145 cm

Ręczniki chłonne – 2 szt.

Taśma przylepna 10 cm x 50 cm – 1 szt.

Kieszonka na płyny przylepna jednokomorowa 30 x 40 cm – 1 szt.

Opakowanie jednostkowe typu folia - tyvek, posiadające 4 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795:2019.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

ZADANIE NR 11

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku z siatki bawełnianej w rozmiarze 20 x 20 cm lub opatrunku z siatki tiulowej w rozmiarze 20 x 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74

ZADANIE NR 13

Poz. nr 3- prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie jakiej pojemności zbiorników oczekuje- 300 ml czy 800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zbiorników a 300ml

Pytanie 75

ZADANIE NR 19

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet operacyjnych w rozmiarze 45 x 45 cm?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 - ZADANIE NR 20

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym z wiskozy	260 x 200 cm („U” 10 x 60 cm)
1 serweta nieprzylepna	150 x 175 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240 cm
1 osłona na kończynę	25 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
1 osłona na kable video	13 x 250 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego z dodatkowymi padami chłonnymi, o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
2 x taśma przylepna	10 x 50 cm
1 x serweta extra wzmocniona ,U przylepne 10 x 95 cm (wzmocnienie z wiskozy)	245 x 280 cm
1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm	300 x 170 cm
1 x serweta nieprzylepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x osłona na kończynę	35 x 120 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Poz. nr 3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę pakowanej w opakowanie a' 20 szt.?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79**ZADANIE NR 22**

1. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii, wykonanego z laminatu 2- warstwowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 190 cm
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów,	320 x 245 cm, otwory 5 x 7 cm
1 osłona na kończynę	35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

LUB



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	190 x 150 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm)	300 x 200 cm
1 osłona na kończynę	35 x 55 cm
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
1 osłona na kamerę	13 x 250 cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80

Zadanie nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej 9 x 50 cm wykonanej w 100% z włókniny poliestrowej?

Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 81

Zadanie nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego, wykonanego z miękkiej antystatycznej włókniny SSMMS 35g/ m², w zestawie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk min. 30x40cm, sztytego szwem ultradźwiękowym typu zygzak z prostym rękawem, zapinanego w okolicy szyi na rzep o szerokości min. 3 cm, wyposażonego w troki umożliwiającego aseptyczne wiązanie z przodu i tyłu operatora: 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem z tylną częścią, tylne części fartucha zachodzącego na siebie z antyalergicznymi mankietami wykonanymi w 100% z poliestru ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 82

Zadanie nr 25 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga fartucha chirurgicznego, wykonanego z miękkiej antystatycznej włókniny SSMMS 35 g/m² wzmocnionego, (dwuwarstwowy laminat 38g) na klatce piersiowej, wzmocnienie przyklejone w 7 punktach zwiększającego wentylację (poprawia komfort użytkownika) i rękawach z antystatyczną powłoką, sztytego szwem ultradźwiękowym typu zygzak z prostym rękawem, zakończonym antyalergicznym mankietem poliestrowym (100%), zapinanego w okolicy szyi na rzep o szerokości min. 3 cm, wyposażonego w troki umożliwiającego aseptyczne wiązanie z przodu i tyłu operatora: 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem z tylną częścią, tylne części fartucha zachodzącego w zestawie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk min. 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 83**Pakiet 9 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hydroaktywnego, koloidowego środka gojącego w postaci amorficznego hydrożelu, który delikatnie nawadnia tkankę martwiczą, ułatwiając oczyszczenie rany, oraz luzuje i wchłania martwą tkankę i wysięk. Żel może być również stosowany w celu stworzenia optymalnego, wilgotnego środowiska na późniejszych etapach zamykania się rany.

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 20, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu zgodnego z opisem SWZ posiadającego:
g) Całość owinięta w serwetę o wymiarach min. 140cm x 180 cm - 190cm

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Pakiet 20, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie osłony pakowanej pojedynczo, oraz zbiorczo w karton po 65 sztuk

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 86

Pakiet 22, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii barku o gramaturze min. 62g/m² i składzie:

- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 x serweta przylepna (ekran anestezyjologiczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 87

Pakiet 22, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana o gramaturze min. 62g/m² i składzie:

- 1 x niebieska osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samuszczelniający otwór na nogę $\varnothing 7$, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe wzmocnione nitką 30x40cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88

Pakiet 25, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha SMS o gramaturze 35g/m², z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach min. 40 g/m²

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89

Pakiet 25, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha SMMMS o gramaturze 35g/m², z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach min. 40 g/m²

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 90

Zadanie 16., poz. 8-10

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie II a reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91**Zadanie 16, poz. 11-12**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie siatki o dł. 10 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 92**Zadanie 16, poz. 14**

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 93**Zadanie 17, poz. 1-5**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4?

Odpowiedź: Tak.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 94**Zadanie 19, poz. 4-6**

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95**Zadanie 24, poz 1**

Czy zamawiający opuści kolor wyłącznie niebieski?

Odpowiedź: Tak.

Czy zamawiający dopuści gramaturę 25 g/m2?

Odpowiedź: Nie.

Czy zamawiający dopuści czepek z włókny PP, niewiskozowej?

Odpowiedź: Tak.



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Pytanie 96

Zadanie 24, poz. 7

- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
 - o Mankiet 5 cm
 - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
 - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
 - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 97

Zadanie 24, poz. 1-4,6,7

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,6,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98

Zadanie 26, poz. 8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Nie,- Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99

Zadanie 26, poz. 10

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 160 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 22 ± 2 μm ?

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Zadanie 26, poz. 8

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perf., 25 m.b., 50 sztuk w roli, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 24 g/m², minimalna chłonność 90 g/m²; grubość folii 15 ± 2 µm, 80 szt. W roli

Odpowiedź: Tak,- Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający zmienia wzór umowy. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy.
2. Podstawą realizacji dostaw będą zamówienia składane pisemnie lub elektronicznie
3. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
4. Ilość zamawianych artykułów określona w specyfikacji warunków zamówienia jest ilością szacunkową. Ilość rzeczywiście zamówionego asortymentu zależy będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak nie będzie mniejsza niż 60% ilości określonej w SWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie asortymentu będącego przedmiotem zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany umowy na podstawie art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. **Wykonawca ze swojej strony wyznacza do kontaktu z Zamawiającym osobę/dział.....
e-mail
nr telefonu
identyfikator hurtowni (Id hurtowni).....**
7. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia wrywkowych kontroli warunków transportu (np. obecność urządzeń umożliwiających zapewnienie odpowiedniej temperatury transportu). Jakikolwiek uchybienie spowoduje nie przyjęcie towaru z adnotacją przyczyny oraz pełnymi konsekwencjami dla Wykonawcy.

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.**

Błażej Górczyński

Sporządziła
Magdalena Janicka
(62)74-20-719