

Wrocław, dnia 25.06.2021r

**Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego**

Szp/FZ/Spr-104 /2021 - Dostawa stojaków do kroplówki, wieszaków do fartuchów RTG, wózków inwalidzkich, sedesowych i podpórki inwalidzkiej.

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę stojaków do kroplówki, wieszaków do fartuchów RTG, wózków inwalidzkich, sedesowych i podpórki inwalidzkiej.

Znak sprawy: Szp/FZ/Spr-104/2021

**Pytanie – dotyczy pakietu nr.1 Poz. 1**

1. Czy może być stojak do kroplówek ze stali nierdzewnej a podstawa chromowana, regulacja wysokości 128-223 cm, średnica podstawy 70 cm. dopuszczalne obciążenie 1 kg. na hak.?

**ODPOWIEDZ:**

**W odpowiedzi na wyżej wymienione pytanie .**

Zamawiający dopuszcza stojak do kroplówek ze stali nierdzewnej a podstawa chromowana, regulacja wysokości 128-223 cm, średnica podstawy 70 cm. dopuszczalne obciążenie 1 kg. na hak.

Powyższe informacje stanowią integralną część zaproszenia do składania propozycji cenowej.