

COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21

Lublin dnia 18.02.2021 r.

„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do wykonywania zabiegów endoskopowych, operacji, badań diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Urologii.”.

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie jako jednego pakietu dla następujących pozycji:

poz. LP.1 **Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J**, LP. 2 **Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J**, LP. 3 **Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J** LP. 4 **Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J**, LP. 5 **Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J**, LP. 6 **Zestaw do cystostomii**, LP. 7 **Zestaw do nefrostomii**, LP. 8 **Zestaw do szynowania moczowodów Tumorstent**, LP. 9 **Cewnik DJ obustronnie otwarty 6 Fr– 16 cm**, LP.10 **Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, jałowe**, LP11. **Nitinolowy ekstraktor kamieni z uchwytem typu Lahme** i tym samym utworzy odrębne pakiety dla tych pozycji? Należy zaznaczyć, iż takie wyodrębnienie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do szynowania moczowodów typu DoubleJ: Cewniki moczowodowe poliuretanowe typu "JJ" podwójnie zagięte, obustronnie otwarte lub otwarty-zamknięty z jednej strony o budowie stożkowej. Średnica cewnika 4,7Fr, długość od 22 do 30cm. Cewnik skalowany między pętlami co 5 cm z otworami do drenażu znajdującymi się zarówno na pętlach, jak i na całej długości cewnika. Cewnik odporny na działanie RTG. Zestaw zawiera prosty popychacz o dł. 40cm i drut wiodący PTFE o dł. 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

INSPEKTOR
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Anna Kwiatkowska
Anna Kwiatkowska

Pytanie 3:

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 3

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do szynowania moczowodów typu Double J: Cewniki moczowodowe poliuretanowe typu "JJ" podwójnie zagięte, obustronnie otwarte lub otwarty-zamknięty z jednej strony o budowie stożkowej. Średnica cewnika 4,7Fr, długość od 22 do 30cm. Cewnik skalowany między pętlami co 5 cm z otworami do drenażu znajdującymi się zarówno na pętlach, jak i na całej długości cewnika. Cewnik odporny na działanie RTG. Zestaw zawiera prosty popychacz o dł. 40cm i drut wiodący PTFE o dł. 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 4

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do szynowania moczowodów typu Double J: Cewniki moczowodowe poliuretanowe typu "JJ" podwójnie zagięte, obustronnie otwarte lub otwarty-zamknięty z jednej strony o budowie stożkowej. Średnica cewnika 6 i 7 Fr, długość od 24 do 30cm. Cewnik skalowany między pętlami co 5 cm z otworami do drenażu znajdującymi się zarówno na pętlach, jak i na całej długości cewnika. Cewnik odporny na działanie RTG. Zestaw zawiera prosty popychacz o dł. 40cm i drut wiodący PTFE o dł. 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 5

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do szynowania moczowodów typu Double J: Cewniki moczowodowe poliuretanowe typu "JJ" podwójnie zagięte, obustronnie otwarte lub otwarty-zamknięty z jednej strony o budowie stożkowej. Średnica cewnika 6 i 7 Fr, długość od 24 do 30cm. Cewnik skalowany między pętlami co 5 cm z otworami do drenażu znajdującymi się zarówno na pętlach, jak i na całej długości cewnika. Cewnik odporny na działanie RTG. Zestaw zawiera prosty popychacz o dł. 40cm i drut wiodący PTFE o dł. 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 6

Czy Zamawiający dopuści zestawy do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego składający się z przezroczystego, silikonowego cewnika balonowego z otwartą, zaokrągloną końcówką ułatwiającą umieszczenie cewnika. Cewnik wyposażony w pasy kontrastowe ułatwiające widoczność. Rozmiary cewnika 12Fr/40cm/5ml, 14Fr/40cm/5ml, 16Fr/40cm/10ml W skład zestawu wchodzi również: Rozrywana plastikowa igła punkcyjna typu Trocart, skalpel, korek do cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 8

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do szynowania moczowodów Tumorstent składający się z: miękkiego poliuretanowego cewnika typu pigtail o śr. 6; 7 i 8 Ch, dł. 24; 26; 28; 30; cm, o stabilnym korpusie bez otworów dla większej odporności, posiadający znaczniki dla dokładnego pozycjonowania, odporny na promienie RTG.

Popychacz – długość: 40 cm

Prowadnik PTFE 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 9

Czy Zamawiający dopuści Stent moczowodowy otwarty/otwarty, z końcówką typu „pigtail” z jednej strony z drugiej prosty i zakończony nicią schodzącą do pęcherza. Stent wykonany z miękkiego poliuretanu odporny na działanie RTG. Długość cewnika 16cm, średnica 7Fr. Zestaw zawiera drut wiodący nitinolowy zapakowany oddzielnie o dł. 150cm i średnicy 0,035” oraz przyłączanego popychacza z końcówką zawierającą ring odporny na działanie RTG o długości 63cm, który umożliwi sterowanie stentem.

Trwałość stentu do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 10

Czy Zamawiający dopuści przewodniki wiodące hydrofilne czarne, jałowe: umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, miękka atraumatyczna prosta końcówka 3 cm, z nieruchomym nitrylowym rdzeniem, widoczne w promieniach Rtg, dł. 150 cm, śr: 0,032; 0,035; 0,038;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 11

Czy Zamawiający dopuści Nitinolowy ekstraktor kamieni 4-drutowy, helikalny; o wymiarach: 2,5 Ch/90 cm; , 3 Ch/90 cm; 3 Ch/120 cm; 4,5 Ch/90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Marianna Koziej

INSPEKTOR
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr Anna Kwiatkowska

Anna Kwiatkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński