

Gorzów Wlkp. 09.03.2023 r.

Wykonanie usługi serwisowej dwóch analizatorów biogazu BIOTEX N14330 i N14340 w Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp., w zakresie:

- dostawy i wymiany dwóch czujników siarkowodoru H₂S (po jednym w każdym analizatorze),
- dostawy i wymiany dwóch czujników tlenu O₂ (po jednym w każdym analizatorze),
- dostawy i wymiany dwóch odwadniaczy ODF-02,
- dostawy i wymiany czterech pinów żeńskich do czujników CTL7,
- dostawy i wymiany trzech pinów żeńskich do czujników CTL4 – PC Connector Jack,
- dostawy i wymiany dwóch mikrofiltrów PTFE-25100/M-M/Mikrofiltr,
- przeglądu, diagnostyki i kalibracji dwóch analizatorów biogazu.

Forma udzielenia zamówienia – zlecenie.

Termin realizacji zlecenia - do uzgodnienia telefonicznego ze Zleceniodawcą – nie później niż 1 miesiąc od otrzymania zlecenia.

Podstawą zakończenia realizacji zlecenia i wystawienia faktury będzie protokół usługi serwisowej, kalibracji oraz uruchomienia urządzeń, podpisany przez Przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. Wydziału Oczyszczalni Ścieków.

Płatność przelewem do 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.