



Wrocław, 2 sierpnia 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych wraz z najmem aparatów do podciśnieniowego leczenia ran, znak sprawy: 4 WSkzP.SZP.2612.58.2022

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 17:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy w pakiecie 17 poz. 4-6 miał na myśli gazy hemostatyczne z regenerowanej utlenionej celulozy o strukturze wielowarstwowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej osłony na przewody 15x240cm wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, składanej teleskopowo, z perforowaną końcówką, 2 taśmami do mocowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej osłony na przewody 17x240cm wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, składanej teleskopowo, z elastyczną końcówką, 2 taśmami do mocowania?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania 4-8min?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z mocnej folii CPE?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 28:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego obłożenia uniwersalnego w którego składzie znajduje się:

a – serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 200 cm zamiast 200 x 175 cm

f – 1 szt. taśmy przylepnej zamiast 2 szt. ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza „a – serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 200 cm zamiast 200 x 175 cm „– pozostałe parametry SWZ bez zmian. Zamawiający nie dopuszcza „f – 1 szt. taśmy przylepnej zamiast 2 szt.” – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 28:

Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku w którego składzie znajduje się:

e – serweta włókninowa nieprzylepna w rozmiarze 37,5 x 45 cm zamiast 38 x 45 cm ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 29:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zakładania szwów w którego składzie znajduje się:

f – nożyczki metalowe ostro/ostre w rozmiarze 11,6 cm zamiast 11 cm ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 29:

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zdejmowania szwów w którego składzie znajduje się:

b – tufery włókninowe wielkości jajka zamiast śliwki ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 31:

Poz. nr 15-16 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski do bardzo silnego ucisku o rozciągliwości 85% zamiast 90% ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr11 dotyczy pakietu nr 31:

Poz. nr 18-20 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski do wywołania ucisku stałego o rozciągliwości 160% zamiast 180% ?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 40:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w którego składzie znajduje się:

c – serweta włókninowa 75 x 90 cm z centralnym otworem o średnicy 10 cm bez rozcięcia?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).