

Znak: ZOZ.V.010/DZP/19/20

Sucha Beskidzka dnia 06.05.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZOZ.V.010/DZP/19/20 na usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pytanie Dotyczy SIWZ, pakiet nr 5:**

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących ilości przeglądów aparatów do znieczulania Primus ASMH-0068 i ASMH-0069, ponieważ z wykazu części wynika, że jest jeden przegląd natomiast w kolumnie „ilość przeglądów w trakcie trwania umowy” jest „4-2 razy w roku”. Rok produkcji wskazuje, że aparaty powinny mieć wykonany jeden przegląd, uprzejmie prosimy o dokonanie modyfikacji ilości przeglądów w arkuszu kalkulacyjnym.

**Odp. Jeden przegląd w trakcie trwania umowy. W załączeniu zmodyfikowany pakiet nr 5.**

Z poważaniem:



mgr Sabina Steczek

Kierownik  
Działu Zarządzania Pielęgniarskich  
mgr Sabina Steczek