



**Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych  
Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
w Warszawie**

**Mazowsze.**  
serce Polski



AE/AO/N/30/2021

Warszawa, dnia 17.06.2021 r.

**Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia o wartości od 20 000 zł do 130 000 zł pod nazwą:  
„Zakup testów COVID- 19 dla Szpitala Nowowiejskiego”.**

I. Zamawiający Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27, w załączeniu przesyła odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści testy z 8- miesięcznym terminem ważności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza testów z 8- miesięcznym terminem ważności.

**Pytanie 2:**

Czy w związku ze specyfiką działalności prowadzonej przez

Zamawiającego wymagane są testy, które można stosować w warunkach laboratoryjnych i pozalaboratoryjnych dzięki następującym cechom:

a) dwustronnie zakręcana próbówka ekstrakcyjna

(możliwość bezpiecznego transportowania i dozowania próbki)

b) brak konieczności wyjmowania

wymazówki z próbką z próbówki ekstrakcyjnej (bezpieczeństwo personelu i brak konieczności stosowania komór laminarnych)

c) inaktywacja wirusa w czasie do 10 minut (bezpieczeństwo personelu)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby testy były do stosowania pozalaboratoryjnego.

**Pytanie 3:**

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyki wykonania testów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga przedłożenia metodyki wykonania testów.

**Pytanie 4:**

Czy Zgodnie z GLP zamawiający wymaga kontroli dodatniej i ujemnej w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby test wykazywał wynik dodatni lub ujemny.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści test do jakościowego wykrywania antygeny SARS-CoV-2 , pozwalający na wykrywanie z jednej próbki koronawirusa oraz antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy typu A i typu B? Test zawiera dwa wewnętrzne paski testowe oraz dwa osobne dołki na próbkę ( jak na ilustracji ).

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza w/w testu.

Z upoważnienia Dyrektora  
Barbara Kulis  
Zast. Dyrektora  
ds. Ekonomiczno – Finansowych

Sprawę prowadzi:  
Iwona Karczmarczyk  
tel.:22 116 52 17  
e-mail: iwona.karczmarczyk@szpitalnowowiejski.pl